



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

Číslo oznámení : 2026/0171/FR (France)

Změna nařízení týkajícího se diagnostiky přítomnosti olova v nátěrech v obytných prostorách, prováděné v souladu s požadavky zákoníku veřejného zdraví

Datum přijetí : 01/04/2026

Ukončení odkladné lhůty : 07/07/2026

Message

Zpráva 001

Zpráva od Komise - TRIS/(2026) 0998

Směrnice (EU) 2015/1535

Oznámení: 2026/0171/FR

Oznámení návrhu znění od členského státu

Notification – Notificación – Notifizierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Ne zahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéset - Non fa decorrere la mora - Atidējimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħ il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20260998.CS

1. MSG 001 IND 2026 0171 FR CS 01-04-2026 FR NOTIF

2. France

3A. Ministères économiques et financiers

Direction générale des entreprises

SCIDE/SQUALPI - Pôle Normalisation et réglementation des produits

Bât. Sieyès - Teledoc 143

61, Bd Vincent Auriol

75703 PARIS Cedex 13

3B. Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées

Direction générale de la santé

SDEA/Bureau EA2

14 avenue Duquesne

75350 PARIS 07 SP



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

4. 2026/0171/FR - S00E - Životní prostředí

5. Změna nařízení týkajícího se diagnostiky přítomnosti olova v nátěrech v obytných prostorech, prováděné v souladu s požadavky zákoníku veřejného zdraví

6. Zařízení na analýzu olova v nátěrech používané v rámci diagnostiky prováděné podle zákoníku veřejného zdraví

7.

8. V rámci nouzových postupů pro boj proti olovnaté otravě ukládá zákon o veřejném zdraví povinnost provést diagnostiku rizika otravy olovem z nátěrů (DRIPP), která přísluší technickým diagnostikům. Podmínky provádění této DRIPP jsou stanoveny vyhláškou ze dne 19. srpna 2011 o diagnostice rizika otravy olovem z nátěrů. Diagnostika rizika otravy olovem z barev spočívá v hledání poškozených nátěrů obsahujících olovo, které by mohly představovat riziko expozice olovu v místech, kde se pravidelně zdržují nezletilí. Vyhláška ukládá provádět tato zjištění pomocí přenosného přístroje s rentgenovou fluorescencí, který je schopen analyzovat alespoň K-čáru fluorescenčního spektra emitovaného olovem.

Cílem přepracování této vyhlášky je nyní definovat pouze výkonnostní kritéria pro detekci olova u přístrojů používaných k provádění těchto diagnostik, a nikoli specifikovat kategorie přístrojů.

9. V současné době lze k provádění DRIPP podle zákona o veřejném zdraví používat pouze přístroje na analýzu olova v nátěrech, které jsou schopny detekovat čáru K olova. Toto upřesnění technologického kritéria mělo za cíl vybrat přístroje schopné detekovat olovo nacházející se v hloubce nátěrů. V praxi to znamená používat pouze přístroje s radioaktivním zdrojem.

V důsledku technologického vývoje se výkonnost obou existujících typů přístrojů (přístroje s rentgenovou trubicí a přístroje s radioaktivním zdrojem) vyrovnala. Na tomto základě Francouzská agentura pro bezpečnost potravin, životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ANSES) doporučila nahradit technologické kritérium pro výběr přístrojů k provádění předepsaných diagnostik kritériem výkonnosti detekce olova (stanovisko z července 2025). To umožní používání jiných typů zařízení a přispěje ke snížení počtu radioaktivních zdrojů v oběhu.

V důsledku toho se vyhláška mění takto:

- zrušení technologického kritéria pro přístroje (schopnost detekovat čáru K olova) a jeho nahrazení povinností splňovat výkonnostní kritéria;
- doplnění výkonnostních kritérií navržených Národní zkušební laboratoří a Vědecko-technickým centrem pro stavebnictví pro hodnocení přístrojů: přesnost, opakovatelnost a reprodukovatelnost měření v okolí prahové hodnoty uvedené ve vyhláškách (1 mg/cm²).

10. Odkazy na příslušné zákonné základní texty:

11. Ne

12.

13. Ne

14. Ne

15. Ne



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

16.

Hledisko TBT: Ne

Hledisko SPS: Ne

Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu