EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Notifikationsnummer : 2026/0454/SI (Slovenia)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om metrologiske krav til alkometre

Modtagelsesdato : 26/08/2026
Afslutning af status quo-periode : 27/11/2026

Message

Meddelelse 001

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2026) 2369

Direktiv (EU) 2015/1535

Notifikation: 2026/0454/SI

Notifikation af et udkast fra en medlemsstat

Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20262369.DA

1. MSG 001 IND 2026 0454 SI DA 26-08-2026 SI NOTIF

2. Slovenia

3A. Slovenski inštitut za standardizacijo, Ulica Gledališča BTC 2, SI-1000 Ljubljana

3B. Urad Republike Slovenije za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, SI-1000 Ljubljana

4. 2026/0454/SI - I10 - Metrologi

5. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om metrologiske krav til alkometre

6. Metrologi

7.

8. Ved udarbejdelsen af ændringen af bekendtgørelsen blev det fastslået, at der uden den foreslåede foranstaltning var

risiko for betydelige forsinkelser i kontrollen af alkometre, hvilket følgelig ville medføre en forringelse af trafiksikkerheden.
På grundlag af mange års erfaring med kontrol af alkometre er det blevet påvist, at når de første tre målinger ved en given koncentration ligger inden for de maksimalt tilladelige fejl, ligger de resterende målinger også inden for de maksimalt tilladelige fejl, og en reduktion af antallet af målinger reducerer derfor ikke, hvor korrekt og nøjagtig måleinstrumentet er. Forslaget følger den internationale henstilling OIML R 126:2021, del 2: Metrologiske kontroller og præstationsprøvninger, som i punkt 3.4.3.1 ligeledes anbefaler mindst tre målinger ved hver af mindst tre koncentrationer.
Foranstaltningen bidrager til at optimere proceduren for kontrol af alkometre, som medfører en kortere behandlingstid for gennemførelsen af kontrollen – hvilket er vigtigt for ansøgerne – samt en mere omkostningseffektiv procedure for staten, uden at det går ud over tilliden til, at måleinstrumentet foretager korrekte målinger.
Det almennyttige formål med forslaget er at forbedre trafiksikkerheden.
Bekendtgørelsen pålægger ikke yderligere restriktioner på Den Europæiske Unions indre marked og påvirker ikke grænseoverskridende handel eller tjenesteydelser.
Den gældende bekendtgørelse om metrologiske krav til alkometre kræver ti prøver ved fem koncentrationsniveauer, hvilket er meget tidskrævende og gør, at kontrolprocedurerne tager lang tid. Som følge heraf trækkes måleinstrumenter, der kontrolleres, ud af brug i en længere periode. Den foreslåede foranstaltning forkorter kontrolproceduren og gør det muligt hurtigere at tage måleinstrumenterne i brug igen.
Den foreslåede ændring af bekendtgørelsen udgør ikke en uforholdsmæssig stor byrde i forhold til målsætningen. Bekendtgørelsen om metrologiske krav til alkometre udspringer af hensynet til trafiksikkerheden. De foreslåede ændringer indebærer blot visse ajourføringer på området for kontrol og indledende kontrol og medfører ikke yderligere byrder.
Uden en passende regulering vil de risici, som foranstaltningen har til formål at imødegå, sandsynligvis forblive stort set uændrede, hvilket kan have en negativ indvirkning på trafiksikkerheden.

9. Den foreslåede ændring af bekendtgørelsen om metrologiske krav til alkometre (Republikken Sloveniens statstidende nr. 81/13 og 5/16) består primært i at reducere antallet af gentagelser, der kræves ved prøvning af et alkometers nøjagtighed i forbindelse med indledende, regelmæssig og ekstraordinær kontrol. For at forhindre eventuelle afvigende resultater ved brug af et alkometer indfører bekendtgørelsen desuden en sikkerhedsmargen, dvs. en værdi, der trækkes fra det endelige resultat, som alkometeret viser.

9a. Ved udarbejdelsen af ændringen af bekendtgørelsen blev det fastslået, at der uden den foreslåede foranstaltning var risiko for betydelige forsinkelser i kontrollen af alkometre, hvilket følgelig ville medføre en forringelse af trafiksikkerheden.
På grundlag af mange års erfaring med kontrol af alkometre er det blevet påvist, at når de første tre målinger ved en given koncentration ligger inden for de maksimalt tilladelige fejl, ligger de resterende målinger også inden for de maksimalt tilladelige fejl, og en reduktion af antallet af målinger reducerer derfor ikke, hvor korrekt og nøjagtig måleinstrumentet er. Forslaget følger den internationale henstilling OIML R 126:2021, del 2: Metrologiske kontroller og præstationsprøvninger, som i punkt 3.4.3.1 ligeledes anbefaler mindst tre målinger ved hver af mindst tre koncentrationer.

Foranstaltningen bidrager til at optimere proceduren for kontrol af alkometre, som medfører en kortere behandlingstid for gennemførelsen af kontrollen – hvilket er vigtigt for ansøgerne – samt en mere omkostningseffektiv procedure for staten, uden at det går ud over tilliden til, at måleinstrumentet foretager korrekte målinger.

Det almennyttige formål med forslaget er at forbedre trafiksikkerheden.

9b. Bekendtgørelsen pålægger ikke yderligere restriktioner på Den Europæiske Unions indre marked og påvirker ikke grænseoverskridende handel eller tjenesteydelser.

Den gældende bekendtgørelse om metrologiske krav til alkometre kræver ti prøver ved fem koncentrationsniveauer, hvilket er meget tidskrævende og gør, at kontrolprocedurerne tager lang tid. Som følge heraf trækkes måleinstrumenter, der kontrolleres, ud af brug i en længere periode. Den foreslåede foranstaltning forkorter kontrolproceduren og gør det muligt hurtigere at tage måleinstrumenterne i brug igen.

9c. Den foreslåede ændring af bekendtgørelsen udgør ikke en uforholdsmæssig stor byrde i forhold til målsætningen. Bekendtgørelsen om metrologiske krav til alkometre udspringer af hensynet til trafiksikkerheden. De foreslåede ændringer indebærer blot visse ajourføringer på området for kontrol og indledende kontrol og medfører ikke yderligere byrder.

Uden en passende regulering vil de risici, som foranstaltningen har til formål at imødegå, sandsynligvis forblive stort set uændrede, hvilket kan have en negativ indvirkning på trafiksikkerheden.

10. Henvisninger i grundteksten:

11. Nej

12.

13. Nej

14. Nej

15. Nej

16.
TBT-aspekt: Nej

SPS-aspekt: Nej

****
Europa-Kommissionen
Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu