În temeiul articolului 9 alineatele (1) și (5), al articolului 11 alineatul (5) și pentru punerea în aplicare a articolului 12 din Legea privind metrologia (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia [Uradni List RS] nr. 26/05 – text consolidat oficial), ministrul economiei, muncii și sportului emite următoarele:

Norme de modificare a Normelor privind cerințele metrologice pentru aparatele alcooltest probatorii

Articolul 1

(1) Prezentele norme au fost emise ținând seama de procedura de informare în conformitate cu Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17. 9. 2015, p. 1).

(2) Dispozițiile prezentelor norme nu se aplică produselor care, în conformitate cu legislația națională care asigură un nivel echivalent de protecție a interesului public, astfel cum este stabilit în legislația Republicii Slovenia, sunt

- fabricate sau comercializate legal în alte state membre ale Uniunii Europene și Turcia, sau
- fabricate legal în țările Asociației Europene de Liber Schimb (EFTA), care sunt și semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European.

(3) Prezentele norme se aplică în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008 (JO L 91, 29. 3. 2019, p. 1).

Articolul 2

Articolul 4 alineatul (2) din Normele privind cerințele metrologice pentru aparatele alcooltest probatorii (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia, nr. 81/13 și 5/16) se modifică și are următoarea formulare:

„(2) Eroarea maximă admisă va fi următoarea:

Valoarea reală a concentrației de etanol în faza gazoasă β (mg/l)	Eroarea maximă admisă
0,000 mg/l ≤ β ≤ 0,400 mg/l	± 0,020 mg/l
0,400 mg/l < β ≤ 2 000 mg/l	± (0,05 x β)
β > 2 000 mg/l	± (0,5 x β – 0,9 mg/l)

Articolul 3

Articolul 27 se modifică și are următoarea formulare:

„Articolul 27
(Verificarea inițială)

(1) Examinarea și testarea unui aparat alcooltest probatoriu în cadrul verificării inițiale include următoarele:

- identificarea aparatului alcooltest probatoriu pentru a stabili conformitatea acestuia cu certificatul de omologare de tip, inclusiv verificarea conformității software-ului și a integralității accesoriilor esențiale și a echipamentelor auxiliare (cum ar fi mușțiucuri, dispozitive de stocare sau de tipărire etc.) cu certificatul de omologare de tip pentru mijlocul de măsurare,
- un aparat alcooltest probatoriu, în conformitate cu dispozițiile prezentelor norme; și
- verificarea inscripțiilor prevăzute și posibilitatea de a marca instrumentul cu mărci de verificare și de protecție.

(2) Procedura privind aparatul alcooltest probatoriu menționată la a doua liniuță de la alineatul anterior include un test de precizie.

(3) Testul de precizie menționat la alineatul anterior se efectuează utilizând cel puțin trei valori de referință diferite, ale căror concentrații de etanol în faza gazoasă ar trebui să fie apropiate de limitele prevăzute de lege pentru diferitele niveluri de sancțiuni, astfel cum sunt stabilite în legea privind normele de circulație rutieră. Trebuie să se efectueze cel puțin trei măsurători consecutive pentru fiecare valoare de referință aleasă.

(4) Pentru testul de precizie, rezultatele măsurătorilor trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din prezentele norme.

(5) În cazul în care există îndoieli cu privire la conformitatea aparatului alcooltest probatoriu cu cerințele prezentelor norme, trebuie efectuate examinări și încercări suplimentare – în plus față de testul specificat la alineatul (2) de la prezentul articol – pentru a confirma conformitatea cu cerințele prezentelor norme.

(6) Sistemul de control utilizat pentru testarea aparatului alcooltest probatoriu trebuie să simuleze o concentrație de etanol în faza gazoasă a concentrației cunoscute cu o incertitudine de măsurare mai mică sau egală cu 1/3 din eroarea maximă admisă pentru concentrația respectivă.

(7) Valabilitatea verificării inițiale a unui aparat alcooltest probatoriu se determină prin adăugarea la data verificării inițiale a intervalului de verificare periodică. Verificarea inițială este valabilă până la sfârșitul lunii în care expiră termenul-limită de verificare.

(8) Pe lângă marcajul de verificare inițială, aparatul alcooltest probatoriu este, de asemenea, marcat, în momentul primei verificări, cu un marcaj de verificare periodică care indică perioada de valabilitate a verificării.”

Articolul 4

(1) La articolul 29, alineatul (1) se elimină. Alineatul (2) devine alineatul (1) și se modifică după cum urmează:

„(1) În cazul verificărilor de rutină și al celor care nu sunt de rutină, examinarea și testarea se efectuează în conformitate cu cerințele stabilite pentru verificarea inițială la articolul 27 din prezentele norme.”

(2) Alineatul (3) devine alineatul (2).

Articolul 5

Articolul 30 se modifică și are următoarea formulare:

„Articolul 30

Eroarea maximă admisă pentru aparatele alcooltest probatorii aflate în uz este următoarea:

Valoarea reală a concentrației de etanol în faza gazoasă β (mg/l)	Eroarea maximă admisă
0,000 mg/l ≤ β < 0,400 mg/l	± 0,030 mg/l
0,400 mg/l < β ≤ 2 000 mg/l	± (0,075 x β)
β > 2 mg/l	± (0,75 x β – 1,35 mg/l)

Articolul 6

Se adaugă un nou articol 30a, cu următoarea formulare:

„Articolul 30a.
(Eroare pozitivă)

Atunci când se utilizează un aparat alcooltest probatoriu pentru a măsura concentrația de etanol în aerul expirat, eroarea pozitivă a valorii absolute a erorii maxime admise menționată la articolul 30 din prezentele norme se deduce din rezultatul final în conformitate cu al doilea paragraf al articolului 15 din prezentele norme.

Articolul 7

(1) Aparatele alcooltest probatorii care, la data intrării în vigoare a prezentelor norme, dispun de o omologare de tip valabilă a unui mijloc de măsurare, în conformitate cu Normele privind cerințele metrologice pentru aparatele alcooltest probatorii (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia, nr. 81/13 și 5/16), pot fi supuse verificării inițiale dacă îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 27 din prezente norme.

(2) Aparatele alcooltest probatorii care, la data intrării în vigoare a prezentelor norme, dispun de o verificare inițială valabilă în temeiul normelor privind cerințele metrologice pentru aparatele alcooltest probatorii (Monitorul Oficial RS, nr. 27/02) sau al normelor privind cerințele metrologice pentru aparatele alcooltest probatorii (Monitorul Oficial RS, nr. 81/13 și nr. 5/16) pot fi supuse în continuare verificării de rutină și și celei care nu este de rutină, cu condiția să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 29 din norme.

Articolul 8

Prezentele norme intră în vigoare în cea de a cincisprezecea zi ulterioară publicării lor în Monitorul Oficial al Republicii Slovenia.

Nr. .....
Ljubljana, la ...
EVA .....

Dr. Anže Logar

Ministrul Economiei, Muncii și Sportului