

DEKRETO

projektas

2025 m. ... d.

kuriuo iš dalies keičiamas Dekretas Nr. 296/2012 dėl reikalavimų aprūpinant transporto priemonėmis medicinos transporto paslaugų teikėjus, greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikėjus ir pacientų, kuriems reikia skubios pagalbos, pervežimo paslaugų teikėjus ir dėl šioms transporto priemonėms taikomų reikalavimų

Pagal Įstatymo Nr. 372/2011 dėl sveikatos paslaugų ir jų teikimo sąlygų (Sveikatos paslaugų įstatymas), su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 111/2019, Įstatymu Nr. 261/2021 ir Įstatymu Nr. 240/2024, 120 straipsnį, Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama įgyvendinti Sveikatos paslaugų įstatymo 11 straipsnio 7 dalį, nustato:

I straipsnis

Dekretas Nr. 296/2012 dėl reikalavimų aprūpinant transporto priemonėmis medicinos transporto paslaugų teikėjus, greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikėjus ir pacientų, kuriems reikia skubios pagalbos, pervežimo paslaugų teikėjus ir dėl šioms transporto priemonėms taikomų reikalavimų iš dalies keičiamas taip:

1. 2 straipsnio 2 dalyje žodis „pagaminta“ pakeičiamas žodžiais „registruota Čekijos Respublikoje“.
2. Po 2 straipsnio įterpiamas naujas 2a straipsnis, kuris išdėstomas taip:

„2a.

Pagal šį dekretą taikomi Čekijos techniniai standartai skelbiami Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.“.

3. 3 straipsnis panaikinamas.
4. 1 išnaša išdėstoma taip:

„¹⁾ Pavyzdžiui, Įstatymas Nr. 56/2001 dėl transporto priemonių eksploatavimo keliuose sąlygų su pakeitimais, Įstatymas Nr. 30/2024 dėl transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo, Dekretas Nr. 153/2023 dėl techninės apžiūros sertifikavimo ir transporto priemonių eksploatavimo keliuose techninių reikalavimų.“.

5. Priedo I dalies A skirsnio 1 punktą papildomas šiuo sakiniu: „Pacientų pervežimui skirta transporto priemonė atitinka reikalavimus, nustatytus A1 arba A2 tipo pacientų pervežimo kelių greitosios pagalbos transporto priemonėms pagal Čekijos techninį standartą, reglamentuojantį medicinos transporto priemones²⁾“.

2 išnaša išdėstoma taip:

„²⁾ ČSN EN 1789 (842110) Medicinos transporto priemonės ir jų įranga. Greitosios medicinos pagalbos automobiliai.“.

6. Priedo I dalies A skirsnio 2 punkto 2.12 papunkčio pradžioje įterpiamas žodis „ne iš stiklo“.

7. Priedo I dalies A skirsnio 2 punkto 2.16 papunktis išbraukiamas.

2.17–2.21 papunkčiai pernumeruojami į 2.16–2.20 papunkčius.

8. Priedo I dalies A skirsnio 2 punkto 2.19 papunktis išdėstomas taip:

„2.19. darbinis atšvaitas;“.

9. 3 išnaša išdėstoma taip:

„³⁾ Dekretas Nr. 153/2023 dėl techninės apžiūros sertifikavimo ir transporto priemonių eksploatavimo keliuose techninių reikalavimų.“.

10. Priedo I dalies A skirsnio 2 punkto 2.20 papunkčio pabaigoje esantis taškas pakeičiamas kableliu, ir pridedamas šis 2.21 papunktis:

„2.21. įtaisas sulankstytam neįgaliųjų vežimėliui pritvirtinti.“.

11. Priedo I dalies A skirsnio 2 punkte, paskutinėje nuostatos dalyje žodžiai „2.18 ir 2.19“ pakeičiami žodžiais „2.17 ir 2.18“.

12. Priedo I dalies A skirsnio 3 punktas išdėstomas taip:

„3. Pacientų pervežimui skirtoms transporto priemonėms taikomi ženklinimo ir spalvų reikalavimai

3.1. Pagrindinė transporto priemonės kėbulo spalva yra balta. Kontūrai paryškinti transporto priemonė ant kėbulo šonų, priekinių ir galinių paviršių pažymima horizontaliai priklijuota raudona atšvaitine juosta, pritaikyta transporto priemonės formai. Juostos plotis yra ne mažesnis kaip 150 mm ir ne didesnis kaip 300 mm.

3.2. Centrinėje priekinių durelių dalyje išilgai transporto priemonės išilginės ašies transporto priemonė žymima užrašu „MEDICINOS PAGALBOS TRANSPORTO TARNYBA“, o antroje eilutėje po užrašu nurodomas medicinos pagalbos transporto paslaugų teikėjo pavadinimas. Užrašas yra juodos spalvos. Šrifto aukštis – 15 mm, tarpai tarp eilučių – 35 mm.“.

13. Priedo I dalies B skirsnio 1 punkte ir II dalies B skirsnio 1 punkte žodžiai „uždaro kėbulo lengvasis automobilis“ pakeičiami žodžiais „M1 kategorijos transporto priemonė“.

14. Priedo I dalies B skirsnio 2 punkto 2.2 papunktyje išbraukiami žodžiai „transporto priemonės radijo siųstuvas arba“.

15. Priedo I dalies B skirsnio 4 punktas išdėstomas taip:

„4. Transporto priemonių, skirtų greitam medicinos specialistų vežimui ir skubiam audinių, ląstelių ir kitų biologinių medžiagų, vaistinių preparatų ir medicinos prietaisų, būtinų skubiai priežiūrai teikti, vežimui, ženklavimo ir spalvų reikalavimai

4.1. Pagrindinė transporto priemonės kėbulo spalva yra balta. Kontūrai paryškinti transporto priemonė ant kėbulo šonų, priekinių ir galinių paviršių pažymima horizontaliai priklijuota raudona atšvaitine juosta, pritaikyta transporto priemonės formai. Viršutinis juostos kraštas yra 30 mm nuo apatinio šoninio lango krašto. Juostos plotis yra ne mažesnis kaip 150 mm ir ne didesnis kaip 300 mm.

4.2. Centrinėje priekinių durelių dalyje išilgai transporto priemonės išilginės ašies transporto priemonė pažymima medicinos transporto paslaugų teikėjo pavadinimu. Užrašas yra juodos spalvos. Šrifto aukštis – 15 mm, tarpai tarp eilučių – 35 mm.“.

16. Priedo II dalies A skirsnio 1 punktas papildomas šiuo sakiniu: „Skubios medicinos pagalbos transporto priemonė atitinka reikalavimus, nustatytus B tipo pacientų pervežimo kelių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėms arba C tipo mobiliajai intensyviosios priežiūros tarnybai pagal Čekijos techninį standartą, taikomą medicinos transporto priemonėms²⁾“.
17. Priedo II dalies A skirsnio 2 punkto 2.8 papunkčio pabaigoje įrašomi žodžiai „leidžiant perduoti duomenis“.
18. Priedo II dalies A skirsnio 2 punkto 2.11 papunktyje po žodžio „įskaitant“ įterpiami žodžiai „nosies kaniulė“.
19. Priedo II dalies A skirsnio 2 punkto 2.13 papunktyje po žodžio „kaniulės“ įterpiami žodžiai „intubacijos įvediklis“, o žodis „koniotomija“ pakeičiamas žodžiais „invazinis kvėpavimo takų valdymas“.
20. Priedo II dalies A skirsnio 2 punkto 2.31 papunkčio pabaigoje įrašomi žodžiai „motinos ir vaiko priežiūrai skirta medžiaga“.
21. Priedo II dalies A skirsnio 2 punkto 2.32 papunktis išbraukiamas.
2.33–2.56 papunkčiai pernumeruojami į 2.32–2.55 papunkčius.
22. Priedo II dalies A skirsnio 2 punkto 2.33 papunkčio pabaigoje įrašomi žodžiai „įskaitant lankstumo įtvarą“.
23. Priedo II dalies A skirsnio 2 punkto 2.37 papunkčio pradžioje įterpiamas žodis „ne iš stiklo“.
24. Priedo II dalies A skirsnio 2 punkto 2.43 papunktyje po žodžių „nugaros įtvaras“ įterpiami žodžiai „arba funkciniu požiūriu panašus prietaisas“.
25. Priedo II dalies A skirsnio 2.44 papunkčio pabaigoje įrašomi žodžiai „visiems reagavimo grupės nariams“.
26. Priedo II dalies A skirsnio 2 punkto 2.50 papunktyje žodžiai „medicinos prietaisai“ pakeičiami žodžiu „paviršiai“.

27. Priedo II dalies A skirsnio 2 punkte po 2.54 papunkčio įterpiamas šis naujas 2.55 papunktis:

„2.55. GPS navigacija ar jos atitikmuo, leidžiantis keistis duomenimis su Medicinos operacijų centru;“.

2.55 papunktis pernumeruojamas į 2.56 papunktį.

28. Priedo II dalies A skirsnio 2.56 punkto 2 papunktyje žodžiai „mėlyna spalva“²⁾ pakeičiami žodžiais „su mėlynos ir raudonos spalvų deriniu“.

29. Priedo II dalies A skirsnio 2 punkto nuostatos paskutinė dalis išbraukiama.

30. Priedo II dalies A skirsnio 3 punktas išdėstomas taip:

„3. Greitosios medicinos pagalbos transporto priemonių ženklavimo ir spalvų reikalavimai

3.1. Pagrindinė automobilio kėbulo spalva yra sieros geltona (RAL 1016), stogas yra tos pačios spalvos arba baltas.

3.2. Mėlynosios gyvybės žvaigždės simboliai yra bent abiejose transporto priemonės pusėse ir ant galinių durelių.

3.3. Kėbulo šonuose transporto priemonė paženklinama horizontaliai priklijuota atšvaitine juosta su reguliariai kintančiais žalios ir geltonos spalvos laukais kontūrai išryškinti. Laukų matmenys ne mažesni kaip 300x150 mm; techniškai pagrįstais atvejais, ypač jei trūksta vietos laukui arba jei dėl kėbulo formos lauko neįmanoma pažymėti, lauko matmenys pritaikomi prie transporto priemonės konstrukcijos. Laukai žymimi vienoje ar dvejose horizontaliose juostose, sukuriant šachmatų lentos išvaizdą.

3.4. Priekinių durelių centre išilgai transporto priemonės išilginės ašies transporto priemonė žymima užrašu „GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“. Antroje eilutėje po užrašu juodomis 15 mm aukščio raidėmis nurodomas greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikėjo pavadinimas arba ne mažesnė kaip 200 mm dydžio sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo emblema. Tarpai tarp eilučių – 35 mm.

3.5. Centrinėje priekinio variklio dangčio dalyje išilgai išilginės transporto priemonės ašies transporto priemonė paženklinama didele sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo emblema, kurios aukštis ne mažesnis kaip 400 mm ir ne didesnis kaip 500 mm, arba užrašu „AMBULANCE“. Užrašas yra žalios spalvos.

3.6. Transporto priemonės kėbulo šonai paženklinami užrašu „GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“. Užrašas yra tarp viršutinio lango krašto ir viršutinio kėbulo krašto; techniškai pagrįstais atvejais, ypač jei trūksta vietos užrašui arba jei dėl kėbulo formos neįmanoma išskirti vietos užrašui, užrašas gali būti išdėstomas tarp apatinio lango krašto ir viršutinio šviesų atspindinčios juostos krašto. Užrašas yra žalios spalvos. Raidžių aukštis yra ne mažesnis kaip 100 mm.

3.7. Raudonos ir geltonos atšvaitinės juostos yra transporto priemonės kėbulo gale. Juostos išdėstomos 45 laipsnių kampų horizontalaus transporto priemonės

paviršiaus atžvilgiu. Juostos plotis yra ne mažesnis kaip 150 mm. Juostos išdėstomos nuo galinės dalies centrinės išilginės ašies iki kėbulo išorinės dalies. Pirmoji juosta nuo viršutinės išorinės kėbulo dalies, žiūrint iš priekio, yra raudonos spalvos.

3.8. Kėbulo priekyje ir gale yra užrašas „AMBULANCE“. Užrašas išdėstomas transporto priemonės skersinės ašies centrinėje dalyje, tarp viršutinio priekinio stiklo krašto ir viršutinio kėbulo krašto bei tarp viršutinio galinio lango krašto ir viršutinio kėbulo krašto; techniškai pagrįstais atvejais, ypač jei trūksta vietos užrašui arba jei dėl kėbulo formos neįmanoma išskirti vietos užrašui, užrašas gali būti išdėstomas tarp apatinio lango krašto ir apatinio kėbulo krašto. Užrašas yra žalios spalvos. Raidžių aukštis yra ne mažesnis kaip 150 mm.

3.9. Jei ant transporto priemonės stogo yra užrašas, nurodantis transporto priemonėje esančio radijo siųstuvo šaukinį, jį sudaro ne mažesnės kaip 280 mm aukščio raidės. Jei užrašo dydis viršija transporto priemonės stogo laisvą plotą, užrašas su šaukiniu išdėstomas dviejose eilutėse. Atstumas tarp eilučių yra 100 mm. Techniškai pagrįstais atvejais, ypač jei trūksta vietos užrašui arba jei dėl kėbulo formos neįmanoma išskirti vietos užrašui, raidžių aukštis pritaikomas prie transporto priemonės konstrukcijos.

31. Priedo II dalies A skirsnis papildomas šiuo 4 punktu:

„4. II dalies A skirsnio 3 punkto nuostatos netaikomos pacientų pervežimo paslaugų teikėjo, teikiančio skubią ikihospitalinę medicinos pagalbą pagal Įstatymo Nr. 374/2011 dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų 14 straipsnį, transporto priemonėms. Šių transporto priemonių spalva ir ženklavimas atitinka III dalies 3 punkto reikalavimus.“.

32. Priedo II dalies B skirsnio 3 punkte žodžiai „šio priedo II.A.2“ pakeičiami žodžiais „II dalies A skirsnio 2 punktas“, žodžiai „2.32, 2.38, 2.44 ir 2.55“ pakeičiami žodžiais „2.21, 2.37, 2.43 ir 2.54“, o žodžiai „šio priedo II.A.2 2.12 papunktis“ pakeičiami žodžiais „II dalies A skirsnio 2 punkto 2.12 papunktis“.

33. Priedo II dalies B skirsnio 5 punktas išdėstomas taip:

„5. Randevu sistemoje naudojamų greitosios medicinos pagalbos transporto priemonių ženklavimo ir dažymo reikalavimai

5.1. Pagrindinė automobilio kėbulo spalva yra sieros geltona (RAL 1016).

5.2. Mėlynosios gyvybės žvaigždės simboliai yra bent abiejose transporto priemonės pusėse ir ant galinių durelių. Simbolio dydis yra ne mažesnis kaip 200 mm.

5.3. Kėbulo šonuose transporto priemonė paženklinama horizontaliai priklijuota atšvaitine juosta su reguliariai kintančiais žalios ir geltonos spalvos laukais kontūrai išryškinti. Laukų matmenys ne mažesni kaip 300x150 mm; techniškai pagrįstais atvejais, ypač jei trūksta vietos laukui arba jei dėl kėbulo formos lauko neįmanoma pažymėti, lauko matmenys pritaikomi prie transporto priemonės konstrukcijos. Laukai žymimi vienoje ar dviejose horizontaliose juostose, sukuriant šachmatų lentos išvaizdą.

5.4. Priekinių durelių centre išilgai transporto priemonės išilginės ašies transporto priemonė žymima užrašu „GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“. Antroje eilutėje po užrašu juodomis 15 mm aukščio raidėmis nurodomas greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikėjo pavadinimas arba ne mažesnė kaip 200 mm dydžio sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo emblema. Tarpai tarp eilučių – 35 mm.

5.5. Ant priekinio variklio dangčio transporto priemonė paženklinama didele sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo emblema, kurios matmenys ne didesni kaip 500 mm, arba užrašu „AMBULANCE“. Užrašas yra žalios spalvos.

5.6. Transporto priemonės kėbulo šonai paženklinami užrašu „GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“. Užrašas išdėstomas tarp apatinio lango krašto ir apatinio kėbulo krašto. Užrašas yra žalios spalvos. Raidžių aukštis yra ne mažesnis kaip 50 mm.

5.7. Raudonos ir geltonos atšvaitinės juostos yra transporto priemonės kėbulo gale. Juostos išdėstomos 45 laipsnių kampu horizontalaus transporto priemonės paviršiaus atžvilgiu. Juostos išdėstomos nuo galinės dalies centrinės išilginės ašies iki kėbulo išorinės dalies. Pirmoji juosta nuo viršutinės išorinės kėbulo dalies, žiūrint iš priekio, yra raudonos spalvos.

5.8. Kėbulo priekyje ir gale yra užrašas „AMBULANCE“. Užrašas išdėstomas transporto priemonės skersinės ašies centrinėje dalyje, tarp priekinio stiklo apatinio krašto ir kėbulo apatinio krašto bei tarp galinio lango apatinio krašto ir kėbulo apatinio krašto. Užrašas yra žalios spalvos. Raidžių aukštis yra ne mažesnis kaip 300 mm.

5.9. Jei ant transporto priemonės stogo yra užrašas, nurodantis transporto priemonėje esančio radijo siųstuvo šaukinį, jį sudaro ne mažesnės kaip 280 mm aukščio raidės. Jei užrašo dydis viršija transporto priemonės stogo laisvą plotą, užrašas su šaukiniu išdėstomas dviejose eilutėse. Atstumas tarp eilučių yra 100 mm. Techniškai pagrįstais atvejais, ypač jei trūksta vietos užrašui arba jei dėl kėbulo formos neįmanoma išskirti vietos užrašui, raidžių aukštis pritaikomas prie transporto priemonės konstrukcijos.“.

34. Priedo II dalies B skirsnis papildomas šiuo 6 punktu:

„6. II dalies B skirsnio 5 dalies nuostatos netaikomos pacientų, kuriems reikia skubios pagalbos, pervežimui skirtoms transporto priemonėms, kuriomis teikiamos greitosios medicinos pagalbos paslaugos pagal Įstatymo Nr. 374/2011 dėl greitosios medicinos pagalbos 14 straipsnį. Šių transporto priemonių spalva ir ženklėjimas atitinka III dalies 3 punkto reikalavimus.“.

35. Priedo II dalies C skirsnio 1 punktas papildomas šiuo sakiniu: „Greitosios medicinos pagalbos transporto priemonė atitinka B tipo kelių greitosios pagalbos transporto priemonėms pagal Čekijos techninį standartą, reglamentuojantį medicinos pagalbos transporto priemones, nustatytus reikalavimus²⁾“.

36. Priedo II dalies C skirsnio 2 dalyje žodžiai „šio priedo II.A.2“ pakeičiami žodžiais „II dalies A skirsnio 2 punktas“.

37. Priedo II dalies C skirsnio 3 punktas išdėstomas taip:

„3. Pagrindinė transporto priemonės kėbulo spalva ir ženklėjimas yra tokie patys kaip ir greitosios medicinos pagalbos transporto priemonių pagal II dalies A skirsnį.“.

38. Priedo II dalies D skirsnio 1 punktas papildomas šiuo sakiniu: „Transporto priemonė neišnešiotiems ir patologiniams naujagimiams vežti atitinka B tipo kelių greitosios pagalbos transporto priemonėms arba C tipo mobiliosios intensyviosios priežiūros tarnyboms pagal Čekijos techninį standartą, kuriuo reglamentuojamos medicinos pagalbos transporto priemonės, nustatytus reikalavimus.²⁾“.

39. Priedo II dalies D skirsnio 2 dalyje žodžiai „šio priedo II.A.2“ pakeičiami žodžiais „II dalies A skirsnio 2 punktas“, o žodžiai „2.34, 2.38, 2.44–2.46, 2.49 ir 2.50“ pakeičiami žodžiais „2.33, 2.37, 2.43–2.45, 2.48 ir 2.49“.

40. Priedo II dalies D skirsnio 3 punktas išdėstomas taip:

„3. Pagrindinė transporto priemonės kėbulo spalva ir ženklėjimas yra tokie patys kaip ir greitosios medicinos pagalbos transporto priemonių pagal II dalies A skirsnį.“.

41. Priedo II dalies E skirsnis papildomas šiuo sakiniu: „Oro greitosios pagalbos komandai skirtas sraigtasparnis atitinka medicinos pagalbos orlaiviams pagal Čekijos techninius standartus, kuriais reglamentuojami medicinos pagalbos orlaiviai, nustatytus reikalavimus⁵⁾“.

5 išnaša išdėstoma taip:

„⁵⁾ ČSN EN 13718-1+A1 (842120) Medicinos transporto priemonės ir jų įranga. Medicinos pagalbos orlaiviai. 1 dalis. Reikalavimai, keliami medicinos pagalbos orlaiviuose naudojamoms medicinos priemonėms.

ČSN EN 13718-2+A1 (842120) Medicinos transporto priemonės ir jų įranga. Medicinos pagalbos orlaiviai. 2 dalis. Medicinos pagalbos orlaivių eksploataciniai ir techniniai reikalavimai.“.

42. Priedo II dalies E skirsnio 2 punkte žodžiai „šio priedo II.A.2“ pakeičiami žodžiais „II dalies A skirsnio 2 punktas“, žodžiai „2.52, 2.53, 2.55“ pakeičiami žodžiais „2.51, 2.52, 2.54“, o žodžiai „šio priedo II.A.2 2.1 papunktis“ pakeičiami žodžiais „II dalies A skirsnio 2 punkto 2.1 papunktis“.

43. Priedo II dalies pabaigoje pridedami šie F ir G skirsniai:

„F. Kitos ir specialiosios skubiosios medicinos pagalbos transporto priemonės

1. Kitos ir specialiosios greitosios medicinos pagalbos transporto priemonės apibrėžiamos kaip A, L, M, N, O ir R kategorijų transporto priemonės, atitinkančios motorinių transporto priemonių eksploatavimo keliuose sąlygas pagal kitus teisės aktus¹⁾, ir yra skirtos greitosios medicinos pagalbos tarnybos užduotims atlikti pagal Sveikatos paslaugų įstatymą, Greitosios medicinos pagalbos tarnybos įstatymą ir Integruotos gelbėjimo sistemos įstatymą.

2. Kitų ir specialiųjų greitosios medicinos pagalbos transporto priemonių ženklavimo ir dažymo reikalavimai

2.1. Pagrindinė automobilio kėbulo spalva yra sieros geltona (RAL 1016).

2.2. Mėlynosios gyvybės žvaigždės simboliai yra bent abiejose transporto priemonės pusėse ir ant galinių durelių. Simbolio dydis yra ne mažesnis kaip 300 mm; techniškai pagrįstais atvejais, ypač jei trūksta vietos simboliui arba jei dėl kėbulo formos simboliu neįmanoma pažymėti, simbolio dydis pritaikomas prie transporto priemonės konstrukcijos.

2.3. Kėbulo šonuose transporto priemonė paženklinama horizontaliai priklijuota atšvaitine juosta su reguliariai kintančiais žalios ir geltonos spalvos laukais kontūrai išryškinti. Laukų matmenys ne mažesni kaip 300x150 mm; techniškai pagrįstais atvejais, ypač jei trūksta vietos laukui arba jei dėl kėbulo formos lauko neįmanoma pažymėti, lauko matmenys pritaikomi prie transporto priemonės konstrukcijos. Laukai žymimi vienoje ar dvejose horizontaliose juostose, sukuriant šachmatų lentos išvaizdą.

2.4. Transporto priemonės kėbulo šonai paženklinami užrašu „GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“. Jei transporto priemonė turi šoninius langus, užrašas išdėstomas tarp viršutinio lango krašto ir viršutinio kėbulo krašto; techniškai pagrįstais atvejais, ypač jei trūksta vietos užrašui arba jei dėl kėbulo formos neįmanoma išskirti vietos užrašui, užrašas gali būti išdėstomas tarp apatinio lango krašto ir viršutinio šviesą atspindinčios juostos krašto. Užrašas yra žalios spalvos. Raidžių aukštis yra ne mažesnis kaip 100 mm.

2.5. Kėbulo priekyje ir gale yra užrašas „AMBULANCE“. Užrašas priekyje ir gale pritaikomas prie konkrečių techninių transporto priemonės charakteristikų. Užrašas yra žalios spalvos. Raidžių aukštis yra ne mažesnis kaip 100 mm.

2.6. Raudonos ir geltonos atšvaitinės juostos yra transporto priemonės kėbulo gale. Juostos išdėstomos 45 laipsnių kampu horizontalaus transporto priemonės paviršiaus atžvilgiu. Juostos išdėstomos nuo galinės dalies centrinės išilginės ašies iki kėbulo išorinės dalies. Pirmoji juosta nuo viršutinės išorinės kėbulo dalies, žiūrint iš priekio, yra raudonos spalvos.

2.7. Transporto priemonėje įrengiama speciali įspėjamoji lemputė su mėlynos ir raudonos spalvų deriniu, kartu su specialiu garsiniu įspėjamuoju įtaisu.

G. Greitosios medicinos pagalbos laivai

1. Greitosios medicinos pagalbos laivų ženklavimo ir dažymo reikalavimai

1.1. Laivo šonuose horizontaliai pritvirtinama šviesą atspindinti juosta su reguliariai kintančiais žalios ir geltonos spalvos laukais kontūrai išryškinti. Laukų matmenys ne mažesni kaip 300x150 mm; techniškai pagrįstais atvejais, ypač jei trūksta vietos laukui arba jei dėl korpuso formos lauko neįmanoma pažymėti, lauko matmenys pritaikomi prie laivo konstrukcijos. Laukai žymimi vienoje ar dvejose horizontaliose juostose, sukuriant šachmatų lentos išvaizdą.

1.2. Laivo šonai pažymimi užrašu „GREITOJI MEDICINOS PAGALBA“. Antroje eilutėje po užrašu žaliosiomis 15 mm aukščio raidėmis nurodomas greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikėjo pavadinimas arba sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo emblema, kurios matmenys ne mažesni kaip 100 mm. Tarpai tarp eilučių – 35 mm.

1.3. Jei laive įrengta speciali išpėjamoji lemputė, ji yra mėlynos spalvos arba su mėlynos ir raudonos spalvų deriniu ir kartu įrengiamas specialus garsinis išpėjamasis įtaisas.“.

44. Priedo III dalies 1 punktas papildomas šiuo sakiniu: „Transporto priemonė, skirta pacientų, kuriems reikia skubios medicinos pagalbos, pervežimui, atitinka reikalavimus, nustatytus pacientų, kuriems reikia skubios medicinos pagalbos, pervežimui skirtoms B tipo greitosios medicinos pagalbos kelių transporto priemonėms arba C tipo mobiliajai intensyviosios priežiūros tarnybai pagal Čekijos techninį standartą, reglamentuojantį medicinos transporto priemones²⁾“.

45. Priedo III dalies 2 punkte žodžiai „šio priedo II.A.2“ pakeičiami žodžiais „II dalies A skirsnio 2 punktas“, žodžiai „2.44–2.46 ir 2.48–2.50“ pakeičiami žodžiais „2.43–2.45 ir 2.47–2.49“, žodžiai „šio priedo II.A.2. 2.52 punktas“ pakeičiami žodžiais „II dalies A skirsnio 2 punkto 2.51 papunktis“, o po antro sakinio įterpiamas sakinyss „Ši nuostata netaikoma ikihospitalinės greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikėjo, teikiančio greitosios medicinos pagalbos paslaugas pagal Įstatymo Nr. 374/2011 dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų 14 straipsnį, transporto priemonėms“.

46. Priedo II dalies 2 punkte žodžiai „šio priedo II.D.2“ pakeičiami žodžiais „II dalies D skirsnio 2 punktas“.

47. Priedo III dalies 3 punktas išdėstomas taip:

„3. Pacientų, kuriems reikia skubios medicinos pagalbos, pervežimui skirtoms transporto priemonėms taikomi ženklavimo ir spalvų reikalavimai

3.1. Pagrindinė transporto priemonės kėbulo spalva yra balta. Kontūrai paryškinti transporto priemonė ant kėbulo šonų, priekinių ir galinių paviršių pažymima horizontaliai priklijuota raudona atšvaitine juosta, pritaikyta transporto priemonės formai. Juostos plotis yra ne mažesnis kaip 150 mm ir ne didesnis kaip 300 mm.

3.2. Centrinėje priekinių durelių dalyje išilgai išilginės transporto priemonės vidurio linijos transporto priemonė paženklinama užrašu „PACIENTŲ, KURIEMS REIKIA SKUBIOS MEDICINOS PAGALBOS, TRANSPORTAS“. Antroje eilutėje po užrašu juodomis 15 mm aukščio raidėmis nurodomas pacientų, kuriems reikia skubios medicinos pagalbos, pervežimo paslaugų teikėjo pavadinimas arba sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo emblema, kurios matmenys ne mažesni kaip 200 mm. Tarpai tarp eilučių – 35 mm.

3.3. Ant transporto priemonės šonų išdėstomas užrašas „PACIENTŲ, KURIEMS REIKIA SKUBIOS MEDICINOS PAGALBOS, TRANSPORTAS“. Užrašas išdėstomas tarp viršutinio lango krašto ir viršutinio kėbulo krašto; techniškai pagrįstais atvejais, ypač jei trūksta vietos užrašui arba jei dėl korpuso formos neįmanoma išskirti vietos užrašui, užrašas gali būti išdėstomas tarp apatinio lango krašto ir viršutinio šviesą atspindinčios juostelės krašto. Užrašas yra juodos spalvos. Raidžių aukštis yra ne mažesnis kaip 100 mm.

3.4. Kėbulo priekyje ir gale yra užrašas „AMBULANCE“. Užrašas išdėstomas transporto priemonės skersinės ašies centrinėje dalyje, tarp viršutinio priekinio stiklo krašto ir viršutinio kėbulo krašto bei tarp viršutinio galinio lango krašto ir viršutinio kėbulo krašto; techniškai pagrįstais atvejais, ypač jei trūksta vietos

užrašui arba jei dėl kėbulo formos neįmanoma išskirti vietos užrašui, užrašas gali būti išdėstomas tarp apatinio lango krašto ir apatinio kėbulo krašto. Užrašas yra juodos spalvos. Raidžių aukštis yra ne mažesnis kaip 150 mm.

3.5. Raudonos ir geltonos atšvaitinės juostos yra transporto priemonės kėbulo gale. Juostos išdėstomos 45 laipsnių kampų transporto priemonės horizontaliosios ašies atžvilgiu. Juostos plotis yra ne mažesnis kaip 150 mm. Juostos išdėstomos nuo galinės dalies centrinės išilginės ašies iki kėbulo išorinės dalies. Pirmoji juosta nuo viršutinės išorinės kėbulo dalies, žiūrint iš priekio, yra raudonos spalvos.

3.6. Jei transporto priemonėje įrengtas radijo siųstuvas, ant transporto priemonės stogo išdėstomas užrašas, nurodantis radijo siųstuvo šaukinį. Šaukinį sudaro ne mažesnės kaip 280 mm aukščio raidės. Jei užrašo dydis viršija transporto priemonės stogo laisvą plotą, užrašas su šaukiniu išdėstomas dviejose eilutėse. Atstumas tarp eilučių yra 100 mm. Techniškai pagrįstais atvejais, ypač jei trūksta vietos užrašui arba jei dėl kėbulo formos neįmanoma išskirti vietos užrašui, raidžių aukštis pritaikomas prie transporto priemonės konstrukcijos.

48. Priedo III dalis papildoma šiuo 4 punktu:

„4. Jeigu pacientus, kuriems reikia skubios medicinos pagalbos, veža greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikėjas, taip pat gali būti naudojama greitosios medicinos pagalbos transporto priemonė arba greitosios medicinos pagalbos paramedikų transporto priemonė, atitinkanti transporto priemonės, skirtos pacientų, kuriems reikia skubios medicinos pagalbos, pervežimui, įrengimo reikalavimus.“.

II straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Dekreto Nr. 296/2012 su pakeitimais, padarytais nuo šio dekreto įsigaliojimo dienos, priede nustatyti reikalavimai dėl transporto priemonių spalvų netaikomi Čekijos Respublikoje registruotoms transporto priemonėms iki 2026 m. gruodžio 31 d.

2. Medicinos transporto paslaugų teikėjai, greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikėjai ir pacientų, kuriems reikia skubios pagalbos, pervežimo transporto priemonėmis paslaugų teikėjai turi laikytis medicinos transporto paslaugų teikėjo, greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikėjo ir pacientų, kuriems reikia skubios pagalbos, pervežimo transporto priemonėmis paslaugų teikėjo techninės ir materialinės įrangos reikalavimų pagal Dekreto Nr. 296/2012, iš dalies pakeisto nuo šio dekreto įsigaliojimo dienos, priedą iki 2026 m. gruodžio 31 d. Medicinos transporto paslaugų teikėjo, greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikėjo ir pacientų, kuriems reikia skubios pagalbos, pervežimo transporto priemonėmis paslaugų teikėjo techninės ir materialinės įrangos reikalavimų, nustatytų Dekreto Nr. 296/2012 su pakeitimais, padarytais nuo šio dekreto įsigaliojimo dienos, priedo I dalies A skirsnio 3 punkte, B skirsnio 2 punkte ir II dalies A skirsnio 2 punkte, medicinos transporto paslaugų teikėjai, greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikėjai ir pacientų, kuriems reikia skubios pagalbos, pervežimo transporto priemonėmis paslaugų teikėjai turi laikytis per 3 mėnesius nuo šio dekreto įsigaliojimo dienos.

III straipsnis

Techninis reglamentas

Apie šį nutarimą buvo pranešta vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisyklės teikimo tvarka.

IV straipsnis

Įsigaliojimo data

Šis dekretas įsigalioja penkioliktą dieną po jo paskelbimo.

Ministras: