

Belga Királyság

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI, ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZÖVETSÉGI KÖZSZOLGÁLAT

Királyi rendelet a beltéri levegő minőségének ellenőrzésére szánt hordozható és szállítható CO₂-mérők forgalomba hozatalának feltételeiről

FÜLÖP, belga király,

Üdvözet a jelenlevőknek és az ezután érkezőknek!

Mivel e királyi rendelet célja, hogy az 1998. december 21-i törvényben meghatározott előírások szerint meghatározza a beltéri levegő minőségének ellenőrzésére szánt hordozható és szállítható CO₂-mérők forgalomba hozatalának feltételeit,

mivel e királyi rendelet célja annak biztosítása, hogy a forgalomba hozott hordozható és szállítható CO₂-mérők megfeleljenek a 2022. november 6-i törvény 4. cikke (1) bekezdésének első pontjában említett célkitűzéseknek,

tekintettel a 2011. július 27-i és 2015. december 16-i törvénnyel módosított, a fenntartható termelési és fogyasztási minták előmozdítására irányuló termékszabványokról, valamint a környezet, az egészség és a munkavállalók védelméről szóló, 1998. december 21-i törvény 5. cikke 1. §-a (1) bekezdésének 1., 2., 3., 5. és 12. pontjára,

tekintettel a SARS-CoV-2 elleni küzdelemmel összefüggésben a CO₂-mérők forgalomba hozatali feltételeinek ideiglenes megállapításáról szóló, 2022. március 9-i miniszteri rendeletre,

tekintettel az adatvédelmi hatóság 2022. szeptember 9-i 200/2002. sz. véleményére,

tekintettel a pénzügyi ellenőr 2022. szeptember 28-i állásfoglalására,

tekintettel a regionális kormányoknak a 2022. szeptember 29-i környezetvédelmi minisztériumközi konferencia keretében e rendelet előkészítésébe való bevonására,

tekintettel a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Európai Bizottság részére 2022. július 27-én megküldött értesítésre,

tekintettel a Szövetségi Fenntartható Fejlődési Tanács 2022. november 23-i véleményére,

tekintettel a Fogyasztói Tanács 2022. november 23-i véleményére,

tekintettel a Központi Gazdasági Tanács 2022. november 23-i véleményére,

tekintettel a nyilvánosság számára hozzáférhető zárt terekben a beltéri levegő minőségének javításáról szóló, 2022. november 6-i törvény 4. cikke (1) bekezdésének első pontjára,

tekintettel a Legfelsőbb Egészségügyi Tanács 2023. január 4-i véleményére,

tekintettel az Államtanácsnak az Államtanácsról szóló törvények 1973. január 12-én egységes szerkezetbe foglalt változatának 84. cikke 1. §-a (1) bekezdésének 2. pontja alapján 2023. július 5-én kiadott 73.780/3. sz. véleményére,

a közegészségügyi miniszter javaslatára és a minisztereknek a Tanácsban megvitatott véleménye alapján,

AZ ALÁBBI AKAT RENDELTEM ÉS RENDELEM EL:

1. cikk Cél és hatály

Ez a rendelet a beltéri levegő minőségének ellenőrzésére szánt hordozható és szállítható CO₂-mérők forgalomba hozatalának feltételeit határozza meg.

2. cikk E rendelet alkalmazásában:

Közszolgálat: az Egészségügyi, Élelmiszerlánc-biztonsági és Környezetvédelmi Szövetségi Közszolgálat Környezetvédelmi, Vegyi Anyagok és Termékpolitikai Főigazgatósága

3. cikk Csak azok a hordozható és szállítható CO₂-mérők hozhatók forgalomba, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

1. a CO₂-mérők közvetlenül mérik a CO₂-koncentrációt;
2. azok a CO₂-mérők, amely a CO₂-koncentrációt a levegőben jelen lévő egyéb gázok, illetve anyagok alapján értékeli, nem felelnek meg a CO₂-koncentráció közvetlen mérésére vonatkozó követelménynek;
3. a CO₂-mérők 0 és legalább 2 000 ppm közötti mérési tartományban dolgoznak;
4. a CO₂-mérők a gyártó által az eszköz műszaki kézikönyvében meghatározott eljárások szerint újrakalibrálhatók a mérési eltérések kompenzálása érdekében. Ez a követelmény nem vonatkozik az önkalibráló CO₂-mérőkre;
5. a CO₂-mérők az NBN EN 50543:2011 szabványnak megfelelő pontosság mellett mérik a CO₂-koncentrációt;
6. a CO₂-mérőkhöz mindhárom nyelven műszaki kézikönyv is jár.

A CO₂-mérők piaci forgalomba hozataláért felelős személy vagy gyártó köteles az 1–4. követelmények teljesülését egy akkreditált laboratóriummal még a mérőeszköz forgalomba hozatala előtt megvizsgáltatni és megmérteni, hogy biztosítsa, hogy a CO₂-mérő valóban megfelel a fenti feltételeknek.

Az akkreditált laboratórium jelentését dátummal kell ellátni, alá kell írni és közölni kell a gyártóval, illetve a CO₂-mérő piaci forgalomba hozataláért felelős személlyel.

4. cikk 1. § A 3. cikkben említett eszközök megfelelőségének a Közszolgálat által a boltokban vagy online platformokon történő értékesítéskor végzett ellenőrzése megkövetelheti, hogy a vizsgálati módszereket és méréseket egy akkreditált laboratórium végezze el.

2. § A vizsgálati módszerek alkalmazása és az (1) bekezdésben említett mérések elvégzése céljából a gyártó, illetve a hordozható és szállítható CO₂-mérők piaci forgalomba hozataláért felelős személy díjmentesen két azonos rendszert is a Közszolgálat rendelkezésére bocsát.

3. § A Közzsolgálat a (2) bekezdésben említett két eszközt pecsétel látja el. A gyártó, illetve a hordozható és szállítható CO₂-mérők forgalomba hozatalért felelős személy az első eszközt eljuttatja a Közzsolgálat által kijelölt jóváhagyott laboratóriumba; a második készüléket a gyártó, illetve a hordozható és szállítható CO₂-mérő forgalomba hozatalért felelős személy őrzi.

4. § Szakértői ellenvéleményezés céljából a második eszközt a gyártó, illetve a termék forgalomba hozataláért felelős személy által választott akkreditált laboratóriumba kell szállítani.

Ebben az esetben az összes költséget a gyártó, illetve a hordozható és szállítható CO₂-mérő piaci forgalomba hozataláért felelős személy viseli.

5. § Az akkreditált laboratórium az elemzésekről szóló jelentést továbbítja az illetékes szervezeti egységnek, amely ezt követően a jelentés tartalma alapján megteszi a szükséges intézkedéseket.

5. cikk Ez a rendelet a Belga Közlönyben (Moniteur Belge) való kihirdetése után 30 nappal lép hatályba.

6. cikk A rendelet végrehajtásáért a közegészségügyi miniszter felel.

Kelt Brüsszelben, ...-án/-én.

FÜLÖP,
A király nevében:

a közegészségügyi miniszter,

Frank VANDENBROUCKE