

Kraljevina Belgija

ZVEZNA JAVNA SLUŽBA ZA JAVNO ZDRAVJE, VARNOST PREHRANSKE VERIGE IN OKOLJE

Kraljeva uredba o določitvi pogojev za dajanje prenosnih in premičnih merilnikov CO₂ za spremljanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih na trg

FILIP, kralj Belgijcev,

pozdravljam vse prisotne in prihajajoče ter –

ker je namen te kraljeve uredbe določiti pogoje za dajanje prenosnih in premičnih merilnikov CO₂ za spremljanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih na trg v skladu s standardi, določenimi v zakonu z dne 21. decembra 1998;

ker je namen te kraljeve uredbe zagotoviti, da prenosni in premični merilniki CO₂, dani na trg, zagotavljajo doseganje ciljev iz člena 4(1), prvi pododstavek, zakona z dne 6. novembra 2022;

ob upoštevanju člena 5(1), prvi pododstavek ter točke 1, 2, 3, 5 in 12, zakona z dne 21. decembra 1998 o standardih za proizvode, namenjenih spodbujanju trajnostnih vzorcev proizvodnje in potrošnje ter varstvu okolja, varovanju zdravja in zaščiti delavcev, kakor je bil spremenjen z zakonom z dne 27. julija 2011 in 16. decembra 2015;

ob upoštevanju ministrske uredbe z dne 9. marca 2022 o začasni določitvi pogojev za dajanje merilnikov CO₂ na trg v okviru boja proti virusu SARS-CoV-2;

ob upoštevanju mnenja Organa za varstvo podatkov št. 200/2002 z dne 9. septembra 2022;

ob upoštevanju mnenja inšpektorja za finance z dne 28. septembra 2022;

ob upoštevanju sodelovanja regionalnih vlad pri pripravi te uredbe v okviru medministrske konference o okolju z dne 29. septembra 2022;

ob upoštevanju sporočila Evropski komisiji, poslanega 27. junija 2022 v skladu s členom 5(1) Direktive (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe;

ob upoštevanju mnenja Zveznega sveta za trajnostni razvoj z dne 23. novembra 2022;

ob upoštevanju mnenja Sveta za potrošnike z dne 23. novembra 2022;

ob upoštevanju mnenja Centralnega ekonomskega sveta z dne 23. novembra 2022;

ob upoštevanju člena 4(1), prvi pododstavek, zakona z dne 6. novembra 2022 o izboljšanju kakovosti zraka v zaprtih prostorih, dostopnih javnosti;

ob upoštevanju mnenja Visokega sveta za zdravje z dne 4. januarja 2023;

ob upoštevanju mnenja 73.780/3 Državnega sveta, izdanega 5. julija 2023 v skladu s členom 84(1), prvi pododstavek in

točka 2, zakonov o Državnem svetu, konsolidiranih 12. januarja 1973;

na podlagi priporočila ministra za javno zdravje in mnenj ministrov, ki so o priporočilu razpravljali v Svetu –

ODREJAM NASLEDNJE:

Člen 1. Cilj in področje uporabe

V tej uredbi so določeni pogoji za dajanje prenosnih in premičnih merilnikov CO₂ za spremljanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih na trg.

Člen 2. Za namene te uredbe se uporablja naslednja opredelitev:

javna služba: Zvezna javna služba za javno zdravje, varnost prehranske verige in okolje, Generalni direktorat za okolje, politiko v zvezi s proizvodi in kemikalije.

Člen 3. Na trg se lahko dajejo le prenosni in premični merilniki CO₂, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

1. merilniki CO₂ koncentracijo CO₂ merijo neposredno;
2. merilniki CO₂, ki koncentracijo CO₂ merijo na podlagi drugih plinov ali snovi, prisotnih v zraku, ne izpolnjuje zahteve v zvezi z neposrednim merjenjem koncentracije CO₂;
3. merilniki CO₂ zajemajo merilno območje od 0 do vsaj 2 000 ppm;
4. merilniki CO₂ se lahko z namenom izravnave odstopanja meritve ponovno umerijo v skladu s postopki, ki jih je določil proizvajalec v tehničnem priročniku naprave. Ta zahteva se ne uporablja v primeru merilnikov CO₂ s samodejnim umerjanjem;
5. merilniki CO₂ koncentracijo CO₂ merijo z natančnostjo, ki je v skladu s standardom NBN EN 50543:2011;
6. merilniki CO₂ so opremljeni s tehničnim priročnikom v vseh treh nacionalnih jezikih.

Proizvajalec ali oseba, odgovorna za dajanje merilnikov CO₂ na trg, pred začetkom dajanja navedenih merilnikov na trg poskrbi, da se izpolnjevanje zahtev iz točk 1 do 4 preveri s preskusi in meritvami, izvedenimi v akreditiranem laboratoriju, da se zagotovi, da merilniki CO₂ izpolnjuje zgoraj navedene pogoje.

Poročilo akreditiranega laboratorija se datira, podpiše in pošlje proizvajalcu ali osebi, odgovorni za dajanje merilnikov CO₂ na trg.

Člen 4. Odstavek 1. Pri preverjanju skladnosti naprav iz člena 3, ki ga izvaja javna služba v trgovinah ali v zvezi s prodajo na spletnih platformah, se lahko zahteva, da preskusne metode in meritve uporabi oziroma izvede akreditiran laboratorij.

Odstavek 2. Za namene uporabe preskusnih metod in izvajanja meritev iz odstavka 1 proizvajalec ali oseba, odgovorna za dajanje prenosnih in premičnih merilnikov CO₂ na trg, javni službi brezplačno zagotovi dva enaka sistema.

Odstavek 3. Javna služba na napravi iz odstavka 2 namesti pečat. Proizvajalec ali oseba, odgovorna za dajanje prenosnih in premičnih merilnikov CO₂ na trg eno napravo zagotovi odobrenemu laboratoriju, ki ga imenuje javna služba, drugo

napravo pa hrani proizvajalec ali oseba, odgovorna za dajanje prenosnih in premičnih merilnikov CO₂ na trg.

Odstavek 4. Za namene pridobitve drugega strokovnega mnenja se druga naprava zagotovi akreditiranemu laboratoriju, ki ga izbere proizvajalec ali oseba, odgovorna za dajanje proizvoda na trg.

V tem primeru vse stroške krije proizvajalec ali oseba, odgovorna za dajanje prenosnih in premičnih merilnikov CO₂ na trg.

Odstavek 5. Akreditirani laboratorij poročilo o analizi posreduje pristojnemu oddelku, ki nato na podlagi vsebine poročila sprejme potrebne ukrepe.

Člen 5. Ta uredba začne veljati 30 dni po objavi v belgijskem uradnem listu.

Člen 6. Za izvajanje te uredbe je odgovoren minister za javno zdravje.

Bruselj, [datum]

FILIP,
v imenu kralja:

minister za javno zdravje

Frank VANDENBROUCKE