



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Zpráva 201

Zpráva od Komise - TRIS/(2024) 0413

Směrnice (EU) 2015/1535

Oznámení: 2023/0579/CZ

Předložení odpovědi členského státu oznamujícího návrh (Czechia) za účelem připomínek (5.2) Romania.

MSG: 20240413.CS

1. MSG 201 IND 2023 0579 CZ CS 16-01-2024 16-02-2024 CZ ANSWER 16-01-2024

2. Czechia

3A. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Biskupský dvůr 1148/5

110 00 Praha 1

tel.: +420 221 802 212

e-mail: eu9834@unmz.cz

3B. Český metrologický institut

Úsek legální metrologie

Okružní 31 Brno

tel.: +420 545 555 414

e-mail: legmet@cmi.cz

4. 2023/0579/CZ - I10 - Metrologie

5.

6. Připomínka 1:

Na základě analýzy projektu oznámeného Českou republikou jsme zjistili, že některá ustanovení jsou v rozporu s mezinárodním doporučením OIML R134 „Automatické váhy pro vážení silničních vozidel za pohybu a měření zatížení náprav“ a s vnitrostátními předpisy v Rumunsku, které jsou založeny na tomto mezinárodním doporučení iLoL.

Hlavní rozpor se týká hodnot maximálních přípustných chyb, které se v návrhu 0111-OOP-C010-23 (v bodech 2.3 a 2.4) liší od hodnot stanovených v mezinárodním doporučení OIML R134 (v bodě 2.2.1.1 pro třídu přesnosti 10 a 2.2.1.2.2 pro třídu přesnosti F).

Domníváme se, že tyto rozdíly mohou vytvářet výhody pro měřicí přístroje metrologicky zkoušené/ověřené podle nařízení 0111-OOP-C010-23 a nevýhody pro měřicí přístroje metrologicky zkoušené/ověřené podle ustanovení vnitrostátních předpisů platných v Rumunsku, které jsou v souladu s mezinárodním doporučením OIML R134. Domníváme se, že návrh nařízení č. 0111-OOP-C010-23 by měl být změněn tak, aby ustanovení o maximálních přípustných chybách byla v souladu s ustanoveními platného referenčního dokumentu, konkrétně mezinárodního doporučení OIML R134 vydání 2006.

Vypořádání připomínky 1:

Česká republika používá tzv. vysokorychlostní váhy (WIM) v rámci své národní právní úpravy k udílení sankcí od roku 2010. S ohledem na skutečnost, že tuto problematiku v dané době plnohodnotně neřešil žádný mezinárodní předpis (a neřeší ji v potřebném rozsahu dodnes ani vámi zmiňovaný dokument OIML R 134 z roku 2006), rozhodla se ČR využít pro zpracování technických a metrologických požadavků pro tato měřidla mezinárodní dokument COST 323 (včetně převzetí vybrané jednotné specifikace přesnosti vah) při zohlednění relevantních ustanovení amerického standardu ASTM E 1318 a využitelných doporučení OIML R 134 z roku 2006. Největší dovolené chyby (pro ověřování) uvedené v článku 2.3 jsou v národním předpisu stanoveny od roku 2010, v nyní revidovaném předpisu předloženém do notifikace byly



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

prostřednictvím článku 2.4 doplněny největší dovolené chyby pro používání (provoz) těchto měřidel.

S ohledem na to, že na úrovni evropské normalizace se v této oblasti za posledních 13 let v zásadě nijak nepokročilo (zpracování návrhu evropské normy sice bylo zahájeno, ale nikdy nebylo dokončeno) a dokument OIML R 134 se za účelem doplnění požadavků a technických specifikací pro používání vysokorychlostních vah (WIM) reviduje už několik let. Dosavadní strategie ČR se tedy zatím ve vztahu ke stanoveným technickým a metrologickým požadavkům na vysokorychlostní váhy nemění.

To nicméně neznamená, že ČR není připravena svoji strategii změnit. V případě, že se podaří ve vztahu k vysokorychlostnímu vážení dokument OIML R 134 potřebným způsobem doplnit, schválit a následně vydat, ČR je připravena svůj národní předpis s tímto mezinárodním dokumentem komplexněji harmonizovat. Za účelem posílení odborné podpory řešení problematiky vysokorychlostního vážení, na bázi 13-tiletých zkušeností s jejich používáním pro udílení sankcí a se zajišťováním metrologické kontroly (schvalování typu a ověřování), nominoval ČMI v minulém roce do pracovní skupiny organizace OIML, řešící revizi dokumentu OIML R 134, svého odborné zástupce.

V každém případě velice děkujeme za zaslané podnětné připomínky, s nimiž budeme dále pracovat.

Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu