



MAJANDUS- JA MERENDUSKÜSIMUSED

Ministri korraldus nr 364/2023

15. november

Kokkuvõte. Määrus, millega kehtestatakse määrus suitsususe mõõturite legaalmetrooloogilise kontrolli kohta

Mõõtmismeetodite ja mõõtevahendite metrooloogiline kontroll Portugalis vastab 7. aprilli dekreet-seaduse nr 29/2022 sätetega heaks kiidetud üldisele kavale ja 23. augusti ministri korraldusega nr 211/2022 heaks kiidetud metrooloogilise kontrolli üldmääruse üldsätetele ning samuti iga konkreetset mõõtevahendit käsitlevates ministri korraldustes sisalduvatele sätetele.

Kõnealuse õigusliku seisukoha avaldamist silmas pidades on vaja vastu võtta erimäärus, mida suitsususe mõõturite metrooloogiline kontroll peab järgima.

Seega:

7. aprilli dekreet-seaduse nr 29/2022 artikli 2 punkti a ja artikli 25 lõike 1 alusel koosmõjus 23. augusti ministri korraldusele nr 211/2022 lisatud määruse artikli 1 lõikega 4 volitab valitsus majandusministri poolt järgmist:

Artikkel 1

Sisu

Käesolevaga kiidetakse heaks sellele määrusele lisatud suitsususe mõõturite legaalmetrooloogilise kontrolli määrus, mille lahutamatu osa see on.

Artikkel 2

Kehtetuks tunnistamise klausel

1. detsembri 2009. aasta määrus nr 797/2009 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub selle avaldamisele järgneval päeval.

Majandusminister *Pedro Miguel Ferreira Jorge Cilínio*, 9. novembril 2023.

LISA

SUITSUSUSE MÕÕTURITE LEGAALMETROOOGILISE KONTROLI REGULEERIMINE

Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesolevat määrust kohaldatakse suitsususe mõõturite suhtes, mis on ette nähtud diiselmootoriga sõidukite heitgaaside suitsususe mõõtmiseks.



Artikkel 2

Määratlus

Käesoleva määruse kohaldamisel tähendavad suitsususe mõõturid seadmeid, mis on ette nähtud sõidukite heitgaaside läbipaistmatuse pidevaks mõõtmiseks.

Artikkel 3

Kasutusse võtmine

Suitsususe mõõturid peavad vastama standardis ISO 11614 määratletud metrooloogilistele ja tehnilistele nõuetele.

Artikkel 4

Näit

- 1 - Suitsususe mõõturite näit väljendatakse valguse neeldumisteguri abil sümboliga k ja ühikus m^{-1} .
- 2 - Läbipaistmatuse väärtused on protsendimäärad, mida väljendatakse sümboli N kaudu.
- 3 - Kui ümberarvestustegur on nõuetekohaselt väljendatud, võib rahvusvahelise ühikute süsteemi (SI) ühikute alusel aktsepteerida muid samaväärseid ühikuid.

Artikkel 5

Legaalmetrooloogiline kontroll

Suitsususe mõõturite legaalmetrooloogilise kontrolli eest vastutab Portugali kvaliteediinstituut I. P. (IPQ, I. P.) ning see hõlmab tüübikinnituse, esmakontrolli, korralise kontrolli ja erakorralise kontrolli toiminguid.

Artikkel 6

Tüübikinnitus

- 1 - Tüübikinnitus peab vastama 7. aprilli dekreetseaduse nr 29/2022 artiklis 7 ja 23. augusti ministri korraldusele nr 211/2022 lisatud määruse artiklis 2 sätestatud nõuetele.
- 2 - Osa muudatusi või kõik muudatused, mis on tehtud kinnitatud tüübile osade asendamise, lisaseadme lisamise, paigaldatud arvutiprogrammi (tarkvara) muutmise või mõõtmistulemusi või regulatiivseid kasutustingimusi mõjutada võivate muudatuste tõttu, vajavad tüübikinnituse näidise kehtivusaja jooksul täiendavat tüübikinnitust.
- 3 - Suitsususe mõõturite kasutatavad arvutiprogrammid peavad tagama saadud ja esitatud andmete terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse ning need peavad olema kordumatud ja üheselt mõistetavad.

Artikkel 7

Esimene kontroll

- 1 - Esimene kontroll viiakse läbi enne seadme turule laskmist või pärast selle parandamist ja iga kord, kui plommisüsteemi rikutakse, ilma perioodilise kontrollita kõnealusel aastal ja sama kehtivusajaga.
- 2 - Esimesed kontrollkatsed tehakse kooskõlas käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud metrooloogiliste ja tehniliste nõuetega.



3 - Esimese kontrolli maksimaalsed lubatud veaväärtused on $\pm 2 \%$ suitsususest, N.

Artikkel 8

Perioodiline kontroll

1 - Perioodilist kontrolli tehakse kord aastas ja see kehtib üks aasta pärast selle lõpuleviimist.

2 - Perioodilised kontrollkatsed on samad, mis esimese kontrolli puhul.

3 - Perioodilise kontrolli suurimate lubatud vigade väärtused peavad võrduma esimese kontrolli jaoks kehtestatud suurimate lubatud vigade väärtustega.

Artikkel 9

Erakorraline kontroll

1 - Erakorraline kontroll hõlmab perioodilisi kontrollkatseid.

2 - Erakorralise kontrolli korral peavad lubatud maksimumvigade väärtused võrduma perioodilise kontrolli käigus kindlaks tehtud suurimate lubatud vigade väärtustega.

Artikkel 10

Pealdised ja tähised

(1) Suitsususe mõõturitel peavad nähtavalt ja loetavalt olema pealdised ja tähised, mis vastavad käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud metrooloogilistele nõuetele. (2) Suitsususe mõõturitel peab olema ka tüübikinnituse näidistähis ja muud nende kasutamiseks kasulikud sümbolid või viited.

Artikkel 11

Üleminekusäte

Kasutusel olevad mõõtevahendid võivad jääda kasutusse, kuni need on heas seisukorras ja tingimusel, et nende metrooloogilise kontrolli katsetes leitavad vead ei ületa lubatud piirvigu.

Artikkel 12

Lõplik korraldus

Eelnevate artiklite sätted ei takista suitsususe mõõturite turustamist või edasist kasutamist, millega on kaasas Euroopa Liidu õigusaktide alusel tunnustatud asutuste väljastatud vastavushindamise sertifikaadid, mis põhinevad tehnilisel kirjeldusel ja menetlustel, mis tagavad metrooloogilise kvaliteedi käesolevas määru osutatuga, kusjuures samaväärsust hindab IPQ, I.P.

117047417



MINISTRITE NÕUKOGU ESIMEES

Peasekretär

Parandus nr 1-C/2024

Kokkuvõte. 15. novembri määruse nr 364/2023 (millega võetakse vastu määrus suitsususe mõõturite õigusliku metrooloogilise kontrolli kohta) parandus.

Vastavalt 30. detsembri 2022. aasta käskkirjaga nr 16/2022 heaks kiidetud õigusaktide avaldamise määruse artikli 11 lõikele 1 (*Portugali ametlik väljaanne*) ja 11. novembri seaduse nr 74/98 artiklile 5, mida on muudetud ja mis on uuesti avaldatud 11. juuli seadusega nr 43/2014, kuulutatakse käesolevaga, et ministri korralduses nr 364/2023, mis on avaldatud 15. novembri 2023. aasta *Portugali ametliku väljaande* 1. seeria nr 221, sisaldusid järgmised ebatäpsused, mis väljaandva üksuse deklaratsiooni alusel parandatakse:

Artikkel 2, mis on sõnastatud järgmiselt:

„1. septembri ministri korraldus nr 797/2009 tunnistatakse kehtetuks.“

sõnastatakse järgmiselt:

„1. septembri ministri korraldus nr 797/97 tunnistatakse kehtetuks.“

Peasekretariaat, 12. jaanuar 2024. – Asepeasekretär *Fátima Costa Ferreira*.

117247617