Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 5, art. 11 ust. 5 oraz w celu wykonania art. 12 ustawy o metrologii (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii [Uradni List RS] nr 26/05 – skonsolidowana wersja urzędowa) Minister Gospodarki, Turystyki i Sportu wydaje

rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań metrologicznych dotyczących alkomatów

Artykuł 1

(1) Niniejsze rozporządzenie zostało wydane z uwzględnieniem procedury informacyjnej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 241 z 17. 9. 2015, s. 1).

(2) Postanowienia niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do produktów, które zgodnie z ustawodawstwem krajowym zapewniającym równoważny poziom ochrony interesu publicznego jak określony w ustawodawstwie Republiki Słowenii są
- zgodnie z prawem produkowane lub wprowadzane do obrotu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej i Turcji lub
- produkowane w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), które są również sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

(3) Niniejsze rozporządzenie wdraża się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz.U. L 91 z 29. 3. 2019, s. 1).

Artykuł 2

Art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wymagań metrologicznych dotyczących alkomatów (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii nr 81/13 i 5/16) otrzymuje brzmienie:

„(2) Błąd graniczny dopuszczalny (MPE) wynosi:

Rzeczywista wartość stężenia etanolu w fazie gazowej β (mg/l)	BŁĄD GRANICZNY DOPUSZCZALNY (MPE)
0,000 mg/l ≤ β ≤ 0,400 mg/l	± 0,020 mg/l
0,400 mg/l < β ≤ 2,000 mg/l	± (0,05 x β)
β > 2,000 mg/l	± (0,5 x β – 0,9 mg/l)

Artykuł 3

Art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 27
(Legalizacja pierwotna)

(1) Oględziny i badanie alkomatu podczas legalizacji pierwotnej obejmują następujące elementy:

- identyfikacja alkomatu w celu ustalenia jego zgodności ze świadectwem homologacji typu, w tym weryfikacja zgodności oprogramowania oraz kompletności niezbędnych akcesoriów i wyposażenia dodatkowego (takich jak ustniki, urządzenia do przechowywania danych lub drukowania itp.) ze świadectwem homologacji typu dla przyrządu pomiarowego,
- badanie alkomatu zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia oraz
- sprawdzenie wymaganych napisów oraz możliwości oznakowania cechami legalizacji i cechami zabezpieczającymi.

(2) Procedura badania alkomatu, o której mowa w tiret drugim poprzedniego ustępu, powinna obejmować badanie dokładności.

(3) Badanie dokładności, o którym mowa w poprzednim ustępie, należy przeprowadzać przy użyciu co najmniej trzech różnych wartości odniesienia, których stężenia etanolu w fazie gazowej powinny być zbliżone do ustawowych limitów dla różnych poziomów kar określonych w przepisach dotyczących ruchu drogowego. Dla każdej wybranej wartości odniesienia należy przeprowadzić co najmniej trzy kolejne pomiary.

(4) W przypadku badania dokładności wyniki pomiarów muszą spełniać wymogi określone w ustępie drugim art. 4 niniejszego rozporządzenia.

(5) W razie wątpliwości co do zgodności alkomatu z wymaganiami niniejszego rozporządzenia należy przeprowadzić dodatkowe badania i testy — oprócz badania określonego w ustępie drugim tego artykułu — w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami niniejszego rozporządzenia.

(6) Układ kontrolny stosowany do badania alkomatu musi symulować stężenie etanolu w fazie gazowej znanego stężenia z niepewnością pomiaru mniejszą lub równą 1/3 błędu granicznego dopuszczalnego (MPE) dla tego stężenia.

(7) Okres ważności legalizacji pierwotnej alkomatu ustala się poprzez dodanie do daty legalizacji pierwotnej okresu legalizacji rutynowej. Legalizacja pierwotna zachowuje ważność do końca miesiąca, w którym upływa termin legalizacji.

(8) Oprócz znaku legalizacji pierwotnej alkomat musi zostać również oznakowany, podczas pierwszej legalizacji, znakiem legalizacji okresowej wskazującym okres ważności legalizacji.”

Artykuł 4

(1) W art. 29 uchyla się ustęp pierwszy. W obecnym ustępie drugim, który staje się ustępem pierwszym, wprowadza się następujące zmiany:

„(1) Podczas legalizacji rutynowej i nierytunowej wykonuje się oględziny i badania zgodnie z wymaganiami ustanowionymi dla legalizacji pierwotnej w art. 27 niniejszego rozporządzenia.”

(2) Obecny ustęp trzeci staje się ustępem drugim.

Artykuł 5

Art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 30

Błąd graniczny dopuszczalny (MPE) dla stosowanych alkomatów jest następujący:

Rzeczywista wartość stężenia etanolu w fazie gazowej β (mg/l)	BŁĄD GRANICZNY DOPUSZCZALNY (MPE)
0,000 mg/l ≤ β < 0,400 mg/l	± 0,030 mg/l
0,400 mg/l < β ≤ 2,000 mg/l	± (0,075 x β)
β > 2 mg/l	± (0,75 x β – 1,35 mg/l)

Artykuł 6

Dodaje się nowy art. 30.a w następującym brzmieniu:

„Artykuł 30(a)
(Błąd pozytywny)

Podczas używania alkomatu do pomiaru zawartości etanolu w wydychanym powietrzu błąd pozytywny wartości bezwzględnej błędu granicznego dopuszczalnego (MPE), o którym mowa w art. 30 niniejszego rozporządzenia, odejmuje się od wyniku końcowego zgodnie z art. 15 akapit drugi niniejszego rozporządzenia.”

Artykuł 7

(1) Alkomaty, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia posiadają ważne zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego wydane na podstawie rozporządzenia w sprawie wymagań metrologicznych dotyczących alkomatów (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii, nr 81/13 i 5/16), mogą zostać zgłoszone do legalizacji pierwotnej, o ile spełniają wymagania określone w art. 27 tego rozporządzenia.

(2) Alkomaty, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia posiadają ważną legalizację pierwotną wydaną na podstawie rozporządzenia w sprawie wymagań metrologicznych dotyczących alkomatów (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii, nr 27/02) lub rozporządzenia w sprawie wymagań metrologicznych dotyczących alkomatów (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii, nr 81/13 i 5/16), mogą być poddawane legalizacji rutynowej i nierytunowej, o ile spełniają wymagania określone w art. 29 tego rozporządzenia.

Artykuł 8

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie piętnastego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Republiki Słowenii.

Nr .....
Lublana, w dniu ...
EVA .....

dr Anže Logar

Minister Gospodarki, Pracy i Sportu