EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Pranešimo numeris : 2026/0454/SI (Slovenia)

Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas dėl alkoholio matuoklių metrologinių reikalavimų

Gauti duomenys : 26/08/2026
Status quo pabaiga : 27/11/2026

Message

Pranešimas 001

Komisijos pranešimas - TRIS/(2026) 2369

Direktyva (ES) 2015/1535

Pranešimas: 2026/0454/SI

Valstybės narės pranešimas apie teksto projektą

Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20262369.LT

1. MSG 001 IND 2026 0454 SI LT 26-08-2026 SI NOTIF

2. Slovenia

3A. Slovenski inštitut za standardizacijo, Ulica Gledališča BTC 2, SI-1000 Ljubljana

3B. Urad Republike Slovenije za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, SI-1000 Ljubljana

4. 2026/0454/SI - I10 - Metrologija

5. Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas dėl alkoholio matuoklių metrologinių reikalavimų

6. Metrologija

7.

8. Rengiant reglamento pakeitimą, buvo nustatyta, kad, jei nebūtų priimta siūloma priemonė, kiltų pavojus, jog alkoholio

matuoklių patikra labai užtruktų, o dėl to sumažėtų kelių eismo saugumas.
Remiantis daugelio metų patirtimi, įgyta atliekant alkoholio matuoklių patikrą, įrodyta, kad jei pirmieji trys matavimai vertinant konkrečią koncentraciją neviršija didžiausių leidžiamųjų paklaidų, likusieji matavimai taip pat neviršija didžiausių leidžiamųjų paklaidų, todėl sumažinus matavimų skaičių nesumažėja matuoklio teisingumo ir tikslumo patikimumo lygis. Pasiūlymas grindžiamas Tarptautinės rekomendacijos OIML R 126:2021 2 dalimi „Metrologinė kontrolė ir eksploataciniai bandymai“, kurios 3.4.3.1 punkte taip pat rekomenduojama atlikti bent tris matavimus vertinant bent tris koncentracijos vertes.
Ši priemonė padeda optimizuoti alkoholio matuoklių patikros procedūrą, dėl to sutrumpėja patikros atlikimo laikas – tai svarbu pareiškėjams – ir užtikrinama valstybei ekonomiškesnė procedūra, nesumažinant matuoklio rodmenų tikslumo patikimumo lygio.
Šiuo pasiūlymu siekiama viešojo intereso – didinti kelių eismo saugumą.
Reglamentu nenustatoma jokių papildomų Europos Sąjungos vidaus rinkos apribojimų ir jis nedaro poveikio tarpvalstybinei prekybai ar paslaugoms.
Galiojančiame reglamente dėl alkoholio matuoklių metrologinių reikalavimų numatyta atlikti 10 bandymų su 5 skirtingomis koncentracijomis, o tai užima labai daug laiko, todėl patikros procedūros trunka ilgai. Dėl to tikrinami matuokliai ilgam laikui išimami iš naudojimo. Siūloma priemone sutrumpinama patikros procedūra ir leidžiama greičiau vėl pradėti naudoti matuoklius.
Siūlomu reglamentu nesudaroma neproporcingai didelė našta, palyginti su siekiamu tikslu. Reglamentas dėl alkoholio matuoklių metrologinių reikalavimų grindžiamas būtinybe užtikrinti kelių eismo saugumą. Siūlomais pakeitimais tik nustatomi tam tikri atnaujinimai patikros ir pirminės patikros srityje ir jokiu būdu nesukuriama papildoma naštos.
Nesant tinkamo reguliavimo, rizika, kurią siekiama sumažinti šia priemone, galėtų išlikti iš esmės nepakitusi, o tai galėtų turėti neigiamą poveikį eismo saugumui.

9. Pagrindinis siūlomo reglamento dėl alkoholio matuoklių metrologinių reikalavimų (Slovėnijos oficialusis leidinys Nr. 81/13 ir Nr. 5/16) pakeitimo aspektas visų pirma yra siekis sumažinti pakartojimų, reikalaujamų atliekant alkoholio matuoklio tikslumo bandymus per pirminę, reguliarią ir neeilinę patikrą, skaičių. Be to, siekiant užkirsti kelią bet kokiems galimai nukrypstantiems rezultatams, kai naudojamas alkoholio matuoklis, reglamentu nustatomas saugus skirtumas arba vertė, kuri atimama iš galutinio alkoholio matuoklio nurodyto rezultato.

9a. Rengiant reglamento pakeitimą, buvo nustatyta, kad, jei nebūtų priimta siūloma priemonė, kiltų pavojus, jog alkoholio matuoklių patikra labai užtruktų, o dėl to sumažėtų kelių eismo saugumas.
Remiantis daugelio metų patirtimi, įgyta atliekant alkoholio matuoklių patikrą, įrodyta, kad jei pirmieji trys matavimai vertinant konkrečią koncentraciją neviršija didžiausių leidžiamųjų paklaidų, likusieji matavimai taip pat neviršija didžiausių leidžiamųjų paklaidų, todėl sumažinus matavimų skaičių nesumažėja matuoklio teisingumo ir tikslumo patikimumo lygis. Pasiūlymas grindžiamas Tarptautinės rekomendacijos OIML R 126:2021 2 dalimi „Metrologinė kontrolė ir eksploataciniai bandymai“, kurios 3.4.3.1 punkte taip pat rekomenduojama atlikti bent tris matavimus vertinant bent tris koncentracijos vertes.

Ši priemonė padeda optimizuoti alkoholio matuoklių patikros procedūrą, dėl to sutrumpėja patikros atlikimo laikas – tai svarbu pareiškėjams – ir užtikrinama valstybei ekonomiškesnė procedūra, nesumažinant matuoklio rodmenų tikslumo patikimumo lygio.

Šiuo pasiūlymu siekiama viešojo intereso – didinti kelių eismo saugumą.

9b. Reglamentu nenustatoma jokių papildomų Europos Sąjungos vidaus rinkos apribojimų ir jis nedaro poveikio tarpvalstybinei prekybai ar paslaugoms.

Galiojančiame reglamente dėl alkoholio matuoklių metrologinių reikalavimų numatyta atlikti 10 bandymų su 5 skirtingomis koncentracijomis, o tai užima labai daug laiko, todėl patikros procedūros trunka ilgai. Dėl to tikrinami matuokliai ilgam laikui išimami iš naudojimo. Siūloma priemone sutrumpinama patikros procedūra ir leidžiama greičiau

vėl pradėti naudoti matuoklius.

9c. Siūlomu reglamentu nesudaroma neproporcingai didelė našta, palyginti su siekiamu tikslu. Reglamentas dėl alkoholio matuoklių metrologinių reikalavimų grindžiamas būtinybe užtikrinti kelių eismo saugumą. Siūlomais pakeitimais tik nustatomi tam tikri atnaujinimai patikros ir pirminės patikros srityje ir jokiu būdu nesukuriama papildoma naštos.

Nesant tinkamo reguliavimo, rizika, kurią siekiama sumažinti šia priemone, galėtų išlikti iš esmės nepakitusi, o tai galėtų turėti neigiamą poveikį eismo saugumui.

10. Nuorodos į pagrindinius tekstus:

11. Ne

12.

13. Ne

14. Ne

15. Ne

16.
Techninių prekybos kliūčių aspektas: Ne

Sanitarinių ir fitosanitarinių
prionių aspektas: Ne

****
Europos Komisijos
Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu