Na základě čl. 9 odst. 1 a 5, čl. 11 odst. 5 a k provedení článku 12 zákona o metrologii (Úřední věstník Slovinské republiky [Uradni list RS] č. 26/05 - oficiální konsolidované znění) vydává ministr hospodářství, práce a sportu tato

Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška o metrologických požadavcích na etilometry

Článek 1

1) Tato vyhláška se vydává s přihlédnutím k informačnímu postupu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17. 9. 2015, s. 1).

(2) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na výrobky, které jsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy zajišťujícími rovnocennou úroveň ochrany veřejného zájmu, jak je stanoveno v právních předpisech Republiky Slovinsko, jsou

- zákonně vyrobeny nebo uváděny na trh v jiných členských státech Evropské unie a v Turecku, nebo
- vyrobeny v zemích Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které jsou rovněž smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

(3) Tato vyhláška se provádí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 ze dne 19. března 2019 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008 (Úř. věst. L 91, 29. 3. 2019, s. 1).

Článek 2

Ve vyhlášce o metrologických požadavcích na etilometry (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 81/13 a 5/16) se ustanovení čl. 4 odst. 2 mění takto:

„(2) MPE jsou tyto:

Skutečná hodnota koncentrace etanolu v plynné fázi β (mg/l)	MPE
0,000 mg/l ≤ β ≤ 0,400 mg/l	±0,020 mg/l
0,400 mg/l < β ≤ 2,000 mg/l	± (0,05 x β)
β > 2,000 mg/l	± (0,5 x β – 0,9 mg/l)

Článek 3

Článek 27 se mění takto:

„Článek 27
(Prvotní ověření)

(1) Postup kontroly a zkoušení etilometru při prvním ověření zahrnuje:

- identifikaci etilometru za účelem ověření jeho shody s certifikátem schválení typu, včetně kontroly shody softwaru, úplnosti základního příslušenství a pomocných zařízení (jako jsou např. náustky, zařízení pro ukládání nebo tisk apod.) s certifikátem schválení typu měřicího přístroje,

- zkoušku etilometru v souladu s ustanoveními této vyhlášky a
- kontrolu předepsaných nápisů a možnosti opatřit etilometr ověřovacími a ochrannými značkami.

(2) Zkouška etilometru uvedená v druhé odrážce předchozího odstavce zahrnuje zkoušku přesnosti.

(3) Zkouška přesnosti podle předchozího odstavce se provádí nejméně při třech různých referenčních hodnotách, jejichž koncentrace etanolu v plynné fázi by měly být blízké zákonem stanoveným limitům pro různé sankce, jak je stanoví zákon upravující pravidla silničního provozu. Při každé zvolené referenční hodnotě je nutné provést nejméně tři po sobě jdoucí měření.

(4) Výsledky měření musí při zkoušce přesnosti splňovat požadavky podle druhého odstavce článku 4 této vyhlášky.

(5) V případě pochybností o shodě etilometru s požadavky této vyhlášky se za účelem potvrzení splnění požadavků této vyhlášky musí kromě zkoušky stanovené v druhém odstavci tohoto článku provést také další kontroly a zkoušky.

(6) Kontrolní systém používaný ke zkoušení etilometrů musí simulovat koncentraci etanolu v plynné fázi o známé koncentraci s nejistotou měření, která je menší nebo rovna 1/3 MPE pro danou koncentraci.

(7) Doba platnosti prvního ověření etilometru se stanoví tak, že se k datu prvního ověření přičte lhůta pravidelného ověření. První ověření je platné do konce měsíce, v němž uplyne lhůta pro ověření.

(8) Kromě značky prvního ověření se etilometr při prvním ověření opatří také značkou pravidelného ověření s vyznačenou dobou platnosti ověření.“

Článek 4

(1) V článku 29 se zrušuje první odstavec. Druhý odstavec se označuje jako odstavec 1 a po úpravě zní:

„(1) Při pravidelném a mimořádném ověření se provádějí kontroly a zkoušky stejně jako při prvním ověření uvedeném v článku 27 této vyhlášky.“

(2) Třetí odstavec se označuje jako odstavec 2.

Článek 5

Článek 30 se mění a zní takto:

„Článek 30

MPE pro etilometry v provozu jsou tyto:

Skutečná hodnota koncentrace etanolu v plynné fázi β (mg/l)	MPE
0,000 mg/l ≤ β < 0,400 mg/l	±0,030 mg/l
0,400 mg/l < β ≤ 2,000 mg/l	± (0,075 x β)
β > 2 mg/l	± (0,75 x β – 1,35 mg/l)

Článek 6

Vkládá se nový čl. 30 písm. a) v tomto znění:

„Čl. 30 písm. a)
(Pozitivní chyba)

Při používání etilometru za účelem měření koncentrace etanolu ve vydechovaném vzduchu se od konečného výsledku podle druhého odstavce článku 15 této vyhlášky odečte bezpečnostní rozdíl o absolutní hodnotě MPE podle článku 30 této vyhlášky.“

Článek 7

(1) Etilometry, které mají ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky platné schválení typu měřidla na základě vyhlášky o metrologických požadavcích na etilometry (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 81/13 a 5/16), mohou být předloženy k prvnímu ověření, pokud splňují požadavky článku 27 vyhlášky.

(2) Etilometry, které mají ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky platné první ověření na základě vyhlášky o metrologických požadavcích na etilometry (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 27/02) nebo vyhlášky o metrologických požadavcích na etilometry (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 81/13 a 5/16), mohou být nadále předkládány k pravidelnému nebo mimořádnému ověření, pokud splňují požadavky článku 29 vyhlášky.

Článek 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Republiky Slovinsko.

č. .....
V Lublani, dne ...
EVA .....

Dr. Anže Logar

ministr hospodářství, práce a sportu