I henhold til artikel 9, stk. 1 og 5, artikel 11, stk. 5, og med henblik på gennemførelse af artikel 12 i lov om metrologi (Republikken Sloveniens statstidende [Uradni List RS] nr. 26/05 – officiel konsolideret tekst) udsteder ministeren for økonomi, arbejdskraft og sport følgende

Regler om ændring af reglerne vedrørende metrologiske krav til åndedrætsanalysatorer, der anvendes som bevismateriale

Artikel 1

1. Disse regler er udstedt under hensyntagen til informationsproceduren i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17. 9. 2015, s. 1).

2. Bestemmelserne i disse regler finder ikke anvendelse på produkter, som i overensstemmelse med national lovgivning, der sikrer et tilsvarende niveau for beskyttelse af almen interesse som fastsat i Republikken Sloveniens lovgivning:
- lovligt produceres eller markedsføres i andre EU-medlemsstater og Tyrkiet, eller
- produceres i lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), der også har undertegnet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

3. Disse regler skal gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/515 af 19. marts 2019 om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 764/2008 (EUT L 91 af 29. 3. 2019, s. 1).

Artikel 2

Artikel 4, stk. 2, i reglerne vedrørende metrologiske krav til åndedrætsanalysatorer, der anvendes som bevismateriale (Republikken Sloveniens lovtidende, nr. 81/13 og 5/16) ændres til følgende:

"2. Maksimalt tilladelige fejl skal være som følger:

Den reelle værdi af ethanolkoncentrationen i β-gasfasen (mg/l)	Maksimalt tilladelige fejl
0,000 mg/l ≤ β ≤ 0,400 mg/l	± 0,020 mg/l
0,400 mg/l < β ≤ 2,000 mg/l	± (0,05 x β)
β > 2,000 mg/l	± (0,5 x β – 0,9 mg/l)

Artikel 3

Artikel 27 affattes således:

"Artikel 27
(Første kontrol)

1. Undersøgelsen og afprøvningen af en åndedrætsanalysator, der anvendes som bevismateriale, i forbindelse med den indledende verifikation skal omfatte følgende:

- identifikation af åndedrætsanalysatorer, der anvendes som bevismateriale, for at fastslå, om de er i overensstemmelse med typegodkendelsesattesten, herunder verifikation af softwarens overensstemmelse og fuldstændigheden af væsentligt tilbehør og hjælpeudstyr (f.eks. mundstykker, opbevarings- eller trykanordninger osv.) på baggrund af typegodkendelsesattesten for måleinstrumentet
- en afprøvning af en åndedrætsanalysator, der anvendes som bevismateriale, i overensstemmelse med bestemmelserne i disse regler
- inspektion af de foreskrevne påskrifter og mulighed for at mærke instrumentet med verifikations- og beskyttelsesmærker.

2. Proceduren for prøvning af åndedrætsanalysatorer, der anvendes som bevismateriale, der er omhandlet i andet led i det foregående stykke, skal omfatte en nøjagtighedstest.

3. Den nøjagtighedstest, der er omhandlet i foregående stykke, foretages ved hjælp af mindst tre forskellige referenceværdier, hvis koncentrationer af ethanol i gasfasen skal være tæt på de lovbestemte grænser for forskellige sanktionsniveauer, der er fastsat i loven om færdselsregler. Der skal udføres mindst tre på hinanden følgende målinger for hver valgt referenceværdi.

4. Ved nøjagtighedstesten skal måleresultaterne opfylde de krav, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, i disse regler.

5. I tilfælde af tvivl om, hvorvidt den åndedrætsanalysatorer, der anvendes som bevismateriale, opfylder kravene i disse regler, skal der – ud over den i denne artikels andet stykke angivne prøve – gennemføres yderligere undersøgelser og prøver for at bekræfte, at kravene i disse regler er opfyldt.

6. Det kontrolsystem, der anvendes til prøvning af en åndedrætsanalysator, der anvendes som bevismateriale, skal simulere en ethanolkoncentration i gasfasen med en kendt koncentration med en måleusikkerhed, der er mindre end eller lig med 1/3 af de maksimalt tilladelige fejl for den pågældende koncentration.

7. Gyldighedsperioden for den indledende verifikation af en åndedrætsanalysator, der anvendes som bevismateriale, fastsættes ved at lægge perioden for den periodiske verifikation til datoen for den indledende verifikation. Den indledende verifikation er gyldig indtil udgangen af den måned, hvor fristen for verifikationen udløber.

8. Ud over det indledende verifikationsmærke skal en åndedrætsanalysator, der anvendes som bevismateriale, ved den første verifikation også forsynes med et periodisk verifikationsmærke, der angiver verifikationens gyldighedsperiode."

Artikel 4

1. I artikel 29 udgår stk. 1. Det nuværende stk. 2 bliver til stk. 1 og ændres til følgende ordlyd:

"1. Både rutinemæssig og ikke-rutinemæssig verifikation, undersøgelse og afprøvning skal gennemføres i overensstemmelse med de krav, der er fastsat for den indledende verifikation i artikel 27 i disse regler."

2. Det nuværende stk. 3 bliver til stk. 2.

Artikel 5

Artikel 30 affattes således:

"Artikel 30

De maksimalt tilladelige fejl ved anvendelse af åndedrætsanalysator, der anvendes som bevismateriale, skal være følgende:

Den reelle værdi af ethanolkoncentrationen i β-gasfasen (mg/l)	Maksimalt tilladelige fejl
0,000 mg/l ≤ β < 0,400 mg/l	± 0,030 mg/l
0,400 mg/l < β ≤ 2,000 mg/l	± (0,075 x β)
β > 2 mg/l	± (0,75 x β – 1,35 mg/l)

Artikel 6

Der indsættes følgende nye artikel 30a:

"Artikel 30, litra a)
(Positiv fejl)

Når der anvendes en åndedrætsanalysator, der anvendes som bevismateriale, til at måle koncentrationen af ethanol i udåndingsluft, trækkes den positive fejl i den absolutte værdi af den maksimalt tilladelige fejl, jf. artikel 30 i disse regler, fra det endelige resultat i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i disse regler."

Artikel 7

1. Åndedrætsanalysatorer, der anvendes som bevismateriale og på datoen for disse reglers ikrafttræden har en gyldig typegodkendelse som måleinstrument i henhold til reglerne om metrologiske krav til åndedrætsanalysator, der anvendes som bevismateriale (Republikken Sloveniens lovtidende, nr. 81/13 og 5/16), kan indgives til indledende verifikation, hvis de opfylder kravene i artikel 27 i reglerne.

2. Åndedrætsanalysatorer, der anvendes som bevismateriale og på datoen for disse reglers ikrafttræden har en gyldig indledende verifikation i henhold til reglerne om metrologiske krav til åndedrætsanalysatorer, der anvendes som bevismateriale (Republikken Sloveniens statstidende, nr. 27/02), eller regler om metrologiske krav til åndedrætsanalysatorer, der anvendes som bevismateriale (Republikken Sloveniens statstidende nr. 81/13 og 5/16), kan yderligere underkastes rutinemæssig og ikke-rutinemæssig verifikation, forudsat at de opfylder kravene i artikel 29 i reglerne.

Artikel 8

Disse regler træder i kraft den femtende dag efter offentliggørelsen i Republikken Sloveniens statstidende.

Nr. .....
Ljubljana, den ...
EVA .....

Dr. Anže Logar

Minister for økonomi, arbejdskraft og sport