

Kraljevina Belgija

SAVEZNA JAVNA SLUŽBA, JAVNO ZDRAVLJE, SIGURNOST PREHRAMBENOG LANCA I OKOLIŠ

Kraljevska odluka o utvrđivanju uvjeta za stavljanje na tržište prijenosnih i prenosivih mjerača CO₂ za praćenje kvalitete zraka u zatvorenom prostoru

PHILIPPE, kralj Belgijanaca,

svim prisutnima i budućim generacijama, pozdrav.

Budući da je svrha ove Kraljevske odluke utvrditi uvjete za stavljanje na tržište prijenosnih i prenosivih mjerača CO₂ za praćenje kvalitete zraka u zatvorenom prostoru u skladu s normama propisanim Zakonom od 21. prosinca 1998.,

budući da je svrha ove Kraljevske odluke osigurati da prijenosni i prenosivi mjerači CO₂ stavljeni na tržište ispunjavaju ciljeve iz članka 4. stavka 1. podstavka 1. Zakona od 6. studenoga 2022.,

uzimajući u obzir Zakon od 21. prosinca 1998. o normama za proizvode za promicanje održivih načina proizvodnje i obrazaca potrošnje te zaštitu okoliša, zdravlja i radnika, članak 5. stavak 1. podstavak 1. točke 1., 2., 3., 5. i 12., kako je izmijenjen zakonima od 27. srpnja 2011. i 16. prosinca 2015.,

uzimajući u obzir Ministarsku odluku od 9. ožujka 2022. o privremenom određivanju uvjeta za stavljanje na tržište mjerača CO₂ u kontekstu borbe protiv virusa SARS-CoV-2,

uzimajući u obzir Mišljenje br. 200/2002 Nadležnog tijela za zaštitu podataka doneseno 9. rujna 2022.,

uzimajući u obzir mišljenje financijskog inspektora od 28. studenoga 2022.,

uzimajući u obzir sudjelovanje regionalnih vlada u pripremi ove Odluke u okviru Međuministarske konferencije o okolišu održane 29. rujna 2022.,

uzimajući u obzir priopćenje Europskoj komisiji od 27. srpnja 2022., u skladu s člankom 5. stavkom 1. Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva,

uzimajući u obzir mišljenje Saveznog vijeća za održivi razvoj od 23. studenog 2022.,

uzimajući u obzir mišljenje Vijeća za zaštitu potrošača od 23. studenoga 2022.,

uzimajući u obzir mišljenje Središnjeg gospodarskog vijeća od 23. studenoga 2022.,

uzimajući u obzir članak 4. stavak 1. podstavak 1. Zakona od 6. studenoga 2022. o poboljšanju kvalitete zraka u zatvorenim prostorima dostupnima javnosti,

uzimajući u obzir mišljenje Vrhovnog vijeća za zdravlje od 4. siječnja 2023.,

uzimajući u obzir Mišljenje 73.780/3 Državnog vijeća izdano 5. srpnja 2023., u skladu s člankom 84. stavkom 1. točkom 1.

podtočkom 2. zakona o Državnom vijeću, pročišćenih 12. siječnja 1973.,

na prijedlog ministra javnog zdravlja i prema mišljenju ministara koji su o njemu raspravljali u Vijeću,

OVIME SMO ODLUČILI I DONOSIMO SLJEDEĆE:

Članak 1. Cilj i područje primjene

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti za stavljanje na tržište prijenosnih i prenosivih mjerača CO₂ za praćenje kvalitete zraka u zatvorenom prostoru.

Članak 2. Za primjenu ove Odluke sljedeći pojmovi imaju značenje utvrđeno u nastavku:

javna služba: Savezna javna služba za javno zdravlje, sigurnost prehrambenog lanca i okoliša, Glavna uprava za okoliš, politiku proizvoda i kemijske tvari.

Članak 3. Na tržište se smiju staviti samo prijenosni i prenosivi mjerači CO₂ koji ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

1. mjerači CO₂ izravno mjere koncentraciju CO₂;
2. mjerači CO₂ koji procjenjuju koncentraciju CO₂ na temelju drugih plinova ili tvari prisutnih u zraku ne ispunjavaju zahtjev za izravno mjerenje koncentracije CO₂;
3. mjerači CO₂ pokrivaju područje mjerenja od 0 do najmanje 2 000 ppm;
4. mjerači CO₂ mogu se ponovno kalibrirati kako bi se nadoknadilo odstupanje mjerenja u skladu s postupcima koje je proizvođač utvrdio u tehničkom priručniku proizvoda. Taj se zahtjev ne primjenjuje na mjerače CO₂ s funkcijom samokalibriranja;
5. mjerači CO₂ mjere koncentraciju CO₂ čija je točnost u skladu s normom NBN EN 50543:2011;
6. mjerači CO₂ opremljeni su tehničkim priručnikom na sva tri nacionalna jezika.

Prije stavljanja mjerača CO₂ na tržište proizvođača ili osoba odgovorna za stavljanje na tržište osigurat će da akreditirani laboratorij ispita i izmjeri zahtjeve od 1 do 4 kako bi se osiguralo da mjerači CO₂ ispunjavaju gore navedene uvjete.

Izvešće akreditiranog laboratorija datira se, potpisuje i dostavlja proizvođaču ili osobi odgovornoj za stavljanje mjerača CO₂ na tržište.

Članak 4. Stavak 1. Provjera sukladnosti proizvoda iz članka 3. koju provodi javna služba u trgovinama ili pri prodaji na internetskim platformama može zahtijevati da metode ispitivanja i mjerenja provede akreditirani laboratorij.

Stavak 2. Za potrebe primjene ispitnih metoda i provođenja mjerenja iz stavka 1., proizvođač ili osoba odgovorna za stavljanje na tržište prijenosnih i prenosivih mjerača CO₂ javnoj službi besplatno osigurava dva jednaka sustava.

Stavak 3. Javna služba stavlja pečate na dva uređaja navedena u stavku 2. Proizvođač ili osoba odgovorna za stavljanje na tržište prijenosnih i prenosivih mjerača CO₂ dostavlja prvi uređaj ovlaštenom laboratoriju koji je imenovala javna služba; drugi uređaj čuva proizvođač ili osoba odgovorna za stavljanje na tržište prijenosnih i prenosivih mjerača CO₂.

Stavak 4. U svrhu unakrsnog ispitivanja, drugi se uređaj isporučuje akreditiranom laboratoriju koji je odabrao proizvođač ili osoba odgovorna za stavljanje proizvoda na tržište.

U tom slučaju sve troškove snosi proizvođač ili osoba odgovorna za stavljanje prijenosnih i prenosivih mjerača CO₂ na tržište.

Stavak 5. Akreditirani laboratorij prosljeđuje izvješće o analizama nadležnom odjelu koji zatim poduzima potrebne mjere na temelju sadržaja izvješća.

Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu 30 dana nakon objave u Službenom listu (Moniteur Belge).

Članak 6. Ministar javnog zdravlja odgovoran je za provedbu ove Uredbe.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana ...

PHILIPPE,
Za kralja:

Ministar javnog zdravlja,

Frank VANDENBROUCKE