

## Beļģijas Karaliste

### SABIEDRĪBAS VESELĪBAS, PĀRTIKAS ĶĒDES DROŠUMA UN VIDES FEDERĀLAIS SABIEDRISKAIS DIENESTS

**Karaļa dekrēts, ar ko nosaka prasības iekštelpu gaisa kvalitātes kontrolei paredzētu pārnēsājamu un pārvietojamu CO<sub>2</sub> mērītāju laišanai tirgū**

Beļģijas karalis FILIPS,

Ņemot vērā šajā dokumentā noteikto.

Ievērojot, ka šī Karaļa dekrēta mērķis ir noteikt prasības iekštelpu gaisa kvalitātes kontrolei paredzētu pārnēsājamu un pārvietojamu CO<sub>2</sub> mērītāju laišanai tirgū atbilstoši 1998. gada 21. decembra likumā noteiktajiem standartiem;

Ievērojot, ka šī Karaļa dekrēta mērķis ir nodrošināt, ka tirgū laistie pārnēsājamie un pārvietojamie CO<sub>2</sub> mērītāji atbilst 2022. gada 6. novembra likuma 4. panta 1. punkta pirmajā apakšpunktā noteiktajiem uzdevumiem;

Ņemot vērā 1998. gada 21. decembra Likuma par produktu standartiem ilgtspējīgu ražošanas un patēriņa modeļu veicināšanai un vides, veselības un darbaspēka aizsardzībai, 5. panta 1. punkta 1., 2., 3., 5. un 12. apakšpunktu, ko groza ar 2011. gada 27. jūlija un 2015. gada 16. decembra likumiem;

Ņemot vērā 2022. gada 9. marta ministru rīkojumu, ar ko provizoriski nosaka prasības CO<sub>2</sub> mērītāju laišanai tirgū saistībā ar SARS-CoV-2 kontroli;

Ņemot vērā Datu aizsardzības iestādes 2022. gada 9. septembra Atzinumu Nr. 200/2002;

Ņemot vērā finanšu inspektora 2022. gada 28. septembra atzinumu;

Ņemot vērā reģionālo valdību iesaisti šī dekrēta sagatavošanā 2022. gada 29. septembra Starpministriju vides konferences ietvaros;

Ņemot vērā 2022. gada 27. jūlija paziņojumu Eiropas Komisijai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīvas (ES) 2015/1535, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā, 5. panta 1. punktu;

Ņemot vērā Ilgtspējīgas attīstības federālās padomes 2022. gada 23. novembra atzinumu;

Ņemot vērā Patērētāju padomes 2022. gada 23. novembra atzinumu;

Ņemot vērā Centrālās ekonomikas padomes 2022. gada 23. novembra atzinumu;

Ņemot vērā 2022. gada 6. novembra Likuma par iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanu slēgtās publiskās telpās, 4. panta 1. punkta pirmo apakšpunktu;

Ņemot vērā Veselības aizsardzības augstās padomes 2023. gada 4. janvāra atzinumu;

Ņemot vērā Valsts padomes 2023. gada 5. jūlija atzinumu Nr. 73.780/3, kas izdots saskaņā ar 1973. gada 12. janvāra

Konsolidētā likuma par Valsts padomi 84. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 2. daļu;

Pamatojoties uz sabiedrības veselības ministra priekšlikumu, un to ministru atzinumu, kuri to ir apsprieduši Padomē,

## AR ŠO ES PIENĒMU UN IZDODU ŠĀDU DEKRĒTU:

### 1. pants. Mērķis un darbības joma

Šis dekrēts nosaka prasības iekštelpu gaisa kvalitātes kontrolei paredzētu pārnēsājamu un pārvietojamu CO<sub>2</sub> mērītāju laišanai tirgū.

### 2. pants. Šajā dekrētā:

Valsts dienests nozīmē: Federālo valsts dienestu sabiedrības veselības, pārtikas aprites un vides drošības jautājumos, Vides, produktu politikas un ķīmisko vielu ģenerāldirektorātu.

**3. pants.** Tikai tādi pārnēsājamie un pārvietojamie CO<sub>2</sub> mērītāji var tikt laisti tirgū, kas atbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

1. CO<sub>2</sub> mērītājs tieši mēra CO<sub>2</sub> koncentrāciju;
2. CO<sub>2</sub> mērītāji, kas novērtē CO<sub>2</sub> koncentrāciju, pamatojoties uz citām gaisā esošām gāzēm vai vielām, neatbilst CO<sub>2</sub> koncentrācijas tiešās mērīšanas prasībai;
3. CO<sub>2</sub> mērītāji aptver mērījumu diapazonu no 0 līdz vismaz 2 000 ppm;
4. CO<sub>2</sub> mērītājus iespējams pārkalibrēt, lai kompensētu mērījuma novirzi, atbilstoši ierīces ražotāja tehniskajā rokasgrāmatā noteiktajai procedūrai. Šī prasība neattiecas uz paškalibrējošiem CO<sub>2</sub> mērītājiem;
5. CO<sub>2</sub> mērītāji mēra CO koncentrāciju ar precizitāti, kas atbilst NBN EN 50543:2011;
6. CO<sub>2</sub> mērītāji tiek piegādāti kopā ar tehnisko rokasgrāmatu visās trīs oficiālajās valodās.

Pirms mērītāja laišanas tirgū, ražotājs vai par CO<sub>2</sub> mērītāja laišanu tirgū atbildīgā persona, nodrošina prasību no 1 līdz 4 testēšanu un mērīšanu akreditētā laboratorijā, lai nodrošinātu, ka CO<sub>2</sub> mērītājs atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem.

Akreditētās laboratorijas ziņojumu datē, paraksta un nosūta ražotājam vai personai, kas ir atbildīga par CO<sub>2</sub> mērītāja laišanu tirgū.

**4. pants.** 1. punkts. Veicot 3. pantā minēto iekārtu atbilstības pārbaudi veikalos vai tiešsaistes tirdzniecības platformās, valsts dienests var pieprasīt, lai testēšanas metodes piemēro un mērījumus veic akreditēta laboratorija.

2. punkts. Lai piemērotu testēšanas metodes un veiktu 1. punktā minētos mērījumus, ražotājs vai persona, kas atbild par pārnēsājamo un pārvietojamo CO<sub>2</sub> mērītāju laišanu tirgū nodrošina valsts dienestam bez maksas divas identiskas ierīces.

3. punkts. Valsts dienests uzliek plombas abām 2. punktā minētajām ierīcēm. Ražotājs vai persona, kas atbild par pārnēsājamo un pārvietojamo CO<sub>2</sub> mērītāju laišanu tirgū, nodod pirmo ierīci valsts dienesta izvēlētajai apstiprinātajai laboratorijai; otrā ierīce glabājas pie ražotāja vai personas, kas ir atbildīga par pārnēsājamo un pārvietojamo CO<sub>2</sub>

mērītājlaišanu tirgū.

4. punkts. Lai veiktu savstarpēju ekspertīzi, otro ierīci nogādā akreditētā laboratorijā, ko ir izvēlējis ražotājs vai persona, kas ir atbildīga par produkta laišanu tirgū.

Šādā gadījumā visas izmaksas sedz ražotājs vai persona, kas ir atbildīga par pārnēsājamā un pārvietojamā CO<sub>2</sub> mērītāja laišanu tirgū.

5. punkts. Akreditētā laboratorija nosūta pārbaudes pārskatu kompetentajai struktūrvienībai, kas attiecīgi veic nepieciešamos pasākumus, pamatojoties uz saņemtā ziņojuma saturu.

**5. pants.** Šis dekrēts stājas spēkā 30 dienas pēc tā publicēšanas Beļģijas Oficiālajā laikrakstā Moniteur belge.

**6. pants.** Par šā dekrēta ieviešanu atbild Sabiedrības veselības ministrs.

Briselē, ...

FILIPS,  
Karaļa vārdā —

Sabiedrības veselības ministrs,

Frank VANDENBROUCKE