# HOSPODÁŘSTVÍ A NÁMOŘNÍ ZÁLEŽITOSTI

## Ministerské nařízení č. 364/2023

### ze dne 15. listopadu

*Shrnutí:* Nařízení, kterým se stanoví nařízení o zákonné metrologické kontrole opacimetrů.

Metrologická kontrola metod měření a přístrojů v Portugalsku je v souladu s ustanoveními obecného režimu schváleným nařízením s mocí zákona č. 29/2022 ze dne 7. dubna, jakož i obecnými právními ustanoveními obecného nařízení o metrologické kontrole schváleným ministerským nařízením č. 211/2022 ze dne 23. srpna a ustanoveními obsaženými ve zvláštních ministerských nařízeních každého měřicího přístroje.

S ohledem na zveřejnění tohoto právního postavení je nezbytné přijmout zvláštní nařízení, které musí splňovat metrologická kontrola opacimetrů.

Z tohoto důvodu:

Podle čl. 2 písm. *a*) a čl. 25 odst. 1 nařízení s mocí zákona č. 29/2022 ze dne 7. dubna ve spojení s ustanoveními čl. 1 odst. 4 nařízení připojeného k ministerskému nařízení č. 211/2022 ze dne 23. srpna, vláda, prostřednictvím státního tajemníka pro hospodářství, nařizuje následující:

Článek 1

**Předmět**

Tímto se schvaluje nařízení o zákonné metrologické kontrole opacimetrů připojené k tomuto nařízení, která tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 2

**Ustanovení o zrušení**

Nařízení č. 797/2009 ze dne 1. prosince se tímto zrušuje.

Článek 3

**Vstup v platnost**

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po jeho zveřejnění.

Státní tajemník pro hospodářství, *Pedro Miguel Ferreira Jorge Cilínio*, dne 9. listopadu 2023.

PŘÍLOHA

## NAŘÍZENÍ O ZÁKONNÉ METROLOGICKÉ KONTROLE OPACIMETRŮ

Článek 1

**Oblast působnosti**

Toto nařízení se vztahuje na opacimetry určené k měření opacity emisí

výfukových plynů z vozidel s dieselovým pohonem.

Článek 2

**Definice**

Pro účely tohoto nařízení se opacimetry rozumí přístroje konstruované pro kontinuální měření opacity výfukových plynů vypouštěných vozidly.

Článek 3

**Uvedení do provozu**

Opacimetry musí splňovat metrologické a technické požadavky vymezené v normě ISO 11614.

Článek 4

**Údaje**

1 – Údaje opacimetrů se vyjádří pomocí koeficientu světelné absorpce, představovaného symbolem k, a v jednotce $m^{-1}$.

2 – Hodnoty opacity jsou procentuálními hodnotami a jsou vyjádřeny symbolem N.

3 – Je-li přepočítací koeficient řádně vyjádřen, mohou být přijaty jiné ekvivalentní jednotky na základě jednotek Mezinárodní soustavy jednotek (SI).

Článek 5

**Zákonná metrologická kontrola**

Za zákonnou metrologickou kontrolu opacimetrů odpovídá Portugalský institut kvality I. P. (IPQ, I. P.) a zahrnuje činnosti schvalování modelu, prvního ověření, pravidelného ověřování a mimořádného ověření.

Článek 6

**Schválení modelu**

1 – Schválení modelu musí splňovat požadavky stanovené v článku 7 nařízení s mocí zákona č. 29/2022 ze dne 7. dubna a článku 2 nařízení připojeného k ministerskému nařízení č. 211/2022 ze dne 23. srpna.

2 – Pokud během doby platnosti schválení modelu dojde k jakýmkoli nebo veškerým změnám schváleného modelu provedeným výměnou součástí, přidáním doplňkového zařízení, změnou instalovaného počítačového programu (*softwaru*) nebo jeho úpravami, které mohou ovlivnit výsledky měření nebo regulační podmínky použití, vyžaduje se dodatečné schválení modelu.

3 – Počítačové programy používané opacimetry musí zajišťovat integritu a důvěrnost získaných a předložených údajů a musí rovněž podléhat jedinečné a jednoznačné identifikaci.

Článek 7

**První ověření**

1 – První ověření se provede před uvedením přístroje na trh nebo po jeho opravě a kdykoli dojde k porušení systému zaplombování, bez pravidelného ověřování v daném roce, se stejnou dobou platnosti.

2 – První ověřovací zkoušky se provádějí v souladu s metrologickými a technickými požadavky stanovenými v článku 3 tohoto nařízení.

3 – Hodnoty maximálních přípustných chyb pro první ověření se rovnají ±2 % opacity, N.

Článek 8

**Pravidelné ověřování**

1 – Pravidelné ověřování je prováděno s roční četností a je platné po dobu jednoho roku od jeho dokončení.

2 – Pravidelné ověřovací zkoušky musí být stejné jako zkoušky stanovené pro první ověření.

3 – Hodnoty maximálních přípustných chyb při pravidelném ověřování se rovnají hodnotám maximálních přípustných chyb stanovených při prvním ověření.

Článek 9

**Mimořádné ověření**

1 – Mimořádné ověření zahrnuje pravidelné ověřovací zkoušky.

2 – Při mimořádném ověření se hodnoty maximálních přípustných chyb rovnají hodnotám maximálních přípustných chyb stanovených v případě pravidelného ověřování.

Článek 10

**Nápisy a označení**

(1) Na opacimetrech musí být viditelně a čitelně uvedeny nápisy a označení v souladu s metrologickými požadavky stanovenými v článku 3 tohoto nařízení. (2) Opacimetry musí být rovněž opatřeny symbolem schválení typu a ostatními symboly nebo odkazy, které jsou užitečné pro jejich použití.

Článek 11

**Přechodné ustanovení**

Přístroje, které jsou používány, mohou zůstat v provozu, pokud jsou v dobrém stavu a pokud při zkouškách metrologického ověření nedojde k chybám, které by překročily maximální přípustné chyby.

Článek 12

**Závěrečné ustanovení**

Ustanovení předchozích článků nebrání uvádění na trh nebo dalšímu používání opacimetrů, k nimž jsou přiložena osvědčení o posouzení shody vydaná orgány uznanými podle platných právních předpisů Evropské unie v rámci zákonné metrologické činnosti, na základě specifikací a postupů zajišťujících metrologickou jakost, jak je uvedeno v tomto nařízení, přičemž rovnocennost posuzuje IPQ, I.P.

117047417

# PŘEDSEDA RADY MINISTRŮ

## Generální tajemník

### Prohlášení o opravě č. 1-C/2024

*Shrnutí:* Oprava nařízení č. 364/2023 ze dne 15. listopadu, kterým se schvaluje nařízení o legální metrologické kontrole opacimetrů.

Podle čl. 11 odst. 1 nařízení o zveřejňování aktů v *Portugalském úředním věstníku*, schváleného normativním nařízením č. 16/2022 ze dne 30. prosince, a článku 5 zákona č. 74/98 ze dne 11. listopadu, pozměněného a znovu zveřejněného zákonem č. 43/2014 ze dne 11. července, se prohlašuje, že ministerské nařízení č. 364/2023, zveřejněná v *Portugalském úředním věstníku*, 1. série, č. 221, ze dne 15. listopadu 2023, obsahovala následující nepřesnost, která se prohlášením vydávajícího subjektu opravuje:

Článek 2, který zní:

„Ministerské nařízení č. 797/2009 ze dne 1. září se tímto zrušuje.“

by měl znít takto:

„Ministerské nařízení č. 797/97 ze dne 1. září se tímto zrušuje.

Generální sekretariát, 12. ledna 2024. – Náměstkyně generálního tajemníka, *Fátima Costa Ferreira*.

117247617