



GOSPODARKA I GOSPODARKA MORSKA

Rozporządzenie ministerialne nr 364/2023

z dnia 15 listopada

Podsumowanie: Zarządzenie ustanawiające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej dymomierzy.

Kontrola metrologiczna metod i przyrządów pomiarowych w Portugalii jest zgodna z przepisami w ogólnym systemie zatwierdzonym dekretem z mocą ustawy nr 29/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r., a także ogólnymi przepisami wykonawczymi zawartymi w ogólnym rozporządzeniu w sprawie kontroli metrologicznej zatwierdzonym zarządzeniem ministerialnym nr 211/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r., a także z przepisami zawartymi w szczegółowych zarządzeniach ministerialnych dotyczących każdego przyrządu pomiarowego.

W związku z publikacją tego stanowiska prawnego konieczne staje się przyjęcie szczególnego rozporządzenia, któremu musi odpowiadać kontrola metrologiczna dymomierzy.

Wobec powyższego:

Zgodnie z art. 2 lit. a) i art. 25 ust. 1 dekretu z mocą ustawy nr 29/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w związku z przepisami art. 1 ust. 4 rozporządzenia załączonego do zarządzenia ministerialnego nr 211/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r., rząd, za pośrednictwem sekretarza stanu ds. gospodarki, wydaje, co następuje:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejszym zatwierdza się rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej dymomierzy załączone do niniejszego zarządzenia, którego stanowi ono integralną część.

Artykuł 2

Klauzula uchylająca

Niniejszym uchyla się zarządzenie nr 797/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu.

Sekretarz stanu ds. gospodarki, *Pedro Miguel Ferreira Jorge Cilínio*, dnia 9 listopada 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PRAWNEJ KONTROLI METROLOGICZNEJ DYMOMIERZY

Artykuł 1



Zakres

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dymomierzy przeznaczonych do pomiaru nieprzezroczystości emisji spalin emitowanych przez pojazdy z silnikami wysokopreżnymi.

Artykuł 2

Definicja

Do celów niniejszego rozporządzenia dymomierze oznaczają przyrządy przeznaczone do ciągłego pomiaru nieprzezroczystości spalin emitowanych przez pojazdy.

Artykuł 3

Oddawanie do użytku

Dymomierze muszą spełniać wymagania metrologiczne i techniczne określone w normie ISO 11614.

Artykuł 4

Wskazanie

1 — Wskazanie dymomierzy wyraża się współczynnikiem pochłaniania światła, przedstawianym za pomocą symbolu k i w jednostce m^{-1} .

2 — Wartości nieprzezroczystości są procentowe i są wyrażone symbolem N .

3 — Gdy współczynnik przeliczeniowy jest należyście wyrażony, można przyjąć inne równoważne jednostki na podstawie jednostek Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).

Artykuł 5

Prawna kontrola metrologiczna

Za prawną kontrolę metrologiczną dymomierzy odpowiada portugalski Instytut Jakości, I. P. (IPQ, I. P.) i obejmuje zatwierdzenie modelu, legalizację pierwotną, legalizację okresową i legalizację specjalną.

Artykuł 6

Zatwierdzenie modelu

1 — Wzór zatwierdzenia musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 7 dekretu z mocą ustawy nr 29/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz w art. 2 rozporządzenia załączonego do zarządzenia ministerialnego nr 211/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r.

2 — W okresie ważności zatwierdzenia modelu każda zmiana dokonana w zatwierdzonym modelu poprzez zastąpienie elementów, dodanie dodatkowych urządzeń, zmianę zainstalowanego oprogramowania (*software*) lub zmiany mogące wpłynąć na wyniki pomiarów lub zalecane warunki użytkowania, wymaga dodatkowego zatwierdzenia modelu.

3 — Oprogramowanie stosowane przez dymomierze musi gwarantować integralność i poufność gromadzonych i prezentowanych danych oraz musi podlegać unikalnej i jednoznacznej identyfikacji.



Artykuł 7

Legalizacja pierwotna

1 — Legalizację pierwotną przeprowadza się przed wprowadzeniem przyrządu do obrotu lub po jego naprawie oraz za każdym razem, gdy dochodzi do naruszenia systemu uszczelniającego, bez legalizacji okresowej w danym roku i o takim samym okresie ważności.

2 — Badania w ramach legalizacji pierwotnej przeprowadza się zgodnie z wymogami metrologicznymi i technicznymi określonymi w art. 3 niniejszego rozporządzenia.



3 — Maksymalne dopuszczalne wartości błędu dla legalizacji pierwotnej są równe ± 2 % nieprzezroczystości, N.

Artykuł 8

Legalizacja okresowa

1 — Legalizacja okresowa ma częstotliwość roczną i jest ważna przez rok po jej dokonaniu.

2 — Badania legalizacji okresowej są takie same jak badania ustanowione dla legalizacji pierwotnej.

3 — Wartości maksymalnych dopuszczalnych błędów podczas legalizacji okresowej są równe wartościom maksymalnych dopuszczalnych błędów ustalonych dla legalizacji pierwotnej.

Artykuł 9

Legalizacja specjalna

1 — Legalizacja specjalna obejmuje badania legalizacji okresowej.

2 — Podczas legalizacji specjalnej wartości maksymalnych dopuszczalnych błędów są równe wartościom maksymalnych dopuszczalnych błędów ustalonych dla legalizacji okresowej.

Artykuł 10

Napisy i oznaczenia

(1) Na dymomierzach w sposób widoczny i czytelny umieszcza się napisy i oznaczenia wskazujące na spełnienie wymagań metrologicznych określonych w art. 3 niniejszego rozporządzenia. (2) Dymomierze opatrzone są również symbolem zatwierdzenia modelu oraz innymi symbolami lub odniesieniami korzystnymi do ich stosowania.

Artykuł 11

Przepis przejściowy

Przyrządy mogą pozostać w użyciu, jeżeli są w dobrym stanie i pod warunkiem, że podczas badań legalizacji metrologicznej nie uzyskają błędów, które przekraczają maksymalne błędy dopuszczalne.

Artykuł 12

Postanowienia końcowe

Przepisy poprzednich artykułów nie stanowią przeszkody dla wprowadzania do obrotu lub dalszego stosowania dymomierzy, którym towarzyszą świadectwa oceny zgodności wydane przez jednostki uznane na mocy mającego zastosowanie prawodawstwa Unii Europejskiej, w zakresie działalności metrologii prawnej, w oparciu o specyfikacje i procedury zapewniające jakość metrologiczną zgodną z zamierzoną w niniejszym rozporządzeniu, przy czym równoważność jest oceniana przez IPQ, I. P.



117047417



PRZEWODNICTWO W RADZIE MINISTRÓW

Sekretarz Generalna

Oświadczenie o sprostowaniu nr 1-C/2024

Podsumowanie: Sprostowanie do zarządzenia nr 364/2023 z dnia 15 listopada w sprawie przyjęcia rozporządzenia w sprawie prawnej kontroli metrologicznej dymomierzy.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie publikacji aktów w *Dzienniku Urzędowym Portugalii*, zatwierdzonego rozporządzeniem normatywnym nr 16/2022 z dnia 30 grudnia, oraz art. 5 ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada, zmienionej i ponownie opublikowanej ustawą nr 43/2014 z dnia 11 lipca, niniejszym oświadczam się, że zarządzenie ministerialne nr 364/2023, opublikowane w *Dzienniku Urzędowym Portugalii*, seria pierwsza, nr 221, z dnia 15 listopada 2023 r., zawierało następującą nieścisłość, która po złożeniu oświadczenia przez podmiot wydający została sprostowana:

Art. 2, które ma brzmienie:

„Niniejszym uchyla się zarządzenie ministerialne nr 797/2009 z dnia 1 września 2009 r.”;

powinien mieć brzmienie:

„Niniejszym uchyla się zarządzenie ministerialne nr 797/97 z dnia 1 września 1997 r.”.

Sekretariat Generalny, 12 stycznia 2024 r. — Zastępczyni sekretarz generalnej, *Fátima Costa Ferreira*.

117247617