



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numer powiadomienia : 2023/0644/BE (Belgium)

Dekret królewski zmieniający dekret królewski z dnia 21 kwietnia 2007 r. w sprawie urządzeń do badania oddechu i analizy oddechu.

Data otrzymania : 17/11/2023

Koniec zawieszenia : 20/02/2024 (closed)

Message

Wiadomość 001

Informacja od Komisji - TRIS/(2023) 3228

dyrektywa (UE) 2015/1535

Powiadomienie: 2023/0644/BE

Powiadomienie o projekcie tekstu przez państwo członkowskie

Notification – Notificación – Notifizierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéset - Non fa decorrere la mora - Atidējimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħ il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20233228.PL

1. MSG 001 IND 2023 0644 BE PL 17-11-2023 BE NOTIF

2. Belgium

3A. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Direction générale Qualité et Sécurité - Service Bureau de Liaison - BELNotif
NG III - 2ème étage
Boulevard du Roi Albert II, 16
B - 1000 Bruxelles
be.belnotif@economie.fgov.be

3B. Service Public Fédéral Mobilité et Transports
Direction Générale Transport Routier et Sécurité Routière
Direction réglementation routière

4. 2023/0644/BE - I10 - Metrologia

5. Dekret królewski zmieniający dekret królewski z dnia 21 kwietnia 2007 r. w sprawie urządzeń do badania oddechu i



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

analizy oddechu.

6. Urządzenia do badania oddechu i analizy oddechu

7.

8. Celem niniejszego projektu dekretu królewskiego jest zmiana niektórych przepisów dekretu królewskiego z dnia 21 kwietnia 2007 r. w sprawie urządzeń do badania oddechu i analizy oddechu.

Gdy policja sprawdza poziom alkoholu we krwi, podaje się, że minimalna objętość wymagana dla każdego wydechu w badaniu oddechu lub analizie oddechu będzie teraz wynosić 1,2 litra, a nie 1,9 litra. Ponadto przewidziano zniesienie 15-minutowego czasu oczekiwania na badanie oddechu lub analizę oddechu bez uprzedniego badania.

9. Celem niniejszego projektu dekretu królewskiego jest uproszczenie procedury kontroli policyjnych przy jednoczesnym zachowaniu ich skuteczności.

Chcemy, aby minimalna objętość wymagana dla każdego wydechu wynosiła 1,2 litra, a nie 1,9 litra. Przy 1,9 litra niektórzy ludzie mają trudności z wydychaniem takiej objętości, a nawet nie są w stanie tego zrobić, i muszą być przeprowadzane badania krwi, co powoduje stratę czasu, a także praktyczne wyzwania dla służb policyjnych. Objętość 1,2 litra ułatwi ludziom wydychanie, a obecne urządzenia są wystarczająco wydajne, aby poradzić sobie z tą objętością.

Należy zauważyć, że chcemy również włączyć do naszego projektu zasadę „końca oddechu”, tj. osoby poddawane badaniu będą musiały wydychać jak najwięcej. Jak wyjaśniono powyżej, dzięki technologii stosowanej w obecnych urządzeniach limit 1,2 litra jest wystarczający, aby uzyskać przekonujące wyniki, ale zawsze dobrym pomysłem jest, aby osoba wydychała jak najwięcej.

Jeśli chodzi o obecnie zniesiony 15-minutowy czas oczekiwania, nie ma już potrzeby utrzymywania tego czasu dzięki nowoczesnym urządzeniom, ponieważ są one doskonale przystosowane do wykrywania i uwzględniania poziomu alkoholu w ustach bez potrzeby tego 15-minutowego czasu oczekiwania. Zmiana ta może oznaczać znaczną oszczędność czasu dla służb policyjnych podczas kontroli alkoholu we krwi.

10. Odniesienia do tekstów podstawowych:

11. Nie

12.

13. Nie

14. Nie

15. Nie

16.

Aspekty TBT: Nie

Aspekty SPS: Nie



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535

e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu