

Saskaņā ar Metroloģijas likuma 9. panta 1. un 5. punktu, 11. panta 5. punktu un 12. panta īstenošanai (Uradni List RS [Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis] Nr. 26/05 — oficiālais konsolidētais teksts) ekonomikas attīstības un tehnoloģiju ministrs izdod šos

NOTEIKUMUS
par metroloģiskajām prasībām riepu manometriem

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants
(Saturs)

(1) Šie Noteikumi nosaka metroloģiskās un tehniskās prasības, kam jāatbilst riepu manometriem (tālāk "manometri"), to marķēšanas metodei un piemērojamās atbilstības novērtēšanai un verifikācijas procedūrām:

- degvielas uzpildes stacijās, elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijās vai citās sabiedriskās vietās, lai nodrošinātu transportlīdzekļu tehnisko drošību;
- telpās mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehnisko apskāšu veikšanai;
- mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepu remontdarbnīcu vai darbnīcu telpās;
- tiesvedībā administratīvajās un tiesu iestādēs, kurās lemj par struktūru tiesībām vai pienākumiem, pamatojoties uz riepu spiediena mērījumiem.

(2) Šos Noteikumus pieņem saskaņā ar paziņošanas procedūru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai (ES) 2015/1535 (2015. gada 9. septembris), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 1. lpp.).

2. pants
(Informācijas procedūra un savstarpējas atzīšanas klauzula)

(1) Šos Noteikumus pieņem saskaņā ar paziņošanas procedūru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai (ES) 2015/1535 (2015. gada 9. septembris), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 1. lpp.).

(2) Šo noteikumu prasības netiek piemērotas ražojumiem, kas saskaņā ar Slovēnijas Republikas valsts tiesību aktiem nodrošina līdzvērtīgu sabiedrības interešu aizsardzību un ir likumīgi:

- ražoti vai tirgoti citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un Turcijā; vai
- ražoti Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīs, kas ir parakstījušas arī Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu.

(3) Šos noteikumus īsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 19. marta Regulu (ES) 2019/515 par citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēju atzīšanu un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 764/2008 (OV L 91, 29.3.2019., 1. lpp.).

3. pants (Definīcijas)

(1) Šajos Noteikumos lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

“manometriskais spiediens p_e ” ir starpība starp absolūto spiedienu un absolūto atmosfēras spiedienu. Spiediens riepās ir spiediena starpība starp gaisu riepā un atmosfērā, un tādējādi tas ir tāds pats kā spiediens manometrā;

“ietekmējošais daudzums” ir daudzums, kas nav izmērītais spiediens, bet ietekmē mērījumu rezultātu;

“traucējums” ir ietekmējošs daudzums, kura vērtība ir attiecīgajā prasībā noteiktajās robežās, bet ārpus manometra nominālajiem ekspluatācijas apstākļiem. Ietekmējošais lielums ir traucējums, ja šī ietekmējošā lieluma nominālie darbības apstākļi nav norādīti;

“nominālie ekspluatācijas apstākļi” ir izmērītā spiediena vērtības un mērījumi, kas ietekmē manometru normālos ekspluatācijas apstākļos;

“klimatiskie apstākļi” ir apstākļi, kādos var izmantot manometrus;

“MPK” ir maksimālā pieļaujamā kļūda;

“riepu manometri” ir instrumenti riepju spiediena mērīšanai, kas ietver visus elementus no riepās vārsta savienojuma līdz ierīces displejam ieskaitot;

“histerēze” ir starpība starp manometra rādījumiem, kad tas pats spiediens, izņemot spiedienu mērīšanas diapazona apakšējās un augšējās robežās, tiek sasniegts, palielinot vai samazinot spiedienu;

“priekšiestatīšanas ierīce” ir ierīce, kas ļauj izvēlēties mērķa spiedienu un automātiski aptur riepju uzpildes/izlādes procesu, kad tiek sasniegts mērķa spiediens;

“fiksētas ierīces” ir manometri, kuros ir piestiprinātas mērīšanas sastāvdaļas un displeja ierīce;

“pārnēsājamas ierīces” ir manometri, ja mērierīces un displeja ierīce ir pārnēsājamas;

“rokas ierīces” ir manometri, kur mērierīces un displeja ierīce ir manuāla;

“elektroniskie manometri” ir manometri ar vienu vai vairākām elektroniskām daļām mērīšanas ķēdē;

“mehāniskie manometri” ir manometri bez elektroniskām detaļām mērīšanas ķēdē.

II. METROLOĢISKĀS UN TEHNISKĀS PRASĪBAS

4. pants (Vispārīgie principi)

(1) Manometri nodrošina tik augstu metroloģiskās aizsardzības līmeni, ka jebkura persona, ko mērījums ir ietekmējis, var paļauties uz mērījumu rezultātiem, un tie tiek izstrādāti un izgatavoti augstā kvalitātē attiecībā uz mērīšanas tehnoloģiju un mērījumu datu drošību.

(2) Risinājumos, kas tiek pieņemti, lai izpildītu šo Noteikumu prasības, ņem vērā manometru paredzēto izmantojumu un manometru paredzamo nepareizu izmantošanu.

(3) Manometrus izstrādā tā, lai varētu veikt katru šajos Noteikumos paredzēto pārbaudi un testu.

(4) Šajos Noteikumos piemēro šādu manometru iedalījumu kategorijās:

- 1. kategorija: fiksētas ierīces;
- 2. kategorija: pārnēsājamas ierīces;
- 3. kategorija: manuālas ierīces.

(5) Atkarībā no spiediena sensora un izmantotā displeja ierīces veida šajos Noteikumos manometrus iedala:

- elektroniskie manometri;
- mehāniskie manometri.

5. pants (MPK)

(1) Nominālos ekspluatācijas apstākļos un bez traucējumiem mērījumu kļūda atbilstības novērtēšanas un verifikācijas procedūrās nedrīkst pārsniegt MPK vērtību.

(2) MPK izmērītajiem spiedieniem ir norādītas 1. un 2. tabulā.

1. tabula.

Izmērītais spiediens (kPa)	MPK, kPa		
	Apkārtējās vides temperatūra (T_{amb})		
	zem 15 °C	no 15 °C līdz 25 °C	virs 25 °C
≤ 400	$0,5 \times (15 - T_{amb}) + 8$	8	$0,5 \times (T_{amb} - 25) + 8$
No > 400 līdz ≤ 1000	$0,5 \times (15 - T_{amb}) + 16$	16	$0,5 \times (T_{amb} - 25) + 16$
> 1000	$0,5 \times (15 - T_{amb}) + 25$	25	$0,5 \times (T_{amb} - 25) + 25$

2. tabula.

Izmērītais spiediens (bārs)	MPK, bārs		
	Apkārtējās vides temperatūra (T_{amb})		
	zem 15 °C	no 15 °C līdz 25 °C	virs 25 °C
≤ 4	$0,005 \times (15 - T_{amb}) + 0,08$	0,08	$0,005 \times (T_{amb} - 25) + 0,08$
No > 4 līdz ≤ 10	$0,005 \times (15 - T_{amb}) + 0,16$	0,16	$0,005 \times (T_{amb} - 25) + 0,16$
> 10	$0,005 \times (15 - T_{amb}) + 0,25$	0,25	$0,005 \times (T_{amb} - 25) + 0,25$

6. pants (Histerēzes kļūda)

(1) Manometru histerēzes kļūda nedrīkst pārsniegt MPK absolūto vērtību, kas noteikta 5. panta 1. vai 2. tabulā un norādīta slejā "no 15 °C līdz 25 °C".

(2) Šī panta pirmajā daļā minētā prasība attiecas tikai uz manometriem, kas konstruēti tā, lai mērītu arī krītošu spiedienu normālas lietošanas laikā.

7. pants (Displeja atiestatīšana uz nulli)

(1) Ja manometrs uzrāda nulli, faktiskajam nolasījumam jābūt MPK robežās vai manometrs nedrīkst uzrādīt vērtību, kas ir zemāka par izmērītā spiediena zemāko vērtību.

(2) Pie atmosfēras spiediena rādītājs MPK robežās apstājas pie nulles atzīmes vai iepriekš noteiktas zīmes, kas skaidri atšķiras no skalas sadalījuma.

8. pants
(Nulles iestatīšana)

Manometrs var būt aprīkots ar automātisku vai pusautomātisku nullēšanas ierīci.

9. pants
(Būtiska kļūda)

Būtiska kļūda izmērītā spiedienā ir kļūda, kuras vērtība pārsniedz MPK.

10. pants
(Ekspluatācijas apstākļi)

(1) Ražotājs manometriem norāda šādas ekspluatācijas apstākļu nominālās vērtības:

- apkārtējās vides temperatūras diapazons, kam jābūt vienādam ar diapazonu no $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ līdz $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ vai lielākam par to;
- uzglabāšanas temperatūras diapazons, kam jābūt diapazonā, kas vienāds ar vai lielāks par $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ līdz $70\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- darba pozīcija, ja nepieciešams;
- manometra mērīšanas diapazons bāros vai kPa;
- aizsardzības līmenis pret ūdens un svešķermeņu iekļūšanu, kam jābūt vismaz IP44 izmantošanai ārpus telpām vai IP31 izmantošanai iekštelpās;
- barošanas sprieguma vērtība (diapazons).

(2) Attiecībā uz klimatiskajiem apstākļiem jāņem vērā šādi ietekmes faktori:

- sauss karstums;
- aukstums;
- ciklisks (kondensācijas) piesātināts mitrums;
- sāls migla.

(3) Attiecībā uz mehānisko vidi manometrs jāizstrādā lietošanai vietās ar ievērojamām un smagām vibrācijām un triecieniem, ko rada, piemēram, iekārtas vai garāmbraucoši transportlīdzekļi, vai tuvumā esošas smagās mašīnas, konveijera lentes u. c.

(4) Attiecībā uz mehānisko vidi jāņem vērā šādi ietekmes faktori:

- vibrācijas;
- brīvais kritiens.

(5) Attiecībā uz elektromagnētisko vidi manometrs jāizstrādā lietošanai vietās, kur elektromagnētiskie traucējumi ir līdzīgi tiem, kas sastopami dzīvojamās, komerciālās un vieglās rūpniecības iekārtās.

(6) Manometri, ko darbina no transportlīdzekļa akumulatora, atbilst iepriekšējā punkta prasībām un papildu prasībām attiecībā uz:

- sprieguma kritumiem, ko izraisa iekšdedzes motoru startera un motora strāvas ķēžu iedarbināšana;
- īslaicīgiem slodzes kritumiem, ko novēro, atvienojot izlādējušos akumulatoru, motoram turpinot strādāt.

(7) Attiecībā uz elektromagnētisko vidi jāņem vērā šādi ietekmes faktori:

- sprieguma pārtraukumi;
- īstermiņa sprieguma kritumi;
- sprieguma pārejas elektroapgādes līnijās un/vai signālu pārraides līnijās;
- elektrostatiskās izlādes;
- elektromagnētiskie lauki radiofrekvenču diapazonā;
- inducēts radiofrekvences elektromagnētiskais lauks barošanas līnijās un/vai signālu līnijās;
- pārsprieguma viļņi elektroapgādes līnijās un/vai signālu pārraides līnijās.

(8) Ja nepieciešams, ņem vērā arī šādus ietekmes faktoros:

- sprieguma svārstības;
- tīkla frekvences variācija;
- jaudas frekvences magnētiskie lauki;
- jebkurš cits daudzums, kas varētu būtiski ietekmēt mērinstrumenta precizitāti.

11. pants (Uzstādīšanas pozīcija)

Nominālās uzstādīšanas pozīcijas izmaiņas par $\pm 10^\circ$ nedrīkst izraisīt nolasījuma izmaiņas par vairāk nekā 50 % no MPK, kas noteikts 1. vai 2. tabulā.

12. pants (Noteikumi par testēšanu un kļūdu noteikšanu)

Atbilstību šo Noteikumu 10. un 11. pantā minētajām prasībām pārbauda attiecībā uz katru ietekmes faktoru. Prasības piemēro, ja izmanto katru atsevišķo ietekmes faktoru un tā ietekmi novērtē atsevišķi un citus ietekmes faktoros standarta apstākļos saglabā relatīvi nemainīgus.

13. pants (Izturība)

(1) Manometrus izstrādā tā, lai to metroloģiskās īpašības būtu pietiekami stabilas noteiktā laika posmā, pieņemot, ka tās ir pareizi uzstādītas, uzturētas un izmantotas saskaņā ar ražotāja instrukcijām un atrodas vides apstākļos, kādiem tie paredzēti.

(2) Manometrs iztur īslaicīgu pārslodzi līdz 125 % no mērījumu diapazona maksimālās vērtības, nemainot to metroloģiskos raksturlielumus.

14. pants (Uzticamība)

Manometrus izstrādā tā, lai pēc iespējas samazinātu tāda defekta ietekmi, kura rezultātā mērījumu rezultāts būtu neprecīzs, ja vien šāda defekta esamība nav acīmredzama.

15. pants
(Piemērotība)

(1) Manometrs ir piemērots paredzētajam lietojumam, ņemot vērā praktiskos darba apstākļus, un tam nav vajadzīgas nepamatotas lietotāja prasības, lai iegūtu pareizu mērījumu rezultātu.

(2) Manometrus izstrādā tā, lai būtu iespējams kontrolēt mērīšanas uzdevumus pēc to palaišanas tirgū un nodošanas ekspluatācijā. Ja nepieciešams, lietotājam ir jābūt pieejamam īpašam šīs kontroles aprīkojumam vai programmatūrai kā šī manometra daļai.

(3) Ja manometrs ir aprīkots ar saistīto programmatūru, kas bez mērījumu veikšanas nodrošina vēl citas funkcijas, programmatūrai, kas ir nozīmīga metroloģiskajiem raksturlielumiem, ir jābūt viegli identificējamai, un tā nevar būt pārāk lielā mērā atkarīga no saistītās programmatūras.

(4) Manometrus ar devēju, kas ir jutīgs pret mehānisko nodilumu, aprīko ar aizsardzības sistēmu, lai nepieļautu, ka padeves spiediens riepū piepūšanas laikā sasniedz mērpārveidotāju.

(5) Manometra ar priekšiestatīšanas ierīci gadījumā starp priekšiestatīto vērtību un izmērīto spiediena vērtību nepārsniedz šo Noteikumu 5. pantā minēto MPK.

16. pants
(Aizsardzība pret nepareizu izmantošanu)

(1) Manometriem nav tādu pazīmju, kas varētu veicināt krāpniecisku izmantošanu, savukārt netīšas nepareizas izmantošanas iespējas ir minimālas.

(2) Manometru metroloģiskos raksturlielumus nepieļaujami neietekmē citas ierīces pieslēgums tai, pašas savienotās ierīces īpašība vai jebkura attālināta ierīce, kas sazinās ar manometru.

(3) Aparatūras komponentu, kas ir būtisks metroloģiskajiem raksturlielumiem, izstrādā tā, lai to varētu aizsargāt pret bojājumiem vai ļaunprātīgu izmantošanu. Ar paredzētajiem drošības pasākumiem var konstatēt iejaukšanos.

(4) Programmatūru, kas būtiski ietekmē metroloģiskos raksturlielumus, attiecīgi marķē, un tā ir aizsargāta.

(5) Manometri nodrošina vieglu programmatūras identifikāciju.

(6) Pierādījumi par intervenci ir pieejami vismaz divus gadus pēc intervences.

(7) Mērījumu datus, programmatūru, kas būtiski ietekmē metroloģiskos raksturlielumus, un uzglabājamās vai pārraidāmas metroloģiski svarīgos rādītājus pietiekami aizsargā pret bojājumiem un nepareizu lietošanu.

17. pants (Rezultāta norādīšana)

(1) Rezultātu norāda, izmantojot displeju.

(2) Visu rezultātu rādījumiem jābūt skaidriem un nepārprotamiem. Tam pievieno tādas zīmes un uzrakstus, kas vajadzīgi, lai informētu lietotāju par rezultātu nozīmīgumu. Parastos lietošanas apstākļos ir pieļaujams viegli nolasīt uzrādīto rezultātu. Var parādīt papildu indikācijas, ja tās nevar sajaukt ar metroloģiskā ziņā kontrolētām indikācijām.

(3) Rezultātu norāda bāros vai kPa.

(4) Manometru ar analogo displeju skalas dalījums ir vienāds ar 10 kPa vai 0,1 bāru.

(5) Manometru ar digitālo displeju skalas dalījums ir vienāds ar vai mazāks par 10 kPa un 0,1 bāru.

(6) Šo Noteikumu IV, V un VI nodaļā izklāstīto procedūru vajadzībām manometru ar digitālo displeju skalas dalījums ir 1 kPa un 0,01 bārs vai mazāks. Šai opcijai nevajadzētu būt pieejamai manometru normālas lietošanas laikā.

III INFORMĀCIJA PAR MANOMETRU UN MANOMETRAM PIEVIENOTĀ INFORMĀCIJA

18. pants (Valoda)

Informāciju par manometru sniedz slovēņu valodā vai tā, lai nodrošinātu, ka visi manometra lietotāji ir pienācīgi informēti.

19. pants (Obligātās norādes)

(1) Manometrs priekšpusē vai uz skalas tiek aprīkots ar:

- attēlotā daudzuma simbols: p_e ;
- mērvienība (bārs vai kPa);
- attiecīgā gadījumā zīme, kas norāda manometra darba stāvokli.

(2) Manometru uz skalas, numura plāksnes vai uz paša manometru aprīko ar šādu informāciju:

- nosaukums, reģistrēta preču zīme vai ražotāja preču zīme;
- manometra tips;
- sērijas numurs;
- spiediena diapazons;

- temperatūras diapazons, ja atšķiras no $-25\text{ }^{\circ}\text{C}/+55\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- manometra oficiālais tipa apstiprinājuma marķējums.

(3) Iepriekš minētie marķējumi ir redzami, viegli salasāmi un neizdzēšami normālos lietošanas apstākļos, un tie nekavē mērījumu rezultātu nolasīšanu.

20. pants (Informācija par ekspluatāciju)

Manometru papildina ar informāciju par tā darbību. Informācijā jāiekļauj lietošanas pamācība, pareiza darbība un jebkuri īpaši lietošanas nosacījumi.

IV ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANA

21. pants (Procedūras)

(1) Manometru atbilstību šo noteikumu II un III nodaļas prasībām apstiprina tipa apstiprinājums, kam seko sākotnējā verifikācija vai deklarācija par atbilstību tipam.

(2) Manometra tipa apstiprināšanas procedūrā manometra mezglus var novērtēt neatkarīgi un atsevišķi.

22. pants (Tipa apstiprinājums)

(1) Pārbaudes un testus, lai pārbaudītu atbilstību šo Noteikumu prasībām kā daļu no tipa apstiprināšanas procedūras, veic SIST EN 12645 standartā noteiktajā veidā un apstākļos vai citā līdzvērtīgā veidā.

(2) Pārbaudes un testus, lai pārbaudītu atbilstību šo Noteikumu prasībām kā daļu no manometriskās programmatūras tipa apstiprināšanas procedūras, var veikt arī tādā veidā un saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti WELMEC 7.2. pamatnostādnē Eiropas likumīgās metroloģijas jomā (tālāk: WELMEC 7.2) mērinstrumentiem ar riska līmeni:

- B — iegultai programmatūrai speciāli izstrādātā manometrā;
- C — manometra programmatūrai, izmantojot universālu ierīci.

(3) Atsauces uz WELMEC 7.2. pamatā ir Slovēnijas Republikas Metroloģijas pārvaldes dalība Eiropas Reglamentētās metroloģijas kooperācijā. WELMEC 7.2 angļu valodā ir pieejams Eiropas Reglamentētās metroloģijas kooperācijas tīmekļa vietnē.

23. pants (Ārvalstu testu ziņojumi)

Šajos Noteikumos noteiktajās procedūrās pieņem un atzīst arī testēšanas ziņojumus, ko izdevusi atbilstības novērtēšanas struktūra, kas ir akreditēta attiecīgajā atbilstības novērtēšanas jomā atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka

akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.), vai manometra tipa apstiprināšanas kompetentā iestāde ES dalībvalstī.

24. pants
(Sākotnējā verifikācija)

- (1) Riepu manometru sākotnējās verifikācijas laikā precizitātes kļūdu nosaka saskaņā ar šo Noteikumu 5. panta prasībām un histerēzes kļūdu saskaņā ar 6. panta prasībām.
- (2) Precizitātes kļūdas un histerēzes kļūdas noteikšanu veic vismaz piecos punktos, kas ir vienmērīgi sadalīti manometra mērījumu diapazonā.
- (3) Nosakot histerēzes kļūdu, lejupejošās spiediena vērtības ņem pēc tam, kad manometrs 10 minūtes ir pakļauts spiedienam, kas vienāds ar mērījumu diapazona augšējo vērtību.
- (4) Testa sistēmas paplašinātā mērījumu nenoteiktība mērījumu laikā nedrīkst pārsniegt 1/3 no šo Noteikumu 5. pantā noteiktās MPK.

25. pants
(Deklarācija par atbilstību tipam)

Testus, lai pārbaudītu atbilstību šo Noteikumu prasībām, ko ražotājs veic kā daļu no atbilstības deklarācijas procedūras mērinstrumenta tipam, veic saskaņā ar iepriekšējo pantu.

V REGULĀRĀS UN ĀRKĀRTAS PĀRBAUDES

26. pants
(Regulāra un ārkārtas pārbaude)

- (1) Riepu manometriem regulāras un ārkārtas pārbaudes laikā precizitātes kļūdu nosaka saskaņā ar šo Noteikumu 5. panta prasībām.
- (2) Precizitātes kļūdu nosaka vismaz piecos punktos, kas ir vienmērīgi sadalīti manometra mērījumu diapazonā.
- (3) Testa sistēmas paplašinātā mērījumu nenoteiktība pie noteikta izmērītā spiediena nedrīkst pārsniegt 1/3 no MPK.

27. pants
(Regulāras pārbaudes termiņš)

Manometru regulārās verifikācijas periods ir viens gads.

VI EKSPLUĀCIJĀ ESOŠO MANOMETRU MPK

28. pants

(Ekspluatācijā esošo manometru MPK)

Ekspluatācijā esošo manometru MPK ir vienāda ar 1,25 reizinājumu ar MPK, kas piemērojama verifikācijai.

VII NOBEIGUMA UN PĀREJAS NOTEIKUMI

29. pants

(Laišana tirgū un sākotnējā verifikācija)

(1) Manometrus, kam šo Noteikumu spēkā stāšanās dienā ir derīgs gabarīta tipa apstiprinājums saskaņā ar Noteikumiem par riepu manometru metroloģiskajām prasībām (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis Nr. 15/02 un Nr. 76/03), drīkst laist tirgū un iesniegt sākotnējai verifikācijai saskaņā ar šiem Noteikumiem līdz tipa apstiprinājuma termiņa beigām, ja tie atbilst šo Noteikumu prasībām attiecībā uz sākotnējo verifikāciju.

30. pants

(Regulārās un ārkārtas pārbaudes veikšana)

Manometrus, kas tiek izmantoti šo Noteikumu spēkā stāšanās dienā un kam ir derīga sākotnējā verifikācija vai regulāra verifikācija saskaņā ar Noteikumiem par riepu manometru metroloģiskajām prasībām (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis Nr. 15/02 un Nr. 76/03), vai derīgu EEK sākotnējo vai regulāro verifikāciju saskaņā ar Noteikumiem par metroloģiskajām prasībām riepu manometriem, uz kuriem var būt EEK zīmes un zīmes (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis Nr. 74/01 un 79/15), var iesniegt regulārai vai ārkārtas verifikācijai saskaņā ar šiem Noteikumiem, ja tie atbilst šo Noteikumu prasībām attiecībā uz regulāru vai ārkārtas pārbaudi.

31. pants

(Manometru verifikācijas procedūru atbilstības nodrošināšana)

Personas, kurām šo Noteikumu spēkā stāšanās dienā ir Slovēnijas Republikas Metroloģijas institūta lēmums par iecelšanu, lai veiktu manometru sākotnējo, regulāro un ārkārtas pārbaudi, nodrošina atbilstību šiem noteikumiem trīs mēnešu laikā un akreditē tos 18 mēnešu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā, kā arī par to informē Slovēnijas Republikas Metroloģijas institūtu.

32. pants

(Tipa apstiprinājumu derīguma termiņš)

(1) Visi tipa apstiprinājumi vai lēmumi par obligātu iepriekšēju tipa apstiprinājumu, kas izdoti pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, zaudē spēku, kā norādīts mērinstrumenta tipa apstiprinājuma sertifikātā, vai ne vēlāk kā 10 gadus pēc šo Noteikumu stāšanās spēkā.

33. pants

(Noteikumu spēkā esamība)

(1) Šie Noteikumi stājas spēkā piecpadsmitajā dienā pēc to publicēšanas Slovēnijas Republikas Oficiālajā Vēstnesī.

(2) Noteikumus par metroloģiskajām prasībām riepu manometriem (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, Nr. 15/02 un 76/03) beidz piemērot dienā, kad stājas spēkā šie noteikumi.

(3) Noteikumus par metroloģiskajām prasībām riepu manometriem, uz kuriem var būt EEK zīmes un zīmes (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, Nr. 74/01 un 79/15), beidz piemērot 2025. gada 2. decembrī.

Nr.

Ļubļanā, datums:

EVA:

Matjažs Hans [Matjaž Han]
Ekonomikas, tūrisma un sporta ministrs