EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numărul notificării : 2026/0454/SI (Slovenia)

Regulament de modificare a Regulamentului privind cerințele metrologice pentru aparatele alcooltest

Data primirii : 26/08/2026
Terminarea perioadei de status quo : 27/11/2026

Message

Mesaj 001

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2026) 2369

Directiva (UE) 2015/1535

Notificare: 2026/0454/SI

Notificarea unui proiect de text din partea unui stat membru

Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20262369.RO

1. MSG 001 IND 2026 0454 SI RO 26-08-2026 SI NOTIF

2. Slovenia

3A. Slovenski inštitut za standardizacijo, Ulica Gledališča BTC 2, SI-1000 Ljubljana

3B. Urad Republike Slovenije za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, SI-1000 Ljubljana

4. 2026/0454/SI - I10 - Metrologie

5. Regulament de modificare a Regulamentului privind cerințele metrologice pentru aparatele alcooltest

6. Metrologie

7.

8. La elaborarea modificării regulamentului, s-a constatat că, în absența măsurii propuse, exista riscul unor întârzieri

semnificative în verificarea aparatelor alcooltest, ceea ce ar conduce, în consecință, la reducerea siguranței rutiere.
Pe baza experienței acumulate de-a lungul mai multor ani în efectuarea verificării aparatelor alcooltest, s-a demonstrat că, în cazul în care primele trei măsurători la o anumită concentrație se încadrează în limitele erorilor maxime admise (denumite în continuare „EMA”), măsurătorile rămase se încadrează, de asemenea, în limitele EMA, prin urmare, reducerea numărului de măsurători nu reduce nivelul de încredere în corectitudinea și acuratețea mijlocului de măsurare. Propunerea respectă Recomandarea internațională OIML R 126:2021, partea 2: Controale metrologice și teste de performanță, care recomandă, de asemenea, la punctul 3.4.3.1, efectuarea a cel puțin trei măsurători pentru fiecare dintre cel puțin trei concentrații.
Măsura contribuie la optimizarea procedurii de verificare a aparatelor alcooltest, ceea ce duce, în consecință, la un timp de răspuns mai scurt pentru efectuarea verificării – aspect important pentru solicitanți – precum și la o procedură mai eficientă din punctul de vedere al costurilor pentru stat, fără a diminua încrederea în acuratețea măsurătorilor efectuate de mijlocul de măsurare.
Interesul public urmărit prin această propunere este îmbunătățirea siguranței rutiere.
Regulamentul nu impune nicio restricție suplimentară asupra pieței interne a Uniunii Europene și nu afectează comerțul transfrontalier sau serviciile.
Regulamentul actual privind cerințele metrologice pentru aparatele alcooltest prevede efectuarea a 10 teste la 5 concentrații, ceea ce necesită mult timp și, prin urmare, duce la proceduri de verificare de lungă durată. Prin urmare, mijloacele de măsurare care fac obiectul verificării sunt retrase din utilizare pentru o perioadă extinsă. Măsura propusă scurtează procedura de verificare și permite ca mijloacele de măsurare să fie returnate pentru a fi utilizate mai rapid.
Propunerea de regulament nu constituie o sarcină disproporționată în raport cu obiectivul urmărit. Regulamentul privind cerințele metrologice pentru aparatele alcooltest a fost elaborat din necesitatea de a asigura siguranța rutieră. Modificările propuse introduc doar anumite actualizări în domeniul verificării și al verificării inițiale și nu impun în niciun fel sarcini suplimentare.
În absența unei reglementări adecvate, riscurile pe care măsura respectivă urmărește să le combată ar putea rămâne, în mare măsură, neschimbate, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra siguranței rutiere.

9. Aspectul-cheie al modificării propuse a Regulamentului privind cerințele metrologice pentru aparatele alcooltest (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 81/13 și 5/16) constă în principal în reducerea numărului de repetiții necesare la testarea preciziei unui aparat alcooltest în aerul expirat în cursul verificării inițiale, periodice și extraordinare. În plus, în vederea prevenirii oricăror rezultate potențial deviante atunci când se utilizează un aparat alcooltest, regulamentul introduce o diferență de siguranță sau o valoare, care este dedusă din rezultatul final indicat de aparatul alcooltest.

9a. La elaborarea modificării regulamentului, s-a constatat că, în absența măsurii propuse, exista riscul unor întârzieri semnificative în verificarea aparatelor alcooltest, ceea ce ar conduce, în consecință, la reducerea siguranței rutiere.
Pe baza experienței acumulate de-a lungul mai multor ani în efectuarea verificării aparatelor alcooltest, s-a demonstrat că, în cazul în care primele trei măsurători la o anumită concentrație se încadrează în limitele erorilor maxime admise (denumite în continuare „EMA”), măsurătorile rămase se încadrează, de asemenea, în limitele EMA, prin urmare, reducerea numărului de măsurători nu reduce nivelul de încredere în corectitudinea și acuratețea mijlocului de măsurare. Propunerea respectă Recomandarea internațională OIML R 126:2021, partea 2: Controale metrologice și teste de performanță, care recomandă, de asemenea, la punctul 3.4.3.1, efectuarea a cel puțin trei măsurători pentru fiecare dintre cel puțin trei concentrații.

Măsura contribuie la optimizarea procedurii de verificare a aparatelor alcooltest, ceea ce duce, în consecință, la un timp de răspuns mai scurt pentru efectuarea verificării – aspect important pentru solicitanți – precum și la o procedură mai eficientă din punctul de vedere al costurilor pentru stat, fără a diminua încrederea în acuratețea măsurătorilor efectuate de mijlocul de măsurare.

Interesul public urmărit prin această propunere este îmbunătățirea siguranței rutiere.

9b. Regulamentul nu impune nicio restricție suplimentară asupra pieței interne a Uniunii Europene și nu afectează

comerțul transfrontalier sau serviciile.

Regulamentul actual privind cerințele metrologice pentru aparatele alcooltest prevede efectuarea a 10 teste la 5 concentrații, ceea ce necesită mult timp și, prin urmare, duce la proceduri de verificare de lungă durată. Prin urmare, mijloacele de măsurare care fac obiectul verificării sunt retrase din utilizare pentru o perioadă extinsă. Măsura propusă scurtează procedura de verificare și permite ca mijloacele de măsurare să fie returnate pentru a fi utilizate mai rapid.

9c. Propunerea de regulament nu constituie o sarcină disproporționată în raport cu obiectivul urmărit. Regulamentul privind cerințele metrologice pentru aparatele alcooltest a fost elaborat din necesitatea de a asigura siguranța rutieră. Modificările propuse introduc doar anumite actualizări în domeniul verificării și al verificării inițiale și nu impun în niciun fel sarcini suplimentare.

În absența unei reglementări adecvate, riscurile pe care măsura respectivă urmărește să le combată ar putea rămâne, în mare măsură, neschimbate, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra siguranței rutiere.

10. Trimiteri la textul de bază:

11. Nu

12.

13. Nu

14. Nu

15. Nu

16.
Aspect TBT: Nu

Aspect SPS: Nu

****
Comisiei Europene
Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu