

Utkast till

FÖRORDNING

av den ... 2025,

om ändring av dekret nr 296/2012 om krav för att utrusta tillhandahållare av sjuktransporter, tillhandahållare av akutsjukvård och tillhandahållare av akutvårdstransport av patienter med fordon och om krav för dessa fordon

I enlighet med 120 § i lag nr 372/2011 om hälso- och sjukvårdstjänster och villkoren för tillhandahållande av dessa (hälso- och sjukvårdslagen), ändrad genom lag nr 111/2019, lag nr 261/2021 och lag nr 240/2024, fastställer hälsovårdsministeriet följande för att genomföra 11.7 § i hälso- och sjukvårdslagen:

Artikel I

Dekret nr 296/2012 om krav för att utrusta tillhandahållare av sjuktransporter, tillhandahållare av akutsjukvård och tillhandahållare av akutvårdstransport av patienter med fordon och om krav för dessa fordon ska ändras på följande sätt:

1. I 2.2 § ska ordet ”tillverkat” ersättas med orden ”registrerat i Tjeckien”.
2. Ett nytt avsnitt 2a ska införas efter avsnitt 2 och ska ha följande lydelse:

”2a

De tjeckiska tekniska standarder som används enligt detta dekret offentliggörs på hälsovårdsministeriets webbplats.”

3. 3 § ska utgå.
4. Fotnot 1 ska ha följande lydelse:

”¹⁾ Till exempel lag nr 56/2001 om villkor för framförande av fordon på väg, i dess ändrade lydelse, lag nr 30/2024 om ansvarsförsäkring för fordon, dekret nr 153/2023 om trafiksäkerhetsintyg och tekniska krav för framförande av fordon på väg.”

5. I del I avsnitt A punkt 1 i bilagan ska följande mening läggas till: ”Ett fordon för patienttransport uppfyller de krav som fastställts för vägambulansfordon för patienttransport av typ A1 eller A2 i enlighet med den tjeckiska tekniska standarden för medicinska fordon²⁾.”

Fotnot 2 ska ha följande lydelse:

”²⁾ ČSN EN 1789 (842110) Sjukvårdsfordon och utrustning - Vägambulanser.”

6. I del I avsnitt A punkt 2 i bilagan ska ordet ”glasfri” införas i början av led 2.12.
7. I del I avsnitt A punkt 2 i bilagan ska led 2.16 utgå.

Punkterna 2,17–2,21 ska omnumreras till punkterna 2,16–2,20.

8. Led 2.19 i del I avsnitt A punkt 2 i bilagan ska ha följande lydelse:

”2.19. Arbetsreflektorlampa.”

9. Fotnot 3 ska ha följande lydelse:

”³⁾ Dekret nr 153/2023 om trafiksäkerhetsintyg och tekniska krav för drift av fordon på väg.”

10. I del I avsnitt A punkt 2 i bilagan ska punkten i slutet av led 2.20 ersättas med ett kommatecken, och följande led 2.21 ska läggas till:

”2.21. en anordning för att säkra en hopfällad rullstol.”

11. I del I avsnitt A punkt 2 i bilagan ska orden ”2.18 och 2.19” i den sista delen av bestämmelsen ersättas med ”2.17 och 2.18”.

12. I del I avsnitt A i bilagan ska punkt 3 ha följande lydelse:

”3. Märknings- och färgkrav för fordon för patienttransport

3.1. Fordonets grundfärg ska vara vit. För konturmarkering ska fordonet vara märkt på sidorna, framsidan och baksidan av karossen med en horisontellt applicerad röd retroreflekterande rand, anpassad till fordonets form. Randens bredd ska vara minst 150 mm och högst 300 mm.

3.2. I den centrala delen av framdörrarna längs fordonets längsgående axel ska fordonet vara märkt med texten ”SJUKTRANSPORT” och namnet på den som tillhandahåller sjuktransporten ska anges på andra raden under märkningen. Märkningen ska vara svart. Teckensnittshöjden ska vara 15 mm, radavståndet ska vara 35 mm.”

13. I del I avsnitt B punkt 1 och del II avsnitt B punkt 1 i bilagan ska orden ”personbil med sluten kaross” ersättas med orden ”fordon i kategori M1”.

14. I led 2.2 i del I avsnitt B punkt 2 i bilagan ska orden ”en radiosändtagare för fordon eller” utgå.

15. Del I avsnitt B punkt 4 i bilagan ska ha följande lydelse:

”4. Märknings- och färgkrav för fordon för snabb transport av hälso- och sjukvårdspersonal och för brådskande transport av vävnader, celler och annat biologiskt material, läkemedel och medicintekniska produkter som är nödvändiga för akutvård

4.1. Fordonets grundfärg ska vara vit. För konturmarkering ska fordonet vara märkt på sidorna, framsidan och baksidan av karossen med en horisontellt applicerad röd retroreflekterande rand, anpassad till fordonets form. Randens övre kant ska vara belägen 30 mm från sidofönstrets nedre kant. Randens bredd ska vara minst 150 mm och högst 300 mm.

- 4.2. I den centrala delen av framdörren längs fordonets längsgående axel ska fordonet vara märkt med namnet på tillhandahållaren av sjuktransporter. Märkningen ska vara svart. Teckensnittshöjden ska vara 15 mm, radavståndet ska vara 35 mm.”
16. Följande mening ska läggas till i del II avsnitt A punkt 1 i bilagan: ”Ett ambulansfordon uppfyller de krav som fastställts för vägambulansfordon för patienttransport av typ B eller en mobil intensivvårdsenhet av typ C i enlighet med den tjeckiska tekniska standarden för medicinska fordon²⁾.”
17. I del II avsnitt A punkt 2 i bilagan ska orden ”som tillåter dataöverföring” läggas till i slutet av led 2.8.
18. I del II avsnitt A.2 led 2.11 i bilagan ska ordet ”näsgrimma” införas efter ordet ”inklusive”.
19. I del II avsnitt A.2 led 2.13 i bilagan ska ordet ”intubationsledare” införas efter ordet ”kanyler” och ordet ”koniotomi” ska ersättas med orden ”invasiv luftvägsbehandling”.
20. I del II avsnitt A punkt 2 i bilagan ska orden ”med material för vård av mor och barn” läggas till i slutet av led 2.31.
21. I del II avsnitt A punkt 2 i bilagan ska led 2.32 utgå.
- Leden 2.33–2.56 ska omnumreras till leden 2.32–2.55.
22. I del II avsnitt A punkt 2 i bilagan ska orden ”inklusive uttänjningsskena” läggas till i slutet av led 2.33.
23. I del II avsnitt A punkt 2 i bilagan ska ordet ”glasfri” införas i början av led 2.37.
24. I led 2.43 i del II avsnitt A punkt 2 i bilagan ska orden ”eller en funktionellt liknande anordning” införas efter ordet ”ryggstöd”.
25. I del II avsnitt A i bilagan ska orden ”för alla medlemmar i utryckningsgruppen” läggas till i slutet av led 2.44.
26. I led 2.50 i del II avsnitt A punkt 2 i bilagan ska orden ”medicintekniska produkter” ersättas med ordet ”ytor”.
27. I del II avsnitt A punkt 2 i bilagan ska följande nya punkt 2.55 införas efter led 2.54:
- ”2.55. GPS-navigering eller motsvarande som möjliggör datautbyte med centrumet för medicinsk verksamhet.”
- Led 2.55 numreras om till led 2.56.
28. I led 2.56 i del II avsnitt A punkt 2 i bilagan ska orden ”blå färg²⁾” ersättas med orden ”med en kombination av blå och röda färger”.

29. Den sista delen av bestämmelsen i del II avsnitt A punkt 2 i bilagan ska utgå.

30. Del II avsnitt A punkt 3 i bilagan ska ha följande lydelse:

”3. Märknings- och färgkrav för ambulansfordon

3.1. Grundfärgen på karossen ska vara svavelgul RAL 1016, taket ska vara samma färg eller vitt.

3.2. Blue Star of Life-symbolerna ska finnas åtminstone på båda sidorna av fordonet och på baddörren.

3.3. På sidorna av karossen ska fordonet vara märkt med en horisontellt applicerad retroreflekterande rand med regelbundet växlande fält av grönt och gult för accentuering av konturen. Fältns mått ska vara minst 300x150 mm. I tekniskt motiverade fall, särskilt vid brist på utrymme för fältet eller om karossformen gör det omöjligt att rymma fältet, anpassas fältdimensionerna till fordonets konstruktion. Fältn ska placeras i en eller två horisontella ränder, vilket skapar mönstret av ett schackbräde.

3.4. I den centrala delen av framdörrarna längs fordonets längsgående axel ska fordonet vara märkt med ”AMBULANS”. Den andra raden under märkningen ska ange namnet på den som tillhandahåller akutsjukvården med svarta bokstäver som är 15 mm höga, eller emblemet för den som tillhandahåller hälso- och sjukvård som ska vara minst 200 mm. Radavståndet ska vara 35 mm.

3.5. I den centrala delen av den främre motorhuven längs fordonets längsgående axel ska fordonet vara märkt med ett stort emblem för den som tillhandahåller hälso- och sjukvård som ska vara minst 400 mm och högst 500 mm högt eller med märkningen ”AMBULANS”. Märkningen ska vara grön.

3.6. Fordonskarossens sidor ska vara märkta ”AMBULANS”. Märkningen ska vara placerad mellan fönstrets övre kant och karossens övre kant. I tekniskt motiverade fall, särskilt vid brist på utrymme för märkningen eller om karossformen gör det omöjligt att rymma märkningen, kan märkningen placeras mellan fönstrets nedre kant och den retroreflekterande randens övre kant. Märkningen ska vara grön. Bokstävernas höjd ska vara minst 100 mm.

3.7. Röda och gula retroreflekterande ränder ska vara placerade baktill på fordonskarossen. Ränderna ska vara placerade i en vinkel på 45 grader mot fordonets horisontella yta. Rändernas bredd ska vara minst 150 mm. Ränderna ska löpa från den bakre delens centrala längsgående axel till karossens yttre del. Den första randen från den övre yttre karossen sett framifrån ska vara röd.

3.8. Märkningen ”AMBULANS” ska finnas på fordonets fram- och baksida. Märkningen ska vara placerad i den centrala delen av fordonets tvärgående axel, mellan vindrutans övre kant och karossens övre kant, och mellan bakrutans övre kant och karossens övre kant. I tekniskt motiverade fall, särskilt vid brist på utrymme för märkningen eller om karossformen gör det omöjligt att rymma märkningen, kan märkningen placeras mellan fönstrets nedre kant och karossens nedre kant. Märkningen ska vara grön. Bokstävernas höjd ska vara minst 150 mm.

3.9. Om det finns en märkning på fordonets tak som anger anropssignalen för radiosändtagaren i fordonet ska den bestå av bokstäver som ska vara minst 280 mm höga. Om märkningens storlek överstiger storleken på den fria ytan på fordonets tak, ska märkningen med anropssignalen placeras på två rader. Radavståndet ska vara 100 mm. I tekniskt motiverade fall, särskilt vid brist på utrymme för märkningen eller om karossformen gör det omöjligt att rymma märkningen, kan bokstävernas höjd anpassas till fordonets konstruktion.

31. I del II avsnitt A i bilagan ska följande punkt 4 läggas till:

”4. Bestämmelserna i del II avsnitt A punkt 3 är inte tillämpliga på fordon tillhörande någon som tillhandahåller transport av patienter för akutvård före sjukhusvistelse och som tillhandahåller akutsjukvård på grundval av 14 § i lag nr 374/2011 om akutsjukvård. Dessa fordon ska ha de färger och märkningar som anges i punkt 3 i del III.”

32. I del II avsnitt B punkt 3 i bilagan ska orden ”II.A.2 i denna bilaga” ersättas med orden ”II avsnitt A punkt 2”, texten ”2.32, 2.38, 2.44 och 2.55” ersättas med texten ”2.21, 2.37, 2.43 och 2.54” och orden ”II.A.2 led 2.12 i denna bilaga” ersättas med orden ”II avsnitt A punkt 2 led 2.12”.

33. Del II avsnitt B punkt 5 i bilagan ska ha följande lydelse:

”5. Krav för märkning av och färg på ambulansfordon i rendez-vous-systemet

5.1. Fordonets grundfärg ska vara svavelgul RAL 1016.

5.2. Blue Star of Life-symbolerna ska finnas åtminstone på båda sidorna av fordonet och på baddörren. Symbolens storlek ska vara minst 200 mm.

5.3. På sidorna av karossen ska fordonet vara märkt med en horisontellt applicerad retroreflekterande rand med regelbundet växlande fält av grönt och gult för accentuering av konturen. Fältns mått ska vara minst 300x150 mm. I tekniskt motiverade fall, särskilt vid brist på utrymme för fältet eller om karossformen gör det omöjligt att rymma fältet, anpassas fältdimensionerna till fordonets konstruktion. Fältn ska placeras i en eller två horisontella ränder, vilket skapar mönstret av ett schackbräde.

5.4. I den centrala delen av framdörrarna längs fordonets längsgående axel ska fordonet vara märkt med ”AMBULANS”. Den andra raden under märkningen ska ange namnet på den som tillhandahåller akutsjukvården med svarta bokstäver som är 15 mm höga, eller emblemet för den som tillhandahåller hälso- och sjukvård som ska vara minst 200 mm. Radavståndet ska vara 35 mm.

5.5. På den främre motorhuven ska fordonet vara märkt med ett stort emblem för den som tillhandahåller hälso- och sjukvård som ska vara högst 500 mm eller med texten ”AMBULANS”. Märkningen ska vara grön.

5.6. Fordonskarossens sidor ska vara märkta ”AMBULANS”. Märkningen ska vara placerad mellan fönstrets nedre kant och karossens nedre kant. Märkningen ska vara grön. Bokstävernas höjd ska vara minst 50 mm.

5.7. Röda och gula retroreflekterande ränder ska vara placerade baktill på fordonskarossen. Ränderna ska vara placerade i en vinkel på 45 grader mot fordonets horisontella yta. Ränderna ska löpa från den bakre delens centrala

längsgående axel till karossens yttre del. Den första randen från den övre yttre delen av karossen sett framifrån ska vara röd.

5.8. Märkningen "AMBULANS" ska finnas på fordonets fram- och baksida. Märkningen ska vara placerad i den centrala delen av fordonets tvärgående axel, mellan vindrutans nedre kant och karossens nedre kant, och mellan bakrutans nedre kant och karossens nedre kant. Märkningen ska vara grön. Bokstävernas höjd ska vara minst 300 mm.

5.9. Om det finns en märkning på fordonets tak som anger anropssignalen för radiosändtagaren i fordonet ska den bestå av bokstäver som ska vara 280 mm höga. Om märkningens storlek överstiger storleken på den fria ytan på fordonets tak, ska märkningen med anropssignalen placeras på två rader. Radavståndet ska vara 100 mm. I tekniskt motiverade fall, särskilt vid brist på utrymme för märkningen eller om karossformen gör det omöjligt att rymma märkningen, kan bokstävernas höjd anpassas till fordonets konstruktion."

34. I del II avsnitt B i bilagan ska följande punkt 6 läggas till:

"6. Bestämmelserna i del II avsnitt B punkt 5 är inte tillämpliga på fordon för tillhandahållare av akutvårdstransporter av patienter som tillhandahåller akutsjukvård på grundval av 14 § i lag nr 374/2011 om akutsjukvård. Dessa fordon ska ha de färger och märkningar som anges i punkt 3 i del III."

35. Följande mening ska läggas till i del II avsnitt C punkt 1 i bilagan: "Ett ambulansfordon uppfyller de krav som fastställts för vägambulansfordon för akutsjukvård av typ B enligt den tjeckiska tekniska standarden för medicinska fordon²⁾."

36. I del II avsnitt C punkt 2 i bilagan ska orden "II.A.2 i denna bilaga" ersättas med orden "II avsnitt A punkt 2".

37. Del II avsnitt C punkt 3 i bilagan ska ha följande lydelse:

"3. Fordonskarossens grundfärg och märkningarna ska vara desamma som för ambulansfordon i enlighet med avsnitt A i del II."

38. Följande mening ska läggas till i del II avsnitt D punkt 1 i bilagan: "Ett fordon för transport av för tidigt födda och patologiska nyfödda ska uppfylla de krav som fastställts för vägambulansfordon av typ B eller mobila intensivvårdsenheter av typ C enligt den tjeckiska tekniska standarden för medicinska fordon.²⁾."

39. I del II avsnitt D punkt 2 i bilagan ska orden "II.A.2 i denna bilaga" ersättas med orden "II avsnitt A punkt 2" och orden "2.34, 2.38, 2.44–2.46, 2.49 och 2.50" ersättas med orden "2.33, 2.37, 2.43–2.45, 2.48 och 2.49".

40. Del II avsnitt D punkt 3 i bilagan ska ha följande lydelse:

"3. Fordonskarossens grundfärg och märkningarna ska vara desamma som för ambulansfordon i enlighet med avsnitt A i del II."

41. Följande mening ska läggas till i del II avsnitt E i bilagan: "Helikoptern för en lufttryckningsgrupp ska uppfylla de krav som fastställts för luftambulanser i enlighet med tjeckiska tekniska standarder för luftambulanser⁵⁾."

Fotnot 5 ska ha följande lydelse:

"⁵⁾ ČSN EN 13718-1+A1 (842120) Sjukvårdsfordon med utrustning - Luftambulanser - Del 1: Krav på medicintekniska produkter i luftambulanser.
ČSN EN 13718-2+A1 (842120) Sjukvårdsfordon med utrustning - Luftambulanser - Del 2: Operativa och tekniska krav på luftambulanser."

42. I del II avsnitt E punkt 2 i bilagan ska orden "II.A.2 i denna bilaga" ersättas med orden "II avsnitt A punkt 2", texten "2.52, 2.53, 2.55" ersättas med texten "2.51, 2.52, 2.54" och orden "II.A.2 i led 2.1 i denna bilaga" ersättas med orden "II avsnitt A punkt 2 led 2.1".

43. I bilagan ska följande avsnitt F och G läggas till i slutet av del II:

"F. Andra och särskilda ambulansfordon

1. Andra och särskilda ambulansfordon definieras som fordon i kategorierna A, L, M, N, O och R som uppfyller villkoren för framförande av motorfordon på väg enligt annan lagstiftning¹⁾, och är utformade för att utföra akutsjukvårdens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen, lagen om akutsjukvård och lagen om integrerat räddningssystem.

2. Krav för märkning av och färg på andra och särskilda ambulansfordon

2.1. Fordonets grundfärg ska vara svavelgul RAL 1016.

2.2. Blue Star of Life-symbolerna ska finnas åtminstone på båda sidorna av fordonet och på bakdörren. Symbolens storlek ska vara minst 300 mm. I tekniskt motiverade fall, särskilt vid brist på utrymme för symbolen eller om karossformen gör det omöjligt att rymma symbolen, ska symbolens storlek anpassas till fordonets konstruktion.

2.3. På sidorna av karossen ska fordonet vara märkt med en horisontellt applicerad retroreflekterande rand med regelbundet växlande fält av grönt och gult för accentuering av konturen. Fältns mått ska vara minst 300x150 mm. I tekniskt motiverade fall, särskilt vid brist på utrymme för fältet eller om karossformen gör det omöjligt att rymma fältet, anpassas fältdimensionerna till fordonets konstruktion. Fältn ska placeras i en eller två horisontella ränder, vilket skapar mönstret av ett schackbräde.

2.4. Fordonskarossens sidor ska vara märkta "AMBULANS". Om fordonet har sidofönster ska märkningen placeras mellan fönstrets övre kant och karossens övre kant. I tekniskt motiverade fall, särskilt vid brist på utrymme för märkningen eller om karossformen gör det omöjligt att rymma märkningen, kan märkningen placeras mellan fönstrets nedre kant och den retroreflekterande randens övre kant. Märkningen ska vara grön. Bokstävernans höjd ska vara minst 100 mm.

2.5. Märkningen "AMBULANS" ska finnas på fordonets fram- och baksida. Märkningen på framsidan och baksidan ska vara anpassad till fordonets specifika

tekniska egenskaper. Märkningen ska vara grön. Bokstävernas höjd ska vara minst 100 mm.

2.6. Röda och gula retroreflekterande ränder ska vara placerade baktill på fordonskarossen. Ränderna ska vara placerade i en vinkel på 45 grader mot fordonets horisontella yta. Ränderna ska löpa från den bakre delens centrala längsgående axel till karossens yttre del. Den första randen från den övre yttre delen av karossen sett framifrån ska vara röd.

2.7. Fordonen ska vara utrustade med en särskild varningslampa med en kombination av blå och röd färg, åtföljd av en särskild ljudvarningsanordning.

G. Ambulansbåtar

1. Krav för märkning av och färg på ambulansbåtar

1.1. På sidorna ska fartyget vara märkt med en horisontellt applicerad retroreflekterande rand med regelbundet växlande fält av grönt och gult för accentuering av konturen. Fältns mått ska vara minst 300x150 mm. I tekniskt motiverade fall, särskilt vid brist på utrymme för fältet eller om karossformen gör det omöjligt att rymma fältet, anpassas fältdimensionerna till fartygets konstruktion. Fältn ska placeras i en eller två horisontella ränder, vilket skapar mönstret av ett schackbräde.

1.2. Båtens sidor ska vara märkta med "AMBULANS". Den andra raden under märkningen ska ange namnet på den som tillhandahåller akutsjukvården med gröna bokstäver som är 15 mm höga, eller emblemet för den som tillhandahåller hälso- och sjukvård som ska vara minst 100 mm. Radavståndet ska vara 35 mm.

1.3. Om ett fartyg är utrustat med en särskild varningslampa ska detta ljus vara blått eller en kombination av blått och rött och åtföljas av en särskild ljudvarningsanordning."

44. Följande mening ska läggas till i del III punkt 1 i bilagan: "Ett fordon för akutvårdstransport av patienter ska uppfylla kraven för vägambulansfordon för akutvårdstransport av patienter av typ B eller en mobil intensivvårdsenhet av typ C i enlighet med den tjeckiska tekniska standarden för medicinska fordon²⁾."

45. I del III punkt 2 i bilagan ska orden "II.A.2 i denna bilaga" ersättas med orden "II avsnitt A punkt 2", texten "2.44–2.46 och 2.48–2.50" ersättas med texten "2.43–2.45 och 2.47–2.49", orden "II.A.2. led 2.52 i denna bilaga" ersättas med orden "II avsnitt A punkt 2 led 2.51" och meningen "Denna bestämmelse gäller inte fordon som tillhör en vårdgivare som tillhandahåller akutvård före sjukhus och som tillhandahåller akutsjukvård i enlighet med 14 § i lag nr 374/2011 om akutsjukvård" införs efter andra meningen.

46. I del II punkt 2 i bilagan ska orden "II.D.2 i denna bilaga" ersättas med orden "II avsnitt D punkt 2".

47. Del III punkt 3 i bilagan ska ha följande lydelse:

"3. Märknings- och färgkrav för fordon för akutvårdstransport av patienter

3.1. Fordonets grundfärg ska vara vit. För konturmarkering ska fordonet vara märkt på sidorna, framsidan och baksidan av karossen med en horisontellt

applicerad röd retroreflekterande rand, anpassad till fordonets form. Randens bredd ska vara minst 150 mm och högst 300 mm.

3.2. I den centrala delen av frambörren längs fordonets längsgående mittlinje ska fordonet vara märkt med "AKUTVÅRDSTRANSPORT AV PATIENTER". Den andra raden under märkningen ska ange namnet på den som tillhandahåller akutvårdstransporten av patienter med svarta bokstäver som är 15 mm höga, eller emblemet för den som tillhandahåller hälso- och sjukvård som ska vara minst 200 mm. Radavståndet ska vara 35 mm.

3.3. På fordonets sidor ska märkningen "AKUTVÅRDSTRANSPORT AV PATIENTER" finnas. Märkningen ska vara placerad mellan fönstrets övre kant och karossens övre kant. I tekniskt motiverade fall, särskilt vid brist på utrymme för märkningen eller om karossformen gör det omöjligt att rymma märkningen, kan märkningen placeras mellan fönstrets nedre kant och den retroreflekterande randens övre kant. Märkningen ska vara svart. Bokstävernas höjd ska vara minst 100 mm.

3.4. Märkningen "AMBULANS" ska finnas på fordonets fram- och baksida. Märkningen ska vara placerad i den centrala delen av fordonets tvärgående axel, mellan vindrutans övre kant och karossens övre kant, och mellan bakrutans övre kant och karossens övre kant. I tekniskt motiverade fall, särskilt vid brist på utrymme för märkningen eller om karossformen gör det omöjligt att rymma märkningen, kan märkningen placeras mellan fönstrets nedre kant och karossens nedre kant. Märkningen ska vara svart. Bokstävernas höjd ska vara minst 150 mm.

3.5. Röda och gula retroreflekterande ränder ska vara placerade baktill på fordonskarossen. Ränderna ska vara placerade i en vinkel på 45 grader mot fordonets horisontella axel. Rändernas bredd ska vara minst 150 mm. Ränderna ska löpa från den bakre delens centrala längsgående axel till karossens yttre del. Den första randen från den övre yttre delen av karossen sett framifrån ska vara röd.

3.6. Om fordonet är utrustat med en radiosändtagare ska det finnas en märkning som anger radiosändtagarens anropssignal på fordonets tak. Anropssignalen ska bestå av bokstäver som är 280 mm höga. Om märkningens storlek överstiger storleken på den fria ytan på fordonets tak, ska märkningen med anropssignalen placeras på två rader. Radavståndet ska vara 100 mm. I tekniskt motiverade fall, särskilt vid brist på utrymme för märkningen eller om karossformen gör det omöjligt att rymma märkningen, kan bokstävernas höjd anpassas till fordonets konstruktion.

48. I del III i bilagan ska följande punkt 4 läggas till:

"4. Om akutvårdstransport av patienter tillhandahålls av en tillhandahållare av akutsjukvård, får ett ambulansfordon eller ett akutvårdsfordon som uppfyller kraven för utrustning av ett fordon för akutvårdstransport av patienter också användas."

Artikel II

Övergångsbestämmelser

1. De krav på fordonsfärger som fastställs i bilagan till dekret nr 296/2012, i dess ändrade lydelse från och med den dag då detta dekret träder i kraft, ska inte tillämpas på fordon som är registrerade i Tjeckien till och med den 31 december 2026.

2. Kraven på teknisk och materiell utrustning hos tillhandahållare av sjuktransporter, tillhandahållare av medicinska akuttjänster och tillhandahållare av akutvårdstransport av patienter med fordon i enlighet med bilagan till dekret nr 296/2012, i dess ändrade lydelse från och med ikraftträdandet av detta dekret, ska uppfyllas av tillhandahållare av sjuktransporter, tillhandahållare av medicinska akuttjänster och tillhandahållare av akutvårdstransport av patienter senast den 31 december 2026. Kraven på teknisk och materiell utrustning hos tillhandahållare av sjuktransporter, tillhandahållare av medicinska akuttjänster och tillhandahållare av akutvårdstransport av patienter med fordon som föreskrivs i del I avsnitt A punkt 3, del II avsnitt B punkt 2 och del II avsnitt A punkt 2 i bilagan till dekret nr 296/2012, i dess ändrade lydelse från och med ikraftträdandet av detta dekret, ska uppfyllas av tillhandahållare av sjuktransporter, tillhandahållare av medicinska akuttjänster och tillhandahållare av akutvårdstransport av patienter inom tre månader från ikraftträdandet av detta dekret.

Artikel III

Teknisk föreskrift

Detta dekret har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

Artikel IV

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den femtonde dagen efter dess offentliggörande.

Minister: