



TALOUS- JA MERIASIAT

Ministeriön määräys nro 364/2023

annettu 15 päivänä marraskuuta 2023

Yhteenvedo: Ministeriön määräys savutusmittarien lakisäätteistä metrologista valvontaa koskevan määräyksen vahvistamisesta

Mittausmenetelmien ja -laitteiden metrologinen valvonta Portugalissa noudattaa 7 päivänä huhtikuuta annetulla lain tasoisella asetuksella nro 29/2022 hyväksytyn yleisen järjestelmän säännöksiä sekä 23 päivänä elokuuta 2022 annetulla ministeriön määräyksellä nro 211/2022 hyväksytyn metrologisesta valvonnasta annetun yleisen määräyksen yleisiä säännöksiä ja myös kutakin mittauslaitetta koskevien ministeriön erityismääräysten säännöksiä.

Kun otetaan huomioon tämän oikeudellisen järjestelmän julkaiseminen, on tarpeen antaa erityinen määräys, jota savutusmittarien metrologisessa valvonnassa on noudatettava.

Näin ollen

huhtikuun 7 päivänä 2022 annetun asetuksen nro 29/2022 2 §:n a kohdan ja 25 §:n 1 momentin nojalla, luettuna yhdessä 23 päivänä elokuuta 2022 annetun ministeriön määräyksen nro 211/2022 liitteenä olevan määräyksen 1 §:n 4 momentin säännösten kanssa, hallitus säätää talousasioista vastaavan ministerin välityksellä seuraavaa:

1 §

Aihe

Hyväksytään määräys savutusmittarien lakisäätteisestä metrologisesta valvonnasta tämän asetuksen liitteeksi ja erottamattomaksi osaksi asetusta.

2 §

Kumoamislauseke

Kumotaan 1 päivänä joulukuuta 2009 annettu asetus nro 797/2009.

3 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sen julkaisua seuraavana päivänä.

Talousasioista vastaava valtiosihteeri, *Pedro Miguel Ferreira Jorge Cilínio*, 9 päivänä marraskuuta 2023.

LIITE

MÄÄRÄYS SAVUTUSMITTARIEN LAKISÄÄTEISESTÄ METROLOGISESTA VALVONNASTA

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan savutusmittareihin, jotka on tarkoitettu dieselkäyttöisten ajoneuvojen pakokaasupäästöjen läpinäkyvyyden mittaamiseen.

2 §**Määritelmä**

Tässä määräyksessä savutusmittareilla tarkoitetaan laitteita, jotka on suunniteltu ajoneuvojen päästämien pakokaasujen läpinäkyvyyden jatkuvaan mittaamiseen.

3 §**Käyttöönotto**

Savutusmittarien on täytettävä standardissa ISO 11614 määritellyt metrologiset ja tekniset vaatimukset.

4 §**Ilmaiseminen**

1 - Savutusmittarien ilmaisut on annettava valonabsorptiokertoimen muodossa, jota edustaa tunnus k , ja yksikkönä on m^{-1} .

2 - Läpinäkyvyyden arvot annetaan prosentteina, jotka ilmaistaan symbolilla N .

3 - Kun muuntokerroin ilmaistaan asianmukaisesti, voidaan hyväksyä muut vastaavat yksiköt kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän (SI) yksiköiden perusteella.

5 §**Lakisääteinen metrologinen valvonta**

Savutusmittarien lakisääteisestä metrologisesta valvonnasta vastaa Portugalin laatuinstituutti I. P. (IPQ, I. P.), ja se käsittää tyyppihyväksynnän, ensivarmennuksen, määräaikaisvarmennuksen ja ylimääräisen varmennuksen toiminnot.

6 §**Tyyppihyväksyntä**

1 - Tyyppihyväksynnän on oltava 7 päivänä huhtikuuta 2022 annetun lain tasoisen asetuksen nro 29/2022 7 §:ssä ja 23 päivänä elokuuta 2022 annetun ministeriön määräyksen nro 211/2022 liitteenä olevan määräyksen 2 §:ssä säädettyjen vaatimusten mukainen.

2 - Tyyppihyväksynnän voimassaoloaikana kaikki hyväksyttyyn malliin tehdyt muutokset, jotka on tehty vaihtamalla osia, lisäämällä lisälaitteen, muuttamalla asennettua tietokoneohjelmaa (ohjelmistot) tai muutoksilla, jotka voivat vaikuttaa mittaustuloksiin tai käyttöehtoihin, edellyttävät täydentävää tyyppihyväksyntää.

3 - Savutusmittarien käyttämillä tietokoneohjelmilla olisi varmistettava saatujen ja toimitettujen tietojen eheys ja luottamuksellisuus, ja tiedot on myös tunnistettava yksilöllisesti ja yksiselitteisesti.

7 §**Ensivarmennus**



1 - Ensivarmennus on tehtävä ennen laitteen markkinoille saattamista tai korjauksen jälkeen ja aina, kun sinetöintijärjestelmä on rikkoutunut, jolloin määräaikaishvarmennusta ei tarvitse tehdä kyseisenä vuonna, sillä sen voimassaoloaika on sama.

2 - Ensivarmennustestit on tehtävä tämän määräyksen 3 §:ssä säädettyjen metrologisten ja teknisten vaatimusten mukaisesti.



3 - Ensivarmennuksen suurimmat sallitut virhearvot ovat $\pm 2 \%$ läpinäkyvyyttä (N).

8 §

Määräaikaisvarmennus

1 - Määräaikaisvarmennus suoritetaan vuosittain, ja se on voimassa vuoden ajan sen suorittamisesta.

2 - Määräaikaisvarmennustestien on oltava samat kuin ensivarmennusta varten vahvistetut testit.

3 - Määräaikaisvarmennuksessa sallittujen suurimpien virheiden arvojen on vastattava ensivarmennusta varten määritettyjä suurimpien sallittujen virheiden arvoja.

9 §

Ylimääräinen varmennus

1 - Ylimääräiseen varmennukseen on sisällyttävä määräaikaiset varmennustestit.

2 - Ylimääräisessä varmennuksessa suurimpien sallittujen virheiden arvojen on vastattava määräaikaisvarmennusta varten määritettyjen suurimpien sallittujen virheiden arvoja.

10 §

Merkinnät ja merkit

(1) Savutusmittareissa on oltava selvästi luettavissa ja näkyvissä merkinnät ja merkit, jotka osoittavat tyyppihyväksyntämääräyksissä vahvistettujen metrologisten vaatimusten mukaisuuden. (2) Savutusmittareissa on oltava myös tyyppihyväksyntätunnus ja muut niiden käytön kannalta hyödylliset symbolit tai viittaukset.

11 §

Siirtymäsäännös

Käytössä olevia savutusmittareita voidaan käyttää niin kauan kuin ne ovat hyvässä kunnossa ja edellyttäen, että metrologisten vakaustestien aikana ei esiinny virheitä, jotka ylittävät suurimmat sallitut virheet.

12 §

Loppusäännös

Edellä olevien pykälien säännökset eivät estä sellaisten savutusmittarien kaupan pitämistä ja myöhempää käyttöä, joiden mukana on vaatimustenmukaisuuden arviointitodistus, jonka ovat antaneet sovellettavan Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti hyväksytyt laitokset lakisääteisen metrologiatoiminnan puitteissa ja joka perustuu eritelmiin ja menettelyihin, joilla varmistetaan tässä asetuksessa tarkoitettua metrologista laatua vastaava, Portugalin laatuinstituutin arvioima metrologinen laatu.



117047417



PÄÄMINISTERIN KANSLIA

Kansliapäällikkö

Oikaisuilmoitus nro 1-C/2024

Yhteenveto: Oikaisu savutusmittarien lakisääteistä metrologista valvontaa koskevan määräyksen vahvistamisesta 15 päivänä marraskuuta annettuun ministeriön määräykseen nro 364/2023.

Säädösten julkaisemisesta *Portugalin virallisessa lehdessä* annetun määräyksen, joka on hyväksytty 30 päivänä joulukuuta 2022 annetulla määräyksellä nro 16/2022, 11 §:n 1 momentin ja 11 päivänä marraskuuta 1998 annetun lain nro 74/98, sellaisena kuin se on muutettuna ja julkaistuna uudelleen 11 päivänä heinäkuuta 2014 annetulla lailla nro 43/2014, 5 §:n nojalla ilmoitetaan, että ministeriön määräys nro 364/2023 (*Portugalin virallinen lehti*, 1. sarja, nro 221, 15.11.2023) sisälsi seuraavan epätarkkuuden, joka oikaistaan määräyksen antajan ilmoituksella:

Korvataan 2 §:ssä virke

”Kumotaan 1 päivänä joulukuuta 2009 annettu ministeriön määräys nro 797/2009.”

virkkeellä

”Kumotaan 1 päivänä syyskuuta 1997 annettu ministeriön määräys nro 797/97.”

Kansliapäällikkö, 12 päivänä tammikuuta 2024. – Apulaiskansliapäällikkö, *Fátima Costa Ferreira*.

117247617